

PIECE N° 2 : LETTRE D'INVITATION A SOUMISSIONNER



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
\*\*\*\*\*  
Paix-Travail-Patrie  
\*\*\*\*\*  
MINISTRE DE L'ADMINISTRATION  
TERRITORIALE  
\*\*\*\*\*  
COMMUNE DE MOKOLO  
\*\*\*\*\*  
COMMISSION INTERNE  
DE PASSATION DES MARCHES  
\*\*\*\*\*



REPUBLIC OF CAMEROON  
\*\*\*\*\*  
Peace-Work-Fatherland  
\*\*\*\*\*  
MINISTRY OF TERRITORIAL  
ADMINISTRATION  
\*\*\*\*\*  
COUNCIL OF MOKOLO  
\*\*\*\*\*  
INTERNAL TENDERS BOARD  
\*\*\*\*\*

**LETTRE D'INVITATION A SOUMISSIONNER**

Monsieur, \_\_\_\_\_

Le Maire de la commune de Mokolo (*Autorité Contractante*), lance un Avis de Consultation pour **L'EQUIPEMENT EN MATERIELS HOSPITALIERS DU CENTRE DE SANTE INTEGRE MOKOLO I (MENDEZE NDOUVGAÏ)**, dans le cadre de l'exécution du budget d'Investissement Public du MINSANTE, exercice 2022.

A cet effet, vous trouverez ci-joint le Bordereau Descriptif et Quantitatif relatif aux prestations à réaliser que je vous demande de bien vouloir chiffrer et me retourner au plus tard le ..... à 10 heures, sous enveloppe fermée, cachetée et adressée à Monsieur le Maire de la commune de Mokolo et devra porter la mention :

**« AVIS DE CONSULTATION POUR LA DEMANDE DE COTATION  
N°...../AC/C-MOKOLO/CIPM/AG/2022 DU 7 AVR 2022  
(EN PROCEDURE NORMALE) RELATIF A L'EQUIPEMENT EN MATERIELS HOSPITALIERS  
DU CENTRE DE SANTE INTEGRE MOKOLO I (MENDEZE NDOUVGAÏ), ARRONDISSEMENT  
DE MOKOLO ; DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA  
REGION DE L'EXTRÊME-NORD**

**Financement** : Budget d'Investissement Public MINSANTE Exercice 2022

**Imputation** : .....

**A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».**

Les offres seront remises et dépouillées le ..... à **11 heures** précises dans la salle des réunions de la commune de Mokolo.

Votre offre devra être chiffrée hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC) et déposée en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies, ainsi que votre dossier administratif complet de l'exercice 2022.

**Les offres parvenues après la date et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.**  
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Mokolo, le 7 AVR 2022  
Le Maire (Autorité contractante)

1305 HVA 1 4

1315 HVA 1 4

**PIECE N° 2 : LETTER OF INVITATION TO TENDER**



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
\*\*\*\*\*  
Paix-Travail-Patrie  
\*\*\*\*\*  
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION  
TERRITORIALE  
\*\*\*\*\*  
COMMUNE DE MOKOLO  
\*\*\*\*\*  
COMMISSION INTERNE  
DE PASSATION DES MARCHES  
\*\*\*\*\*



REPUBLIC OF CAMEROON  
\*\*\*\*\*  
Peace-Work-Fatherland  
\*\*\*\*\*  
MINISTRY OF TERRITORIAL  
ADMINISTRATION  
\*\*\*\*\*  
COUNCIL OF MOKOLO  
\*\*\*\*\*  
INTERNAL TENDERS BOARD  
\*\*\*\*\*

**LETTER OF INVITATION TO TENDER**

Sir, \_\_\_\_\_

The Mayor of the municipality of Mokolo (Contracting Authority), launches a Consultation Notice for the EQUIPMENT IN HOSPITAL MATERIALS OF THE INTEGRATED HEALTH CENTER MOKOLO I (MENDEZE NDOUVGAÏ), within the framework of the execution of the Public Investment budget of the MINSANTE, fiscal year 2022.

For this purpose, you will find attached the Descriptive and Quantitative Schedule relating to the services to be carried out which I ask you to kindly quantify and return to me no later than **2.9 AVR 2022** at 10 a.m., in a closed, sealed envelope and addressed to the Mayor of the municipality of Mokolo and must bear the mention:

**"NOTICE OF CONSULTATION FOR THE REQUEST FOR QUOTATION  
N°...../AC/C-MOKOLO/CIPM/AG/2022 OF **2 AVR 2022**  
(IN NORMAL PROCEDURE) RELATING TO THE EQUIPMENT IN HOSPITAL MATERIALS OF THE  
MOKOLO I INTEGRATED HEALTH CENTER (MENDEZE NDOUVGAÏ), MOKOLO DISTRICT; MAYO-  
TSANAGA DEPARTMENT  
FAR NORTH REGION**

**Funding: Public Investment Budget MINSANTE Fiscal Year 2022**

**Imputation: .....**

**To be opened only during the counting session".**

Tenders will be submitted and analyzed on **2.9 AVR 2022** at 11 a.m. sharp in the meeting room of the municipality of Mokolo.

Your offer must be costed excluding taxes (HT) and all taxes included (TTC) and submitted in seven (07) copies including one (01) original and six (06) copies, as well as your complete administrative file for the 2022 financial year.

Tenders received after the deadline for submission of tenders will not be received.  
Please accept, Sir, the expression of my highest consideration.

Mokolo, the **2 AVR 2022**  
The Mayor (Contracting Authority)

SS-2 994 4 S

SS-2 994 4 S

SS-2 994 4 S

SS-2 994 4 S

**PIECE N° 3 : REGLEMENT DE LA CONSULTATION**

- Article 1 : Objet de la Consultation
- Article 2 : Pièces contractuelles constitutives du dossier de Consultation
- Article 3 : Conditions générales
- Article 4 : Mode de présentation des offres
- Article 5 : Ouverture des plis et évaluation des offres
- Article 6 : Attribution de la Lettre-Commande
- Article 7 : Notification de l'attribution de la Lettre-Commande
- Article 8 : Procédure de passation de la Lettre-Commande

## **Article 1 : OBJET DE LA CONSULTATION**

La présente Consultation a pour objet L'EQUIPEMENT EN MATERIELS HOSPITALIERS DU CENTRE DE SANTE INTEGRE MOKOLO I (MENDEZE NDOUVGAÏ), dans le Département du Mayo-Tsanaga, Région de l'Extrême-Nord, Arrondissement de Mokolo.

La Consultation est ouverte aux entreprises spécialisées dans le domaine et installées en territoire camerounais.

## **Article 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE CONSULTATION**

Le dossier de consultation comprend les pièces ci-après :

- a- l'Avis de consultation
- b- la lettre d'invitation à soumissionner
- c- le Règlement de la consultation ;
- d- le cadre du Bordereau des Prix Unitaire (BPU) ;
- e- le Cadre de Devis Quantitatif et Estimatif (CDQE) ;
- f- le modèle de projet de lettre commande;
- g- les formulaires et modèles.
- h- Annexes

## **Article 3 : CONDITIONS GENERALES**

- Toutes les pièces remises par le soumissionnaire, à quelque titre que ce soit, en application de la présente consultation devront être établies exclusivement :
  - en langues française ou anglaise ;
  - en exprimant tous les prix en francs CFA.
- L'Autorité contractante pourra proroger la date limite de réception des offres mentionnées sur l'Avis de Consultation, en publiant un rectificatif. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d'Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date initiale seront régis par la nouvelle date limite.
- Toute offre remise après la date limite de réception sera irrecevable.
- Aucune offre déposée avant la date limite ne pourra être ni retirée ni modifiée.
- La durée de validité des offres est de quinze (15) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
- Le montant de l'offre sera fait sur la base de la parfaite connaissance des droits, impôts et taxes en vigueur en République du Cameroun et applicables aux Marchés Publics ; il fera apparaître le montant hors taxes (HT), la valeur des taxes et le montant toutes taxes comprises (TTC).
- Toutes les modifications sur le Dossier de Consultation seront communiquées à tous les fournisseurs ayant participé à la Consultation et la date d'ouverture des plis sera modifiée en conséquence.

## **Article 4 : MODE DE PRESENTATION DES OFFRES**

Les offres seront présentées en Français ou en Anglais en six (07) exemplaires dont un (1) original et six (6) copies lisibles marquées comme telles. Elles seront contenues dans deux (02) enveloppes fermées et scellées, comprenant :

### **Enveloppe A : Pièces administratives**

Pour toute entreprise soumissionnaire :

- A1 - Une déclaration timbrée indiquant l'intention de soumissionner et faisant apparaître ses noms, prénoms, qualité, domicile, nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués, et s'il s'agit d'une société, la raison sociale et l'adresse du Siège Social ;
- A2- Le pouvoir de signature le cas échéant ;
- A3 - Une attestation de non-faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile du soumissionnaire en cours de validité ;
- A4 - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministère en charge des Finances (pièce produite en original) ou en photocopie certifiée conforme ;
- A5 - Une quittance d'achat du dossier de la demande de cotation d'un montant de 15.000 FCFA;
- A6 - La caution de soumission dont le montant est de 170.000 FCFA d'une durée de validité de 120 jours, délivrée par une banque de 1<sup>er</sup> ordre agréée par le Ministère en charge des Finances (pièce produite en original, et conforme au modèle) ;

- A7- Une attestation de non exclusion des marchés publics signée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics (Pièce produite en Original) ;
- A8- Une déclaration sur l'honneur de visite du lieu de livraison.
- A9 - Une attestation de soumission CNPS datant de moins de trois (03) mois, en cours de validité, certifiant que le soumissionnaire a effectivement versé à la CNPS les sommes dont il est redevable (pièce produite en original) ;
- A10 - Une attestation de non-redevance, en cours de validité, délivrée par le comptable assignataire (pièce produite en original Timbrée) ;
- A11 - Un plan de localisation, dûment signé par le prestataire et timbré;
- A12 - Attestation d'immatriculation timbrée ;
- A13 - un registre de commerce timbré
- A14- Le règlement de la cotation Administratives Particulières (RCAP), paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire
- A15- Un engagement à pré financer les prestations à hauteur de 100% au moins du montant toutes taxes comprises de la soumission, daté et signé sur l'honneur par le soumissionnaire (voir modèle) ;

En cas de groupement d'entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet. les pièces A4, A5, A6, A8 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

A l'ouverture des offres, toute soumission non accompagnée des pièces ci-dessus ou non complétée jusqu'à la clôture de la séance de dépouillement sera purement et simplement rejetée.

- N.B. - Toutes les pièces ci-dessus exigées seront produites en version originale lorsqu'il est ainsi demandé, ou en photocopies légalisées par l'autorité émettrice, en cours de validité.
- Les pièces devront être rangées dans l'ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par un intercalaire de même couleur autre que le blanc.

**Enveloppe B : Offre Financière**

- La soumission timbrée, signée et datée (suivant modèle joint) ;
- Le Bordereau des prix unitaires
- Le Devis Quantitatif et estimatif.

Chacune des enveloppes A et B contenant l'original et les copies sera fermée et scellée. Les deux enveloppes seront placées dans une grande enveloppe elle-même fermée et scellée portant la mention suivante :

**« AVIS DE CONSULTATION POUR LA DEMANDE DE COTATION  
N°...../AC/C-MOKOLO/CIPM/AG/2022 DU .....  
(EN PROCEDURE D'URGENCE) RELATIF A L'EQUIPEMENT EN MATERIELS HOSPITALIERS DU  
CENTRE DE SANTE INTEGRE MOKOLO I (MENDEZE NDOUVGAÏ), ARRONDISSEMENT DE  
MOKOLO ; DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA  
REGION DE L'EXTRÊME-NORD**

**Financement : Budget d'Investissement Public MINSANTE Exercice 2022,  
Imputation : .....**

« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

#### **Article 5 : OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES**

L'ouverture des plis se fera en un (01) temps le .....à ..... Heures précises dans la salle de réunions de la Commune de Mokolo, en présence des soumissionnaires.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

La Commission interne de Passation des Marchés Publics auprès de la commune de Mokolo procédera par la suite à la vérification de la conformité et à la comparaison des appels d'offres dans l'ordre suivant :

- Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.
- évaluation des offres administrativement conformes.
- Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues qualifiées et administrativement conformes.

L'analyse de la cohérence des prix sera faite ainsi que la vérification des montants totaux. Les erreurs de calcul seront corrigées.

A l'issue de cette vérification des offres au plan financier, la Commission interne de Passation des Marchés Publics auprès de la commune de Mokolo proposera au Maire de la commune de Mokolo (**Autorité Contractante**), l'attribution du marché au soumissionnaire techniquement apte et dont l'offre financière sera évaluée la moins disante.

#### **Article 6 : ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE**

La Commission interne de Passation des Marchés Publics auprès de la commune de Mokolo proposera l'attribution de la Lettre-Commande au soumissionnaire dont l'offre sera la moins-disante.

#### **Article 7 : NOTIFICATION DE L'ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE**

- 7.1. Le Maire de la commune de Mokolo (**Autorité Contractante**) notifiera l'attribution de la Lettre-Commande au soumissionnaire. Cette notification indiquera le montant arrêté au titre de l'exécution des prestations.
- 7.2. Dès que l'adjudicataire aura accepté toutes les conditions de l'adjudication le Maire de la commune de Mokolo informera les autres soumissionnaires que leurs offres n'ont pas été retenues.

#### **Article 8 : PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE-COMMANDE**

- 8.1. Le contrat résultant de la présente Lettre-Commande sera préparé, passé et exécuté selon les règles et procédures définies par le Code des Marchés Publics camerounais.
- 8.2. Le soumissionnaire retenu en recevra notification à son adresse officielle. Il devra, dans les dix (10) jours qui suivent, remplir toutes les formalités et notamment l'enregistrement du contrat.
- 8.3. Dans le cas où le soumissionnaire n'aura pas rempli ces obligations, le choix de celui-ci pourra être annulé sans aucun recours, et la Commission pourra proposer un nouvel adjudicataire suivant le même processus.

**PIECE N° 4 : CADRE DU BORDEREAU DES  
PRIX UNITAIRES (CBPU)**

## CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (CBPU)

N°	Reference mercuriale	DESIGNATION DES FOURNITURES DESCRIPTIONS	QTE	Prix en lettre	Prix en chiffre
<b>LOT 100 EQUIPEMENT GÉNÉRAUX</b>					
101		Baignoire en plastique (bébé) cuvette en plastique, capacité égale : 20litres	U		
102		Paravent pour examen : Paravent 2 panneaux, cadre tubulaire chromé, monté sur roulettes, panneaux en toile plastifiée anti-lavable, dimension 100*42*167cm			
<b>LOT 200 EQUIPEMENT DE LABORATOIRE</b>					
201		Bac de coloration : bac à 02 cuves en verre avec couvercles, capacité 150 ml environs avec portoir à poignée métalliques pour 10 lames	U		
202		Centrifugeuse de table Rotor angulaire et portoir 06 tubes de 15 ml, cuve intérieure inox fourni avec 20 tubes, vitesse de rotation jusqu'à 4500t/mn environ, bouton marche-arrêt chronomètre-sécurité arrêt en cas d'ouverture du couvercle alimentation 220-240v50hz	U		
203		Hémoglobinomètre : Complet en coffret type Sahli ou Lovobond 2000 avec accessoires de la lecture	U		
204		<p>Microscope avec tête binoculaire : Microscope de paillasse comprenant : tête binoculaire incliné à 45° un statif avec objectif rotatif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Une platine macro et micrométrique porte objet à mouvement croisés avec une surface céramique haute résistance</li> <li>- Un condensateur réglable par crémaillère</li> <li>- Une tourelle port-objectifs achromatiques de grossissement 4*10*40*100 à immersion</li> <li>- Un dispositif de vision binoculaire *10, compensé aplanétique grand champ réglable de compensation de vue sur au moins un des oculaires</li> <li>- Distance inter pupillaire réglable</li> <li>- Eclairage incorporé à la base avec possibilité de le remplacer par un miroir plan</li> <li>- Concave en cas de non disponibilité de l'électricité ; fourni avec un coffret de rangement et hausse pour le microscope et les objectifs, un flacon de 50ml d'huile à immersion</li> <li>- Alimentation : 220-240v, 50hz</li> </ul>	U		
<b>LOT 300 EQUIPEMENT MEDICAUX</b>					
301		Boîte d'accouchement en inox complète : 1 boîte inox 1 ciseau chirurgicaux pointus 14,5cm 1 ciseau chirurgicaux ronds 14,5cm avec griffes 1pince à disséquer 14,5cm sans griffes 1 pince de l'eau 1 sonde cannelé 1 pince porte aiguille mayo gare 1 manche de bistouri n°3 avec 100.lames	U		
302		Otoscope : en coffret avec un manche à pile, un spéculum réutilisable nasal, un spéculum réutilisable auriculaire	U		
303		Plateau rectangulaire : ensemble de plateaux en acier inox de 18/10de 200*120*20mm(2),280*180*30mm(2),370*270*40mm(1)	U		
304		Plateau réniforme : ensemble de plateaux réniforme en acier inox de 18/10de 260ml(3),450ml(2)	U		
305		Basin du lit : modelé en plastique taille standard			
306		Boîte à en pansement : boîte inox 170*70*30, 1 ciseau droit mousse 14cm	U		
307		Boîte à petit chirurgie : 1 boîte inox, 1 ciseau chirurgicaux pointus 14,5cm, 1ciseau ronds 14,5cm, 2 pinces de kocher 18,5, 1pince disséquer avec griffes , 1pince disséquer de 14, 5cm sans griffes, 1 pince de l'eau , 1 sonde cannelée, 1porte aiguille , mayo hégar, 1 manche de bistouri n°3 avec100 lames	U		
308		Chariot porte instrument : Guéridon en acier inoxydable 18/10 avec 2 plateaux à rebords	U		

		-dimension des plateaux 60*80cm -hauteur du plateau supérieur 75cm -assemblage par soudure Roue sur roulements à bille étanche -galerie sur cotes			
309		<b>Escabeau :</b> 02 manches, armatures tubes d'aciers u en aluminium, pieds patins pastiques, marches en tôle d'aluminium antidérapants, dimension environ 40*40cm	U		
310		<b>pèse personne à toise</b> modèle avec grande cadran gradué circulaire construction solide avec corps entièrement en acier, revêtement antidérapant, portée 150kg par 100g, toise ruban à fixer 2m, graduation en mm	U		
311		<b>pèse bébé+ toise :</b> type cylindrique à curseur avec plateau de pesage, chassie robuste, entièrement en acier, laqué au four, portée 15kg par 5g-4, curseurs . kg, hg, gr et tare, toise pédiatrique ruban	U		
312		<b>Pissette en plastique :</b> Ensemble de trois pipettes en polypropène de 50ml, 100ml : col de cygne	U		
313		<b>Potence porte sérum :</b> Tube en acier inox, monté sur base lourde à 5 branches équipées de roulettes, tige porte flacon réglable en hauteur et équipé de deux crochets type -sécurité	U		
314		<b>Spéculum vaginal :</b> Ensemble de trois Spéculums vaginaux de type Collins en acier inoxydable 18/10 assemblage non démontable, dimension 16, 30, 38mm	U		
315		<b>Respirateur manuel nouveau-né</b> Equipement entièrement stérilisable comprenant : un soufflet de volume maximale 1250ml permettant une pression maximale de 70cm d'eau, une valve permettant l'inspiration spontanée direct un masque transparent nouveau-né en silicone ou caoutchouc antistatique, un tube caoutchouc antistatique armé, longueur 90cm avec connecteurs mâle et femelle	U		
316		<b>Sphygmomanomètre adulte :</b> Brassard adhésif velcro, avec poire, manomètre à lampe, gradué de 0 à 50cm de mercure, à aiguille libre, bouton de remise à 0, fourni avec une poire de recharge	U		
317		<b>Tabouret à hauteur réglable :</b> Hauteur réglable de 40 à 60cm, piètement métallique à revêtement époxy, assise fixe en bois massif, sans dossier	U		
318		<b>Urinal masculin</b> Urinal pastique sans couvercle	U		
319		<b>Stéthoscope double face :</b> récepteur simple pavillon membrane adulte sensibilité minimale de 3,8db dans la bande de 50 à 500hz tube en y de fort diamètre, lyre avec ressort traité pour une élasticité constance embouts auriculaire interchangeables	U		
		<b>LOT 400 MOBILIER MEDICAL</b>			
401		<b>Lit d'hospitalisation adulte et standard avec relève buste :</b> Lit avec relève buste par remailleur sans roues, peinture époxy, 180 x 90cm, armaturé en tube d'Acier soudé, tête, pied de lit et sommier séparable, sommier à ressort d'acier candie ou peints à environ 60cm, matelas mousse résistance environ 20kg par mètre cube en plastique lavable	U		
402		<b>Table de chevet :</b> Ossature métallique en tube d'acier soudé, peinture époxy cuite au four, supportant les panneaux latéraux et supérieur, 02 étagères métallique en époxy soudé à l'ossature dimension environ 40 x 40 x h 75cm	U		
403		<b>Table bureau avec un tiroir :</b> Table en bois dense avec panneau de fond plateau de 25 mm et piètement en bois massif quesson avec serrure comportant 02	U		

		tiroirs hauteur environ 75 cm dimension approximative 60 x 120 cm			
404		<b>Table d'Accouchement :</b> Bâti tubulaire acier inoxydable ou recouvert de peinture époxy piètement avec embouts de protection en caoutchouc matelas d'épaisseur 6 cm minimum, largeur 70 cm, 3 éléments, dossier relevable par commande manuelle, siège avec ouverture et rail, porte cuvette coulissante, plateau des jambes escamotables, 01 paire de porte jambe acier inox et sangle cuir, 1 pair de poignet avec manche en caoufchouc.	U		
405		<b>Table d'Examen :</b> Bâti tubulaire acier inoxydable ou recouvert de peinture époxy piètement avec embouts de protection en caoutchouc matelas d'épaisseur 6 cm minimum, largeur 70 cm, hauteur fixe (85 cm) dimension environ 190 x 70 h 85 cm.	U		

Le.....  
Le soumissionnaire,