



DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE
SOUS-DIRECTION DU BUDGET ET DU FINANCEMENT
SERVICE DES MARCHES PUBLICS
BUREAU DES APPELS D'OFFRES

DEPARTMENT OF FINANCIAL RESOURCES AND EQUIPMENT
SUB-DEPARTMENT OF BUDGET AND FINANCING
PUBLIC CONTRACTS SERVICE
TENDERS OFFICE

24/11/2024
APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° /AONO/MINSANTE/ CIPM/CCCM-AG/2025 EN PROCEDURE
D'URGENCE POUR LA FOURNITURE DES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE À L'HOPITAL REGIONAL
ANNEXE DE MOKOLO.

1. OBJET DE L'APPEL D'OFFRES :

En vue de répondre au mieux aux besoins en soin de qualité des populations à travers le renforcement des plateaux techniques et faisant suite à la construction du bâtiment de laboratoire, le Ministre de la Santé Publique lance une consultation pour la fourniture et l'installation des équipements de laboratoire de l'Hôpital Régional Annexe de Mokolo.

2. CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les prestations objet de la présente consultation comprennent la fourniture, l'installation ainsi que la formation à l'utilisation des équipements de laboratoire à l'Hôpital Régional Annexe de Mokolo. Il s'agit notamment de :

- ✓ Un (01) congélateur horizontal médical, 360L ;
- ✓ Trois (03) congélateurs de laboratoire vertical, 270L ;
- ✓ Un (01) réfrigérateur de la banque du sang, 360L ;
- ✓ Sept (07) réfrigérateurs de pharmacie/laboratoire, 300L ;
- ✓ Neuf (09) étagères plein/vide, base 40x60 ;
- ✓ Un (01) analyseur automatique des gaz du sang ;
- ✓ Un (01) analyseur automatique de biochimie ;
- ✓ Un (01) analyseur automatique d'hématologie ;
- ✓ Un (01) analyseur automatique de microbiologie + immunologie ;
- ✓ Deux (02) appareils d'électrophorèse ;
- ✓ Deux (02) spectrophotomètres ;
- ✓ Un (01) centrifugeuse à rotor interchangeable réfrigéré ;
- ✓ Trois (03) centrifugeuses à rotor interchangeable ;
- ✓ Une (01) chaîne ELISA (un lecteur et un laveur) ;
- ✓ Deux (02) coagulomètres ;
- ✓ Six (06) bain-marie thermostaté ;
- ✓ Cinq (05) microscopes binoculaires ;
- ✓ Un (01) distributeur de paraffine ;
- ✓ Deux (02) distillateurs d'eau ;
- ✓ Six (06) tables de laboratoire, murale, 150 X 75 X 90 CM ;
- ✓ Quatre (04) tables de laboratoire, murale, 250 X 75 X 90 CM (sans évier) ;
- ✓ Quatre (04) tables de laboratoire, mu. ale, 150 X 75 X 90 CM (sans évier) ;
- ✓ Six (06) jeux de pipettes automatiques ;
- ✓ Un (01) microtome rotatif automatique ;
- ✓ Une (01) étuve bactériologique et incubateur de cultures ;
- ✓ Une (01) étuve bactériologique à CO2 ;
- ✓ Un (01) poste de sécurité biologique, CLASS II-A ;
- ✓ Une (01) douche de sécurité de laboratoire ;
- ✓ Deux (02) balances analytiques ;
- ✓ Deux (02) agitateurs électromagnétique digital chauffant ;
- ✓ Deux (02) autoclaves de table, 20 L, Classe B ;
- ✓ Un (01) autoclave vertical, 70 L ;
- ✓ Un (01) fauteuil d'examen gynécologique ;
- ✓ Un (01) fauteuil de prélèvement sanguin ;
- ✓ Quatre (04) chariots de laboratoire ;

- ✓ Quatre (04) plateaux rectangulaires ;
- ✓ Quatre (04) plateaux haricots ;
- ✓ Seize (16) tabourets médicaux ;
- ✓ Deux (02) speculum ;
- ✓ Deux (02) escabeaux à deux marches.

3. ALLOTISSEMENT :

Les prestations objet de la présente consultation ne sont pas alloties.

4. COUT PREVISIONNEL:

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de Deux cent quatre-vingt-dix millions six cent quatre vingt huit mille sept cent soixante cinq (290 688 765) FCFA TTC .

5. DELAI PREVISIONNEL ET LIEU DE LIVRAISON :

Le délai maximum de livraison prévu par le Maître d'Ouvrage pour la livraison des fournitures objet du présent appel d'offres est de cent vingt (120) jours calendaires à livrer et à installer à l'Hôpital Régional Annexe de Mokolo. Ce délais court à compter de la date de notification de l'Ordre de Service de commencer les prestations.

6. PARTICIPATION ET ORIGINE

La participation au présent appel d'offres est ouverte aux entreprises de droits camerounais spécialisées dans la fourniture de ce type de matériel médical ayant une expérience avérée en la matière.

7. FINANCEMENT:

Les prestations, objet du présent Appel d'Offres sont financées sur le Budget d'Investissement du MINSANTE- Exercice 2025, imputation : 59 40 047 06 5313134 524412.

8. MODE DE SOUMISSION :

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est exclusivement en ligne.

9. CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION :

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission timbré, daté et acquitté à la main, accompagné du récépissé de dépôt de la Caisse de Dépôt Et de Consignation (CDEC), délivré par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautionnements dans le domaine des marchés publics dont la liste figure dans la pièce 14 du DAO , dont le montant s'élève à Cinq millions huit cent dix mille (5 810 000) FCFA et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres.

L'absence du cautionnement de soumission conforme, entraînera le rejet pur et simple de l'offre.

Un cautionnement de soumission produit mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considéré comme absent.

Le cautionnement de soumission timbré, daté et acquitté à la main, accompagné du récépissé de dépôt de la CDEC, présenté par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

10. CONSULTATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES :

Le Dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat du Service des Marchés Publics du MINSANTE sis au Rez de chaussée de l'immeuble de la Santé du Ministère de la Santé Publique situé à proximité de la Croix Rouge (Téléphone/fax 222 22 10 21) dès publication du présent avis.

Il peut également être consulté en version électronique sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm> sur le site internet de l'ARMP (www.arnp.cm).

11. ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES :

La version physique du dossier d'appel d'offres peut être obtenu au Service des Marchés Publics du MINSANTE sis au Rez de chaussée de l'immeuble de la Santé du Ministère de la Santé Publique situé à proximité de la Croix Rouge (Téléphone/fax 222 22 10 21), dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable des frais d'achat du DAO de Deux cent mille (200 000) FCFA payable au Trésor Public.

12. REMISE DES OFFRES :

Chaque offre est rédigée en anglais ou en français, devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou toute autre moyen de communication électronique officiel à préciser par le maître d'ouvrage au plus tard le 29/05/2025 à 13heures. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB devra être transmise sous pli scellé avec l'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-après dans les délais impartis :

24/03-124 « AVIS D'APPEL APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 1AONO/MINSANTE/CIPM/CCCM-AG/2025 EN PROCEDURE D'URGENCE DU 25/04/2025
POUR LA FOURNITURE DES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE À L'HOPITAL REGIONAL ANNEXE DE MOKOLO
A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Taille et format des fichiers à transmettre :

Les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 MO pour l'Offre Administrative ;
- 15 MO pour l'Offre Technique ;
- 5 MO pour l'Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

13. RECEVABILITE DES OFFRES :

Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé. Seront irrecevables par le Maître d'Ouvrage:

- les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires,
- les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt.
- les plis sans indication de l'identité de l'Appel d'Offres ;
- les plis non-conformes au mode de soumission
- Le non-respect du nombre d'exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies ;

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission timbré, daté et acquitté à la main, accompagné du récépissé de dépôt de la Caisse de Dépôt Et de Consignation (CDEC), délivré par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautionnements dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

14. OUVERTURE DES PLIS :

L'ouverture des plis se fera en un seul temps.

L'ouverture des pièces Administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 29/05/2025 à 14 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés dans la salle de réunion de ladite Commission sise au premier étage de l'Immeuble Ex-PSFN à proximité de la Croix Rouge Nationale.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne dûment mandatée, même en cas de groupement d'entreprises, ayant une bonne connaissance du dossier. Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois à compter de la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

En cas d'absence ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis après un délai de 48 heures accordée par la Commission, l'offre sera rejetée.

15. CRITERE D'EVALUATION :

15.1 CRITERES ELIMINATOIRES :

- i Absence et/ou non-conformité du cautionnement de soumission timbré, daté et acquitté à la main, accompagné du récépissé de dépôt de la Caisse de Dépôt Et de Consignation (CDEC) à l'ouverture des plis ;
- ii Non -production au-delà du délai de 48h d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente

- lors de l'ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission) ;
- iii. Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces ;
 - iv. Non-respect d'au moins 6 critères essentiels sur 7 ;
 - v. Absence de l'autorisation du fabricant des équipements ci-après : congélateur horizontal médical, 360L ; congélateurs de laboratoire vertical, 270L ; réfrigérateur de la banque du sang, 360L ; réfrigérateurs de pharmacie/laboratoire, 300L ; analyseur automatique des gaz du sang ; automate de microbiologie ; spectrophotomètre ; chaîne ELISA (un lecteur et un laveur ; bain-marie thermostaté ; distillateur d'eau ; microtome rotatif automatique ; étuve bactériologique et incubateur de cultures ; étuve bactériologique à CO₂ ; poste de sécurité biologique, CLASS II-A ; autoclave de table, 20 L ; Classe B ; autoclave vertical, 70 L .
 - vi. Absence des preuves de la conformité aux réglementations qui suivent :
 - L'appareil d'électrophorèse, l'étuve bactériologique et incubateur de cultures, et l'étuve bactériologique à CO₂ proposés respecte la norme ISO 13485 ;
 - L'analyseur automatique des gaz du sang respecte la norme ISO 14971 et la Directive 98/79 EC ;
 - L'automate de microbiologie proposé respecte les normes suivantes : ISO 13485 ou 61326 et la Directive 98/79 EC ;
 - L'automate de biochimie et l'automate d'hématologie proposés respectent la norme IEC 61010 ;
 - L'automate d'immunologie proposé respecte la norme EN/IEC 61326 ;
 - Le bain-marie thermostaté proposé respecte la norme EN 61010 et 13485
 - La chaîne ELISA (lecteur) proposée respecte les normes : ISO 14971 et EU 2017/746 ;
 - Le microtome rotatif automatique proposé respecte la norme EN 61010 ;
 - Le poste de sécurité biologique, CLASS II-A respecte les normes ISO 45001 et ISO 14001 ;
 - L'autoclave de table, 20 L, Classe B et l'autoclave vertical, 70 L proposés respecte les normes ISO 13445 et ISO 13485.
 - vii. Absence de l'agrément de distribution du matériel médical délivré par le MINSANTE accompagné du certificat de bonne pratique en cours de validité ;
 - viii. Absence de prospectus ou fiche technique produit par le fabricant des équipements proposés ;
 - ix. Non-respect à 100% des spécifications techniques majeures des équipements suivants détaillés dans le RPAO: congélateur horizontal médical, 360L ; congélateur de laboratoire vertical, 270L ; réfrigérateur de la banque de sang, 360L ; réfrigérateur de pharmacie, 300L ; analyseur automatique des gaz du sang ; analyseur automatique de biochimie ; analyseur automatique d'hématologie ; analyseur automatique de microbiologie + immunologie ; appareils d'électrophorèse ; spectrophotomètres ; centrifugeuse à rotor interchangeable réfrigéré ; centrifugeuses à rotor interchangeable ; chaîne ELISA (un lecteur et un laveur) ; microscopes binoculaires ; étuve bactériologique et incubateur de cultures ; étuve bactériologique à CO₂ ; poste de sécurité biologique, CLASS II-A ; autoclave de table, 20 L, Classe B ; autoclave vertical, 70 L.
 - x. Non-respect d'au moins 80 % des spécifications techniques mineures de chacun des items tels qu'indiquées dans le Descriptif des fournitures du présent DAO ;
 - xi. Absence de la charte d'intégrité dûment remplie, datée et signée sur l'honneur ;
 - xii. Absence de la déclaration d'engagement social et environnemental dûment remplie, datée et signée sur l'honneur ;
 - xiii. Absence d'un prix unitaire quantifié dans l'Offre financière ;
 - xiv. Absence de la déclaration sur l'honneur de non abandon de marchés au cours des trois dernières années
 - xv. Non-respect du format de fichiers des offres ;
 - xvi. Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS.

15.2 CRITERES ESSENTIELS :

- i. Présentation de l'offre (Conformité de la composition de l'offre par rapport aux prescriptions du DAO, pièces dans l'ordre et intercalaires en couleur...) ;
- ii. Références du soumissionnaire dans la fourniture des équipements médicaux au cours des trois (03) dernières années (2022,2023,2024) au moins trois, d'un montant cumulé d'au moins deux cent millions (200 000 000) Francs CFA ;
- iii. Capacité financière d'au moins cent quatre-vingt millions (180 000 000) Francs CFA délivrée par une institution financière de premier ordre ;
- iv. Disponibilité dans l'entreprise d'au moins un ingénieur biomédical (ayant au moins BAC+5) ;
- v. Une attestation de garantie d'au moins un an des équipements proposés ;
- vi. Planning et délai de livraison de maximum cent vingt (120) jours ;
- vii. Preuve d'acceptation des conditions du marché (CCAP et Descriptif des fournitures : paraphés, cachetés, datés, signés avec la mention « lu et approuvé »).

Pour être éligible pour l'évaluation financière, le soumissionnaire doit satisfaire à tous les critères dits éliminatoires et à au moins six (06) des sept (07) des critères essentiels.

16 ATTRIBUTION DU MARCHE :

Le Maître d'ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises et dont l'offre est évaluée la moins-disante.

17 DUREE DE VALIDITE DES OFFRES :

Les Soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de cent vingt (120) jours à partir de la date limite initiale fixée pour la remise des offres.

18 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat du Service des Marchés Publics du MINSANTE sis au Rez de chaussée de l'immeuble de la Santé du Ministère de la Santé Publique situé à proximité de la Croix Rouge (Téléphone/fax 222 22 10 21) ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses : <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm>, dès publication du présent avis.


19 DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION :

Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir envoyer un SMS ou appeler le MINMAP aux numéros suivants : 673 205 725/699 370 748.

Ampliations :

- MINSANTE-CAS
- MINMAP
- ARMP (pour publication et archivage)
- CIPM
- Service des Marchés/MINSANTE
- Affichage (pour information)
- Maître d'Ouvrage (pour archivage)

Yaoundé, le 25 AVR 2025



Dr. Margoula Malackie



DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE
SOUS-DIRECTION DU BUDGET ET DU FINANCEMENT
SERVICE DES MARCHES PUBLICS
BUREAU DES APPELS D'OFFRES

DEPARTMENT OF FINANCIAL RESOURCES AND EQUIPMENT
SUB-DEPARTMENT OF BUDGET AND FINANCING
PUBLIC CONTRACTS SERVICE
TENDERS OFFICE

26/11/23-124
**OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDERS N° /ONIT/MINSANTE/ CIPM/CCCM-AG/2025 IN
EMERGENCY PROCEDURE FOR THE SUPPLY OF LABORATORY EQUIPMENT TO THE REGIONAL ANNEX
HOSPITAL OF MOKOLO.**

1. PURPOSE OF THE CALL FOR TENDERS:

In order to best meet the needs of the population for quality care through the reinforcement of the technical platforms and following the construction of the laboratory building, the Minister of Public Health is launching a consultation for the supply and installation of laboratory equipment for the Regional Hospital Annex of Mokolo.

2. CONSISTENCY OF SERVICES

The services covered by this consultation include the supply, installation and training in the use of laboratory's equipment at the Regional Annex Hospital of Mokolo. These include:

- ✓ One (01) medical chest freezer, 360L;
- ✓ Three (03) Upright Lab Freezers, 270L;
- ✓ One (01) blood bank refrigerator, 360L;
- ✓ Seven (07) Pharmacy/Laboratory Refrigerators, 300L;
- ✓ Nine (09) full/empty shelves, 40x60 base;
- ✓ One (01) automatic blood gas analyzer;
- ✓ One (01) automatic biochemistry analyzer;
- ✓ One (01) automatic hematology analyzer;
- ✓ One (01) automatic microbiology + immunology analyzer;
- ✓ Two (02) electrophoresis devices;
- ✓ Two (02) spectrophotometers;
- ✓ One (01) refrigerated interchangeable rotor centrifuge;
- ✓ Three (03) centrifuges with interchangeable rotors;
- ✓ One (01) ELISA string (one reader and one washer) ;
- ✓ Two (02) coagulometers;
- ✓ Six (06) thermostatically controlled water baths;
- ✓ Five (05) binocular microscopes;
- ✓ One (01) paraffin dispenser;
- ✓ Two (02) water distillers;
- ✓ Six (06) laboratory tables, wall-mounted, 150 X 75 X 90 CM;
- ✓ Four (04) laboratory tables, wall-mounted, 250 X 75 X 90 CM (without sink);
- ✓ Four (04) laboratory tables, wall-mounted, 150 X 75 X 90 CM (without sink);
- ✓ Six (06) sets of automatic pipettes;
- ✓ One (01) automatic rotating microtome;
- ✓ One (01) bacteriological oven and culture incubator;
- ✓ One (01) CO2 bacteriological oven;
- ✓ One (01) biological safety station, CLASS II-A ;
- ✓ One (01) laboratory safety shower;
- ✓ Two (02) analytical balances;
- ✓ Two (02) digital electromagnetic heating stirrers;
- ✓ Two (02) tabletop autoclaves. 20 L. Class B;
- ✓ One (01) vertical autoclave, 70 L;
- ✓ One (01) gynaecological examination chair;
- ✓ One (01) blood collection chair;
- ✓ Four (04) laboratory carts;

- ✓ Four (04) rectangular trays;
- ✓ Four (04) bean trays;
- ✓ Sixteen (16) medical stools;
- ✓ Two (02) speculum;
- ✓ Two (02) stepladders with two steps.

3. ALLOTMENT:

The benefits that are the subject of this consultation are not allocated.

4. ESTIMATED COST:

The estimated cost of the operation at the end of the preliminary studies is Two hundred and ninety million six hundred and eighty-eight thousand seven hundred and sixty-five (290,688,765) FCFA including VAT .

5. ESTIMATED TIME AND PLACE OF DELIVERY:

The maximum delivery period provided by the Project Owner for the delivery of the supplies subject to this call for tenders is one hundred and twenty (120) calendar days to be delivered and installed at the Regional Hospital Annex of Mokolo. This period runs from the date of notification of the Service Order to start the services.

6. PARTICIPATION AND ORIGIN

Participation in this call for tenders is open to Cameroonian companies specializing in the supply of this type of medical equipment with proven experience in this field.

7. FINANCING:

The services, subject to this Call for Tenders, are financed from the MINSANTE Investment Budget - Fiscal Year 2025, charge: 59 40 047 06 5313134 524412.

8. SUBMISSION METHOD:

The submission method chosen for this consultation is exclusively online.

9. BID BOND:

Each tenderer must attach to its administrative documents a tender, stamped, dated and paid by hand, accompanied by the deposit receipt of the Caisse de Dépôt Et de Consignation (CDEC), issued by a financial body or institution approved by the Minister of Finance to issue the guarantees in the field of public procurement listed in Exhibit 14 of the DAO, in the amount of Five million eight hundred and ten thousand (5,810,000) FCFA and valid for up to thirty (30) days beyond the initial date of validity of the offers.

The absence of the compliant bid bond will lead to the outright rejection of the bid.

A bid bond produced but unrelated to the consultation in question is considered to be absent.

The bid bond stamped, dated and paid by hand, accompanied by the CDCE deposit receipt, presented by a bidder during the bidding session is inadmissible.

10. CONSULTATION OF THE TENDER DOCUMENTS:

The File can be consulted during working hours at the Secretariat of the Public Procurement Service of the Ministry of Public Health located on the ground floor of the Health Building of the Ministry of Public Health located near the Red Cross (Telephone/Fax 222 22 10 21) as soon as this notice is published.

It can also be consulted in electronic version on the COLEPS platform at the <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm> addresses on the ARMP website (www.arnp.cm).

11. ACQUISITION OF THE TENDER DOCUMENTS:

The physical version of the tender documents can be obtained from the Public Procurement Department of the Ministry of Public Health located on the ground floor of the Health building of the Ministry of Public Health located near the Red Cross (Telephone/fax 222 22 10 21), as soon as this notice is published, against payment of a non-refundable sum of the purchase costs of the DAO of Two hundred thousand (200,000) FCFA payable to the Public Treasury.

12. SUBMISSION OF TENDERS:

Each tender is written in English or French, must be transmitted by the bidder on the COLEPS platform or any other official electronic means of communication to be specified by the project owner no later than 29/05/2025 at 1 p.m. A backup copy of the tender registered on a USB key must be sent in a sealed envelope with the clear and legible indication "backup copy", in addition to the following mention within the prescribed deadlines:

24/03-124 "NOTICE OF CALL FOR TENDERS NATIONAL OPEN
N° 1 /AONO/MINSANTE/CIPM/CCCM-AG/2025 IN EMERGENCY PROCEDURE DU 25/04/2025
FOR THE SUPPLY OF LABORATORY EQUIPMENT TO THE REGIONAL ANNEX HOSPITAL OF MOKOLO.
TO BE OPENED ONLY DURING THE COUNTING SESSION"

Size and format of the files to be transmitted:

The maximum sizes of the documents that will transit on the platform and constitute the bidder's offer are as follows:

- 5 MB for the Administrative Offer;
- 15 MB for the Technical Offer;
- 5 MB for the Financial Offer.

Accepted formats include:

- PDF format for textual documents;
- JPEG for images.

The candidate will make sure to use compression software in order to reduce the size of the files to be transmitted.

13. ADMISSIBILITY OF TENDERS:

The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate envelopes and delivered in a sealed envelope. The following shall be inadmissible by the Contracting Authority:

- the envelopes bearing the information on the identity of the tenderers,
- Envelopes received after the deadlines for submission.
- envelopes without indicating the identity of the Call for Tenders;
- Envelopes that do not comply with the submission method
- Failure to comply with the number of copies indicated in the ODPR or offer only in copies;

Any incomplete bid in accordance with the requirements of the Tender Documents will be declared inadmissible. In particular, the absence of the bid bond stamped, dated and paid by hand, accompanied by the deposit receipt of the Caisse de Dépôt Et de Consignation (CDEC), issued by an organization or a financial institution approved by the Minister in charge of finance to issue guarantees in the field of public procurement or the non-compliance with the models of the documents of the Tender Documents, will result in the outright rejection of the offer without any recourse. A bid deposit produced but unrelated to the consultation concerned is considered to be missing. The bid deposit presented by a bidder during the bidding session is inadmissible.

14. OPENING OF THE TENDERS:

The opening of the bids will be done in a single step.

The opening of the Administrative Documents, Technical and Financial Bids will take place on 29/05/2025 at 2 p.m. by the Internal Procurement Commission in the meeting room of the said Commission located on the first floor of the Ex-PSFN Building near the National Red Cross.

Only tenderers may attend this opening session or be represented by a single person duly authorised, even in the case of a group of undertakings, with a good knowledge of the file.

Under penalty of rejection, the required documents in the administrative file must be produced in originals or in certified copies by the issuing department or the competent administrative authority, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the Call for Tenders. They must be less than three (03) months old from the original date of submission of the tenders or have been established after the date of signature of the tender notice.

In the event of the absence or non-conformity of a document from the administrative file when the tenders are opened after a period of 48 hours granted by the Commission, the tender will be rejected.

15. EVALUATION CRITERIA:

15.1 ELIMINATORY CRITERIA:

- i. Absence and/or non-compliance of the bid bond stamped, dated and paid by hand, accompanied by the deposit receipt from the Caisse de Dépôt Et de Consignation (CDEC) at the opening of the bids;
- ii. Failure to produce beyond the 48-hour period a document in the administrative file deemed non-compliant or absent when the bids were opened, (except for the tender bond);
- iii. False declarations, fraudulent tactics or falsification of documents;
- iv. Failure to comply with at least 6 out of 7 essential criteria;
- v. Lack of authorization from the manufacturer of the following equipment: medical chest freezer, 360L; upright

laboratory freezers, 270L; Blood Bank Refrigerator, 360L; pharmacy/laboratory refrigerators, 300L; automatic blood gas analyzer; microbiology automaton; spectrophotometer; ELISA chain (one reader and one washer; thermostatically controlled water bath; water distiller; automatic rotating microtome; bacteriological oven and culture incubator; CO2 bacteriological oven; biological safety station, CLASS II-A; tabletop autoclave, 20 L; Class B; vertical autoclave, 70 L.

- vi. Lack of evidence of compliance with the following regulations:
 - The electrophoresis apparatus, the bacteriological oven and culture incubator, and the CO2 bacterial oven offered comply with the ISO 13485 standard;
 - The automatic blood gas analyzer complies with ISO 14971 and Directive 98/79 EC;
 - The proposed microbiology automaton complies with the following standards: ISO 13485 or 61326 and Directive 98/79 EC;
 - The biochemistry automaton and the haematology automaton offered comply with the IEC 61010 standard;
 - The immunology automaton offered complies with the EN/IEC 61326 standard;
 - The temperature-controlled water bath offered complies with the EN 61010 and 13485 standards
 - The proposed ELISA (reader) string complies with the standards: ISO 14971 and EU 2017/746;
 - The automatic rotary microtome offered complies with the EN 61010 standard;
 - The biological safety station, CLASS II-A, complies with ISO 45001 and ISO 14001 standards;
 - The proposed 20 L, Class B tabletop autoclave and the 70 L vertical autoclave comply with ISO 13445 and ISO 13485 standards.
- vii. Lack of approval for the distribution of medical equipment issued by MINSANTE accompanied by a valid certificate of good practice;
- viii. Absence of a leaflet or technical sheet produced by the manufacturer of the equipment offered;
- ix. 100% non-compliance with the major technical specifications of the following equipment detailed in the APFR: medical chest freezer, 360L; vertical laboratory freezer, 270L; blood bank refrigerator, 360L; pharmacy refrigerator, 300L; automatic blood gas analyzer; biochemistry analyzer; automatic hematology analyzer; microbiology + immunology analyzer; electrophoresis devices; spectrophotometers; rotor centrifuge refrigerated interchangeable; centrifuges with interchangeable rotor; ELISA chain (one reader and one washer); binocular microscopes; bacteriological oven and culture incubator; CO2 bacteriological oven; biological safety cabinet, CLASS II-A; tabletop autoclave, 20 L, Class B; vertical autoclave, 70 L.
- x. Failure to comply with at least 80% of the minor technical specifications of each of the items as indicated in the Supply Description of this tender;
- xi. Absence of the duly completed, dated and signed integrity charter;
- xii. Absence of the duly completed, dated and signed declaration of social and environmental commitment;
- xiii. Absence of a quantified unit price in the Financial Offer;
- xiv. Absence of the sworn declaration of non-abandonment of contracts in the last three years
- xv. Failure to comply with the file format of the offers;
- xvi. Absence of the backup copy in the event of a malfunction of the COLEPS platform.

15.2 ESSENTIAL CRITERIA:

- viii. Presentation of the offer (Conformity of the composition of the offer with the requirements of the CAD, parts in order and dividers in colour, etc.);
- ix. References of the bidder in the supply of medical equipment in the last three (03) years (2022,2023,2024) at least three, for a cumulative amount of at least two hundred million (200,000,000) CFA francs;
- x. Financial capacity of at least one hundred and eighty million (180,000,000) CFA francs issued by a first-rate financial institution;
- xi. Availability in the company of at least one biomedical engineer (at least BAC+5);
- xii. A guarantee certificate of at least one year for the equipment offered;
- xiii. Planning and delivery time of maximum one hundred and twenty (120) days;
- xiv. Proof of acceptance of the conditions of the contract (CCAP and Furniture Descriptions: initialled, sealed, dated, signed with the mention "read and approved").

To be eligible for the financial evaluation, the bidder must meet all the so-called eliminatory criteria and at least six (06) of the seven (07) essential criteria.

16. CONTRACT AWARD:

The Contracting Authority shall award the contract to the tenderer who has submitted a tender that meets the required technical and financial qualification criteria and whose tender is evaluated with the lowest bid.

17. DURATION OF THE OFFERS VALID:

Bidders shall remain bound by their bids for a period of one hundred and twenty (120) days from the original deadline for submission of bids.

18. ADDITIONAL INFORMATION:

Additional information can be obtained during working hours at the Secretariat of the Public Procurement Service of the Ministry of Public Health, located on the ground floor of the Health building of the Ministry of Public Health, located near the Red Cross (Telephone/fax 222 22 10 21) or online on the COLEPS platform at the following addresses: <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm>, upon publication of this notice.


19. PROVISIONS RELATING TO THE FIGHT AGAINST CORRUPTION:

For any attempt at corruption or bad practices, please send an SMS or call MINMAP at the following numbers: 673 205 725/699 370 748.

Ampliations:

- MINSANTE/CAB
- MINMAP
- ARMP (for publication and archiving)
- CIPM
- Markets/HEALTH Department
- Display (for information)
- Project owner (for archiving)

Yaoundé, the 25 AVR 2025



Dr. Mwaouda Malackie