

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DIRECTION GENERALE

**DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERS**

**STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS**

B.P 5408 Yaoundé
Tél : (237) 222.21.31.81
Fax : (237) 222.21.20.15
hospitalgeneraldeyaounde@gmail.com



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

GENERAL HOSPITAL OF YAOUNDE

GENERAL DIRECTORATE

**DIRECTORATE OF ADMINISTRATIVE AND
FINANCIAL AFFAIRS**

**INTERNAL STRUCTURE FOR THE
ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLIC
PROCUREMENT**

P.O BOX: 5408 Yaoundé
hospitalgeneraldeyaounde@gmail.com

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/HGY/CIPM/26 DU 1^{er}
AVRIL 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET
L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX AU BLOC OPERATOIRE
DE L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE
FINANCEMENT : Fonds propres-Exercice 2026- Ligne 24 44 04**

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

SOMMAIRE

Pièce N°1.	Avis d'Appel d'Offres (AAO).....	10
Pièce N°2.	Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO).....	27
Pièce N°3.	Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO)	62
Pièce N°4.	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).....	89
Pièce N°5.	Cahier des Spécifications techniques (CST)	122
Pièce N°6.	Cadre du Bordereau des prix unitaires et des prix forfaitaires	132
Pièce N°7.	Cadre du détail quantitatif et estimatif	138
Pièce N°8.	Cadre du sous-détail des prix unitaires.....	141
Pièce N°9.	Modèle de Marché.....	144
Pièce N°10.	Modèle ou formulaires des pièces à utiliser par le Soumissionnaire	149
Pièce N°11.	Charte d'intégrité.....	174
Pièce N°12.	Engagement social et environnemental	179
Pièce N°13.	Visa de maturité ou Justificatifs des études préalables	182
Pièce N°14.	Liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics.....	185
Pièce N°15.	Procédures de soumission en ligne.....	1

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DIRECTION GENERALE

**DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERS**

**STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS**

B.P 5408 Yaoundé

Tél : (237) 222.21.31.81

Fax : (237) 222.21.20.15

hopitalgeneraldeyaounde@gmail.com



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

GENERAL HOSPITAL OF YAOUNDE

GENERAL DIRECTORATE

**DIRECTORATE OF ADMINISTRATIVE AND
FINANCIAL AFFAIRS**

**INTERNAL STRUCTURE FOR THE
ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLIC
PROCUREMENT**

P.O BOX: 5408 Yaoundé

hopitalgeneraldeyaounde@gmail.com

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/HGY/CIPM/26 DU 1^{ER}
AVRIL 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET
L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX AU BLOC OPERATOIRE
DE L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE**

FINANCEMENT : Fonds propres-Exercice 2026- Ligne 24 44 04

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

PIECE N°1 : AVIS D'APPEL D'OFFRES

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DIRECTION GENERALE

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERS

STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

B.P 5408 Yaoundé
Tél : (237) 222.21.31.81
Fax : (237) 222.21.20.15

hopitalgeneraldeyaounde@gmail.com



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

GENERAL HOSPITAL OF YAOUNDE

GENERAL DIRECTORATE

DIRECTORATE OF ADMINISTRATIVE AND
FINANCIAL AFFAIRS

INTERNAL STRUCTURE FOR THE
ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLIC
PROCUREMENT

P.O BOX: 5408 Yaoundé
hopitalgeneraldeyaounde@gmail.com

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/HGY/CIPM/26 DU 1^{ER} AVRIL 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX AU BLOC OPERATOIRE DE L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

FINANCEMENT : Fonds propres-Exercice 2026- Ligne 24 44 04

1. Objet de l'Appel d'Offres

Le Directeur Général de l'Hôpital Général de Yaoundé lance un Appel d'Offres national Ouvert en Procédure d'Urgence pour la fourniture et l'installation d'équipements médicaux au Opérateur de l'Hôpital Général de Yaoundé.

2. Consistance des prestations

Les prestations du présent appel d'offres comprennent la fourniture et l'installation d'équipements médicaux au Bloc Opérateur de l'Hôpital Général de Yaoundé.

3. Allotissement

Le présent appel d'offres est regroupé en un lot unique

4. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel total à l'issue des études préalables est de F CFA 200 000 000 (Deux cent millions).

5. Délai de livraison

Le délai maximum de livraison des fournitures prévu par le Maître d'Ouvrage est de 08 semaines à partir de la date de notification de l'ordre de service.

6. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est réservée aux entreprises installées au Cameroun ou à l'étranger ayant une expérience dans la fourniture de ce type de fournitures.

7. Financement

Les prestations objet du présent appel d'offres sont financées sur Fonds propres - Exercice 2026-Ligne 24 44 04.

8. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est en ligne

9. Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives une caution de soumission acquittée à la main (suivant modèle joint) **au montant d'un (1.000 000 000) million** et d'une durée de validité de trente (30) jours, délivrée par un banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics ou toute autre forme prévue par la réglementation en vigueur (Chèque certifié, chèque de banque, hypothèque légale) sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement; Le récépissé du dépôt du cautionnement provisoire délivré par la caisse des Dépôts et Consignations (CDEC) ou la preuve du virement du compte du soumissionnaire au compte de la CDEC du montant équivalent à ladite caution par l'établissement bancaire de cette caution provisoire.

Dans le cas de la soumission en ligne, le récépissé et la copie de de la caution de soumission, délivrés par la CDEC, sont jointes dans l'offre du soumissionnaire, tandis que leurs originaux sont remis à la Commission de passation des marchés compétentes, lors de la séance d'ouverture des offres.

A cette caution devra être jointe le récépissé de la Caisse de Dépôt et de Consignation (CDEC) d'un montant égal à celui du cautionnement.

10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au niveau de la SIGAMP de l'Hôpital Général de Yaoundé, B.P. : 5408 Yaoundé, Tél. : 222 20 39 53, fax : 222 21 20 15 dès publication du présent avis.

Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses email : <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm> sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm).

11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu au Secrétariat de la SIGAMP de l'Hôpital Général de Yaoundé, Tél. : 222 20 39 53, fax : 222 21 20 15 dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de **cent mille (100 000) FCFA** payable au compte n°335988 ouvert au nom de « Compte Spécial CAS- ARMP » à la BICEC de Yaoundé.

Il est également possible d'obtenir la version électronique du DAO par téléchargement gratuit aux adresses sus indiquées. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement des frais d'achat du DAO.

12. Remise des offres

L'offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou toute autre moyen de communication électronique officiel à préciser par le maître d'ouvrage au plus tard le **24 JUIN 2026 à 13 heures précises, heure locale.**

Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessous dans les délais impartis.

« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/HGY/CIPM/26 DU 1^{ER} AVRIL 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX AU BLOC OPERATOIRE DE L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE »

Les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 MO pour le Dossier Administratif ;
- 15 MO pour l'Offre Technique ;
- 5 MO pour l'Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre

13. Recevabilité des plis

Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maître d'Ouvrage :

- les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires,
- les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt.
- les plis sans indication de l'identité de l'Appel d'Offres ;
- les plis non-conformes au mode de soumission
- Le non-respect du nombre d'exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière de première catégorie agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente.

14. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps.

L'ouverture des offres (administratives, techniques et financières) aura lieu le **24 JUIN 2026 à 14 heures**, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés de l'Hôpital Général de Yaoundé dans la Salle des réunions de la Direction Générale de l'Hôpital Général de Yaoundé.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois à compter de la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

En cas d'absence ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis après un délai de 48 heures accordée par la Commission, l'offre sera rejetée.

15. Critères d'évaluation

15.1 Critères éliminatoires

- a. Absence du cautionnement de soumission accompagnée du récépissé CDEC ; Dans le cas de la soumission en ligne, le récépissé et la copie de de la caution de soumission, délivrés par la CDEC, sont jointes dans l'offre du soumissionnaire, tandis que leurs originaux sont remis à la Commission de passation des marchés compétentes, lors de la séance d'ouverture des offres.
- b. Non -production au-delà du délai de 48h après l'ouverture des plis d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission) ;
- c. Les fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces

- d.* Non satisfaction à 70% des critères essentiels ;
- e.* Non-respect du type d'élément de commande pour l'unité de contrôle de la colonne de coelioscopie (Type d'éléments de commande : Écran tactile),
- f.* Non-respect du profil de réglage pour l'unité de contrôle de colonne de coelioscopie (Profils réglables individuellement : 5 pièces minimum),
- g.* Non-respect du mode de fonctionnement pour l'unité de contrôle de la colonne de coelioscopie (Mode de fonctionnement : Service continu),
- h.* Non-respect du mode traitement d'images pour la tête de caméra de la colonne de coelioscopie (Mode de traitement d'images : Traitement d'image numérique et transmission de signal numérique),
- i.* Non-respect du type de filetages pour la tête de caméra de la colonne de coelioscopie (Type de filetage d'objectif : C-Mount universel),
- j.* Non-respect de la méthode de stérilisation pour la tête de caméra de la colonne de coelioscopie (Méthode de stérilisation : Autoclavable),
- k.* Non-respect de la conformité de lampe pour la source de lumière de la colonne de coelioscopie (Type de lampes à utiliser : LED haute puissance),
- l.* Non-respect de la compatibilité des câbles de lumière pour la source de lumière de la colonne de coelioscopie (Câbles de lumière compatibles Wolf, Storz, Olympus, ACMI),
- m.* Non-respect de la conformité des modes de courant pour le bistouri électrique de la colonne de coelioscopie (Courants : monopolaires/bipolaires),
- n.* Non-respect du mode de commande pour le bistouri électrique de la colonne de coelioscopie (Commande à distance via la manche porte électrode ou la pédale),
- o.* Non-respect de l'exhaustivité des accessoires pour le bistouri électrique de la colonne de coelioscopie (Voir pièces n°5 : Cahier des spécifications techniques),
- p.* Non-respect du mode de commande pour le système de moteur universel (Shaver) de la colonne de coelioscopie (Mode commande : Interrupteur à distance à 02 pédales+02 touches),
- q.* Non-respect de la conformité moteur poignée pour le système de moteur universel (shaver) de la colonne de coelioscopie (Moteur poignée : Vitesse : 16000trs/min maximum, Câble de connexion amovible de longueur: 3,0 m minimum, Commande avec champ de touches et interrupteur à pédale, Diamètre d'instruments pour Shaver : 2-6,5 mm),
- r.* Non-respect de la construction des instruments chirurgicaux (Tous les instruments chirurgicaux livrés seront construits en acier inoxydable),
- s.* Absence de prospectus, catalogue, dessin ou fiche technique produit par le fabricant ;
- t.* Absence de l'agrément et du certificat de bonnes pratiques du MINSANTE
- u.* Absence de l'autorisation délivrée par le fabricant
- v.* Absence d'un prix unitaire quantifié dans l'Offre financière ;
- w.* Absence d'une déclaration sur l'honneur de n'avoir pas abandonné de chantier durant les trois (03) dernières années
- x.* Absence de la lettre de soumission.
- y.* Absence de la charte d'intégrité
- z.* Absence de la déclaration d'engagement social et environnemental
- aa.* Non-respect du format de fichiers des offres
- bb.* Absence du certificat de conformité du fabricant (ISO ICUNET...),
- cc.* Absence de l'attestation de visite de site signée sur l'honneur par le prestataire.

15.2 Critères essentiels

L'évaluation des offres technique sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :

- La présentation de l'offre ;
- Les références du soumissionnaire ;
- Le délai de garantie ;
- Le calendrier de livraison ;
- La capacité financière ;
- La preuve d'acceptation des conditions du marché ;

- Le service après-vente (disponibilité des pièces de rechange, qualification et expérience personnel technique) ;
- L'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières ;

Seuls les soumissionnaires qui auront obtenu au moins 70% OUI seront jugés techniquement qualifiés pour ce lot et admis à l'analyse financière

16. Attribution du marché

Le Maître d'Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises et dont l'offre est évaluée la moins-disante.

17. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) *jours* à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

18. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat de la SIGAMP de l'Hôpital Général de Yaoundé, Tél. : 222 20 39 53, fax : 222 21 20 15 ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm>, ou tout autres moyens de communication électronique indiqué par le Maître d'Ouvrage.

19. Dispositions relatives à la lutte contre la corruption

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l'Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48

Yaoundé.

LE DIRECTEUR GENERAL

Ampliations :

- MINMAP
- ARMP (for publication)
- DG/HGY
- President CIPM-HGY (for information)
- DAAF/HGY
- Posting (for information)
-

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DIRECTION GENERALE

**DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERS**

**STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS**

B.P 5408 Yaoundé
Tél : (237) 222.21.31.81
Fax : (237) 222.21.20.15

hopitalgeneraldeyaounde@gmail.com



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

GENERAL HOSPITAL OF YAOUNDE

GENERAL DIRECTORATE

**DIRECTORATE OF ADMINISTRATIVE AND
FINANCIAL AFFAIRS**

**INTERNAL STRUCTURE FOR THE
ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLIC
PROCUREMENT**

P.O BOX: 5408 Yaoundé
hopitalgeneraldeyaounde@gmail.com

YAOUNDE GENERAL HOSPITAL (YGH)

“NOTICE OF OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER NO. 04/AONO/HGY/CIPM/26 OF APRIL 1ST , 2026 UNDER EMERGENCY PROCEDURE FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF MEDICAL EQUIPMENT FOR THE OPERATING ROOM OF THE YAOUNDE GENERAL HOSPITAL”

FINANCING: Equity - Fiscal Year 2026-Line 24 44 04

1. Purpose of the Invitation to Tender

The Director General of Yaoundé General Hospital is launching an Open National Invitation to Tender under an Emergency Procedure for the supply and installation of medical equipment for the Operating Room of Yaoundé General Hospital.

2. Scope of Services

The services covered by this invitation to tender include for the supply and installation of medical equipment for the Operating Room of Yaoundé General Hospital.

3. Lots

This invitation to tender is divided into one (01) plot.

4. Estimated Cost

The total estimated cost following preliminary studies is 200,000,000 CFA francs (two hundred million).

5. Delivery Timeframe

The maximum delivery timeframe for supplies, as stipulated by the Contracting Authority, is 8 weeks from the date of notification of the service order.

6. Participation and Origin

Participation in this tender is reserved for companies established in Cameroon or abroad with experience in supplying this type of equipment.

7. Financing

The services covered by this tender are financed by the Equity- Fiscal Year 2026-Line 24 44 04

8. Submission Method

The submission method for this tender is online.

9. Bid Security

Each bidder must include with their administrative documents a bid bond, paid by hand (according to the attached template), **in the amount of One (1,000,000,000) million** and valid for thirty (30) days, issued by a first-class bank or a first-category financial institution authorized by the Ministry of Finance of Cameroon to issue bonds for public procurement, or any other form provided for by current regulations (certified check, bank check, legal mortgage), unless otherwise stipulated in the financing agreement; the receipt for the deposit of the provisional bond issued by the Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC) or proof of the transfer from the bidder's account to the CDEC account of the amount equivalent to said bond by the bank issuing this provisional bond.

In the case of online submission, the receipt and copy of the bid bond, issued by the CDEC, are attached to the bidder's offer, while their originals are handed over to the competent Procurement Commission at the bid opening session.

This security deposit must be accompanied by the receipt from the Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC) for an amount equal to that of the security deposit.

10. Consultation of the Tender Documents

The documents may be consulted during business hours at the SIGAMP office of the Yaoundé General Hospital, P.O. Box 5408 Yaoundé, Tel.: 222 20 39 53, Fax: 222 21 20 15, upon publication of this notice.

It may also be consulted online on the COLEPS platform at the following email addresses: <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm> on the ARMP website (www.arpmp.cm).

11. Acquisition of the Tender Documents

The tender documents can be obtained from the SIGAMP Secretariat at Yaoundé General Hospital, Tel.: 222 20 39 53, Fax: 222 21 20 15, upon publication of this notice, **upon payment of a non-refundable fee of one hundred thousand (100,000) FCFA payable to account no. 335988 opened in the name of "CAS-ARMP Special Account" at BICEC in Yaoundé.**

It is also possible to obtain the electronic version of the tender documents by free download from the addresses indicated above. However, submission by physical or electronic means is conditional upon payment of the tender document purchase fee.

12. Submission of Bids

The bid must be submitted by the bidder via the COLEPS platform or any other official electronic means of communication to be specified by the contracting authority **no later than JUNE 24, 2026, at 1:00 PM local time.** A backup copy of the bid, saved on a USB drive or CD/DVD, must be submitted in a sealed envelope clearly and legibly marked "backup copy," in addition to the information below, within the specified timeframe.

**“NOTICE OF NATIONAL OPEN TENDER NO. 04/AONO/HGY/CIPM/26 OF APRIL, 1st, 2026, UNDER EMERGENCY PROCEDURE FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF MEDICAL EQUIPMENT FOR THE OPERATING ROOM OF YAOUNDE GENERAL HOSPITAL
FUNDING: Investment Budget/HGY – Fiscal Year 2026-Line 24 44 04”**

The maximum file sizes for documents submitted on the platform and constituting the bidder's offer are as follows:

- 5 MB for the Administrative File;
- 15 MB for the Technical Offer;
- 5 MB for the Financial Offer.

The accepted formats are as follows:

- PDF format for text documents;
- JPEG for images.

The candidate must use compression software to reduce the size of the files to be submitted.

13. Admissibility of Bids

The administrative documents, the technical bid, and the financial bid must be placed in separate envelopes and submitted in a sealed envelope.

The following will not be accepted by the Project Owner:

- Bids bearing information on the bidders' identities,
- Bids received after the submission deadlines.
- Bids without information on the identity of the Call for Tenders;
- Bids that do not comply with the submission method.
- Failure to comply with the number of copies indicated in the RPAO or offering only copies.

Any bid that is incomplete in accordance with the requirements of the Call for Tenders Documents will be declared inadmissible. In particular, the absence of a bid bond issued by a first-class organization or financial institution approved by the Minister of Finance to issue bonds in the field of public procurement, or failure to comply with the models of the documents in the Call for Tenders Documents, will result in the outright rejection of the offer without any recourse. A bid bond produced but having no connection with the consultation in question is considered absent.

14. Opening of Bids

The bids will be opened in a single session.

The opening of the bids (administrative, technical, and financial) will take place on JUNE 24, 2026, at 2:00 p.m. local time by the Internal Procurement Committee of the Yaoundé General Hospital in the meeting room of the General Directorate of the Yaoundé General Hospital.

Under penalty of rejection, the required administrative documents must be submitted in original form or certified copies from the issuing department or the competent administrative authority, in accordance with the provisions of the Specific Regulations of the Invitation to Tender. They must be less than three (3) months old from the original bid submission date or have been prepared after the date of signature of the invitation to tender.

In the event of absence or non-compliance of a document in the administrative file when the bids are opened after a period of 48 hours granted by the Commission, the offer will be rejected.

15. Evaluation Criteria

15.1 Elimination Criteria

- a. The absence of the bid security accompanied by the CDEC receipt; In the case of online submission, the receipt and copy of the bid bond, issued by the CDEC, are attached to the bidder's offer, while their originals are handed over to the competent Procurement Commission at the bid opening session.
- b. Failure to submit, within 48 hours of the bid opening, a document from the administrative file deemed non-compliant or missing at the time of the bid opening (except for the bid security);
- c. False declarations, fraudulent maneuvers, or falsification of documents;
- d. Failure to meet 70% of the essential criteria;
- e. Incompatibility with the control element type for the laparoscope column control unit (Control Element Type: Touchscreen),
- f. Incompatibility with the adjustment profile for the laparoscope column control unit (Individually adjustable profiles: Minimum 5 pieces),
- g. Incompatibility with the operating mode for the laparoscope column control unit (Operating Mode: Continuous Duty),
- h. Incompatibility with the image processing mode for the laparoscope column camera head (Image Processing Mode: Digital Image Processing and Digital Signal Transmission),
- i. Incompatibility with the thread type for the laparoscope column camera head (Lens Thread Type: Universal C-Mount),

- j. Incompatibility with the sterilization method for the laparoscope column camera head (Sterilization Method: Autoclavable),
- k. Non-compliance with lamp specifications for the laparoscope light source (Type of lamps to be used: High-power LED),
- l. Non-compliance with light cable compatibility for the laparoscope light source (Compatible light cables: Wolf, Storz, Olympus, ACMI),
- m. Non-compliance with current modes for the laparoscope electro-surgical unit (Currents: Monopolar/Bipolar),
- n. Non-compliance with the control method for the laparoscope electro-surgical unit (Remote control via the electrode holder or foot pedal),
- o. Incompleteness of accessories for the laparoscope electro-surgical unit (See document no. 5: Technical Specifications Booklet),
- p. Failure to comply with the control method for the universal motor system (shaver) of the laparoscope column (Control method: Remote switch with 2 foot pedals + 2 buttons),
- q. Failure to comply with the motor handle specifications for the universal motor system (shaver) of the laparoscope column (Motor handle: Speed: 16,000 rpm maximum, Detachable connection cable length: 3.0 m minimum, Control with keypad and foot pedal switch, Instrument diameter for shaver: 2–6.5 mm),
- r. Failure to comply with the construction specifications for surgical instruments (All delivered surgical instruments will be made of stainless steel),
- s. The absence of accreditation and a certificate of good practice from the Ministry of Health
- t. Absence of authorization issued by the manufacturer;
- u. Absence of a quantified unit price in the Financial Offer;
- v. Absence of a sworn statement that no project has been abandoned during the last three (3) years;
- w. Absence of the letter of submission;
- x. Absence of the integrity charter;
- y. The absence of a social and environmental commitment statement
- z. Non-compliance with the bid file format
- aa. Absence of the manufacturer's certificate of conformity (ISO ICUNET...),
- bb. Absence of the site visit certificate signed on honor by the service provider.

15.2 Essential Criteria

The technical bids will be evaluated using a binary system (yes/no) based on the following essential qualification criteria:

- Presentation of the offer;
- Bidder's references;
- Warranty period;
- Delivery schedule;
- Financial capacity;
- Proof of acceptance of contract terms;
- After-sales service (availability of spare parts, technical personnel);
- Access to a line of credit or other financial resources

Only bidders who obtain at least 70% "YES" will be deemed technically qualified for this lot and will be admitted to the financial analysis.

16. Contract Award

The Contracting Authority or the Delegated Contracting Authority will award the contract to the bidder who has submitted a bid that meets the required technical and financial qualification criteria and whose bid is evaluated as the lowest priced.

A bidder may be awarded one or both lots.

17. Bid Validity

Bidders remain bound by their bid for ninety (90) days from the deadline for submission of bids.

18. Additional Information

Additional information may be obtained during business hours at [service (SIGAMP), door number, PO Box, telephone, fax, email] or online on the COLEPS platform at <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm>, or by any other electronic means of communication indicated by the Contracting Authority.

19. Provisions relating to the fight against corruption

To report any practices, facts, or acts of corruption, please call CONAC at 1517, or the Public Procurement Authority (MINMAP) (text message or call) at (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48.

THE GENERAL MANAGER

Copies to:

- MINMAP
- ARMP (for publication)
- DG/HGY
- ARMP/ CE
- President CIPM-HGY (for information)
- DATF/HGY
- Posting (for information)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DIRECTION GENERALE

**DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERS**

**STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS**

B.P 5408 Yaoundé
Tél : (237) 222.21.31.81
Fax : (237) 222.21.20.15

hospitalgeneraldeyaounde@gmail.com



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

GENERAL HOSPITAL OF YAOUNDE

GENERAL DIRECTORATE

**DIRECTORATE OF ADMINISTRATIVE AND
FINANCIAL AFFAIRS**

**INTERNAL STRUCTURE FOR THE
ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLIC
PROCUREMENT**

P.O BOX: 5408 Yaoundé
hospitalgeneraldeyaounde@gmail.com

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/HGY/CIPM/26 DU 1^{ER}
AVRIL 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET
L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX AU BLOC OPERATOIRE
DE L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE**

FINANCEMENT : Fonds propres-Exercice 2026- Ligne 24 44 04

PIECE N°2 : REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)

SOMMAIRE

A.	Généralités	31
Article 1.	Objet de la consultation	31
Article 2.	Financement.....	31
Article 3.	Principes éthiques.....	31
Article 4.	Candidats admis à concourir	33
Article 5.	Fournitures et/ou services quantifiables.....	34
Article 6.	Documents établissant la qualification du Soumissionnaire	35
Article 7.	Visite du site des prestations	36
B.	Dossier d'Appel d'Offres.....	36
Article 8.	Contenu du Dossier d'Appel d'Offres	36
Article 9.	Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres et recours	37
Article 10.	Modification du Dossier d'Appel d'Offres	39
C.	Préparation des offres.....	39
Article 11.	Frais de soumission	39
Article 12.	Langue de l'offre	39
Article 13.	Documents constituant l'offre	39
Article 14.	Montant de l'offre	41
Article 15.	Monnaies de soumission et de règlement :	44
Article 16.	Documents attestant de l'admissibilité du Soumissionnaire	45
Article 17.	Documents attestant de l'admissibilité des fournitures	45
Article 18.	Documents attestant de la conformité des fournitures.....	45
Article 19.	Validité des offres.....	46
Article 20.	Reunion préparatoire à l'établissement des offres	47
Article 21.	Cautionnement de soumission	47
Article 22 .	Forme, format et signature de l'offre	48
D.	Dépôt des offres	49
Article 23.	Cachetage et marquage des offres	49
Article 23.	Date et heure limite de dépôt des offres	50

Article 24.	Offres hors délai.....	51
Article 25.	Modification, substitution et retrait des offres	51
E.	Ouverture des plis et évaluation des offres.....	52
Article 26.	Ouverture des plis et recours.....	52
Article 27.	Caractère confidentiel de la procédure	54
Article 28.	Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué	54
Article 29.	Détermination de la Conformité des offres	55
Article 30.	Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire	56
Article 31.	Correction des erreurs	56
Article 32.	Conversion en une seule monnaie.....	56
Article 33.	Evaluation et Comparaison des offres.....	57
Article 34.	Marge de préférence accordée aux soumissionnaires nationaux	58
F.	Attribution du Marché.....	58
Article 35.	Attribution	58
Article 36.	Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un appel d’offres infructueux ou d’annuler une procédure.....	59
Article 37.	Notification de l’attribution du marché.....	59
Article 38.	Publication des résultats d’attribution du marché et recours	59
Article 39.	Signature du marché	60
Article 40.	60

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES

A. Généralités

Article 1- Objet de la consultation

- 1.1. Le Directeur Général de l'Hôpital Général de Yaoundé lance un Appel d'Offres national Ouvert en Procédure d'Urgence pour **la fourniture et l'installation d'équipements médicaux au Bloc Opératoire de l'Hôpital Général de Yaoundé**
- 1.2. Le Soumissionnaire retenu ou attributaire, doit livrer les fournitures et services quantifiables dans le **délaï de huit (08) semaines** à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage des prestations.
- 1.3. Dans le présent Dossier d'Appel d'Offres, le terme "jour" désigne un jour calendaire, à l'exception des jours ouvrables expressément spécifiés dans le code des marchés publics.

Article 2- Financement

Les prestations objet du présent appel d'offres sont financées sur **Fonds propres- Exercice 2026-Ligne 24 44 04**

Article 3- Principes éthiques

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation, d'exécution, de contrôle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et règlements interdisant les actes de corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d'intérêts, les délits d'initiés et les complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d'intégrité dont le modèle est joint en annexe du présent Dossier d'Appel d'Offres (pièce 10).

En vertu de ces principes, le Maître d'ouvrage

a) définit, aux fins de cette clause, les expressions de la manière suivante :

- i. Est convaincu d'acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de l'exécution
- ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché.
- iii. Sont convaincus de « pratiques collusoires » deux ou plusieurs soumissionnaires qui s'entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence
- iv. Se livre à des « pratiques coercitives », quiconque porte atteinte aux personnes ou à leurs biens ou profère des menaces à leur encontre de manière directe ou indirecte, afin d'influencer leurs actions au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché
- v-Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant à la destruction, la falsification, l'altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquête ou toutes fausses déclarations faites aux enquêteurs ou bien toute menace, harcèlement ou intimidation à l'encontre d'une personne aux fins de l'empêcher de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre celle-ci.
- vi. Le « conflit d'intérêt » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d'un marché ou surveillant des procédures de passation et /ou de l'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d'un

marché conclu par le Maître d'ouvrage ou Maître d'ouvrage Délégué, d'une affectation ou toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisant pour compromettre son impartialité dans l'accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.

vii -Les Présidents, membres, secrétaires et experts des commissions des marchés publics, sous – commission d'analyse et responsables chargés des marchés sont astreints à l'obligation de réserve et de discrétion.

Ils doivent s'abstenir de toute action de nature à compromettre leur objectivité et, dans tous les cas, ne disposer d'aucun intérêt financier, personnel ou autre lié au marché e examen.

viii- En cas de conflit d'intérêt, les Présidents, les Experts et les membres des Commission de Passation des Marchés et des Commission de Contrôle des Marchés et ceux des sous commissions d'analyse, ainsi que les Observateurs indépendants doivent le signaler par écrit au Maitre d'Ouvrage, ou au Président de la Commission de passation des marchés publics sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il est alors pourvu à leur remplacement pour les marchés concernés.

ix. La complicité s'entend de :

- L'omission ou la négligence d'effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits

- L'abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d'ouvrage ou de l'autorité compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

b. rejettera toute proposition d'attribution, s'il est prouvé que l'attributaire proposé est directement ou par l'intermédiaire d'un agent, coupable de corruption, de conflit d'intérêt, de complicité ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour l'attribution de ce marché.

3.2. L'Autorité chargée des marchés publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de l'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

3.3. L'Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre à l'encontre des acteurs publics reconnus coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d'interdiction d'intervenir dans la passation et le suivi de l'exécution des Marchés Publics pendant une période n'excédant pas deux (2) ans.

Article 4- Candidats admis à concourir

4.1). En dehors de l'appel d'offres restreint qui s'adresse à tous les candidats retenus à l'issue de la procédure de pré qualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l'avis d'appel d'offres et rappelé dans le RPAO, **en règle générale**, l'appel d'offres s'adresse à tous les soumissionnaires, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d'un pays éligible, conformément à la convention de financement, **le cas échéant** ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérêt sous peine de disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d'intérêt dans les conditions ci-après :

i. est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et

autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d'offres ;

- ii. Présente plus d'une offre dans le cadre du présent appel d'offres, à l'exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d'une offre ;
 - iii. est dans le cadre d'un même appel d'offres, représentant légal d'un autre soumissionnaire ; au présent appel d'offres ;
 - iv. est affilié à un groupe ou entité que le Maître d'Ouvrage a recruté ou envisage de recruter pour participer au contrôle ;
 - v. le Maître d'Ouvrage participe au capital du soumissionnaire de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;
- c. Une personne morale de droit public si elle démontre qu'elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) gérée selon les règles de la comptabilité privée et (iii) n'est pas sous la tutelle du Maître d'Ouvrage sauf autorisation expresse de l'Autorité chargée des marchés publics.
- d. Les organisations de la société civile et les Etablissements publics à condition que les prix proposés soient concurrentiels, c'est-à-dire, qu'ils aient été déterminés(i) en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu'ils n'ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public.

4.2. L'appel d'offres est ouvert/ou restreint selon les spécifications du RPAO à tous les soumissionnaires qui remplissent les conditions ci-après :

- a. ne pas être en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
- b. ne pas être frappé de l'une des interdictions ou d'échéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu'international;
- c. souscrire aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.

4.3 Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d'Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit être enregistré sur ladite plateforme et disposer d'un certificat électronique valide.

4.4. Si l'appel d'offres est restreint, la consultation s'adresse à tous les candidats retenus à l'issue de la procédure de préqualification et/ou à ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l'avis d'appel d'offres et rappelée dans le RPAO.

Article 5- Fournitures et/ou services quantifiables

5.1. Le terme « **fournitures** » désigne tous les produits, matières premières, machines, équipements et tous autres matériaux que le Fournisseur est tenu de livrer en exécution du Marché

5.2. Le terme « **services quantifiable** » désigne notamment les prestations de services concernant entre autres, le gardiennage, le nettoyage ou l'entretien des édifices publics ou des espaces verts, l'entretien ou la maintenance des matériels et équipements de bureau ou d'informatique, l'assurance, à l'exclusion de l'assurance maladie etc. ;

Article 6- Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre

- a. Produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

- b. Fournir les documents permettant d'établir la qualification du soumissionnaire selon la liste prévue dans le RPAO et comprenant notamment, toutes les informations qui leur sont demandées dans le RPAO, afin d'établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- i. La production de l'extrait des bilans certifiés faisant ressortir le chiffre d'affaires et les résultats ;
 - ii. l'accès à une ligne de crédit ou disposition d'autres ressources financières ;
 - iii. Les marchés exécutés ;
 - iv. La disponibilité du matériel indispensable.
- v. Le certificat de catégorisation pour les prestataires de fourniture et services quantifiable, le cas échéant.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs fournisseurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- a. L'offre devra inclure pour chacun des fournisseurs, tous les renseignements énumérés à l'Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement;
- b. L'offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement;
- c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d'une copie de l'accord de groupement en bonne et due forme;

- d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l'ensemble des entreprises vis à vis du Maître d'Ouvrage pour l'exécution du marché ;
- e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maître d'Ouvrage dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les tâches de chaque membre doivent être précisées et chaque entreprise est payée par le Maître d'Ouvrage dans son propre compte.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu'elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d'exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d'une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu'ils satisfont aux critères d'éligibilité décrits à l'article 33 du RGAO.

Article 7- Visite du site des prestations

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site des prestations et ses environs et d'obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l'offre et l'exécution des prestations. Cette visite lorsqu'elle est exigée dans le RPAO, doit être sanctionnée par une attestation de visite du site signée sur l'honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une description du site ainsi que les observations sur les conditions d'exécution des prestations. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d'Ouvrage est tenu d'autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d'Ouvrage, de toute responsabilité pouvant en résulter

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d'Ouvrage peut organiser une visite du site des prestations et /ou une réunion préparatoire à l'établissement des offres.

B.DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Article 8- Contenu du Dossier d'Appel d'Offres

- 8.1. Le Dossier d'Appel d'Offres décrit les fournitures et /ou services quantifiable faisant l'objet du marché, fixe les procédures de consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Outre-le (s) additif(s) publié(s) conformément à l'article 10 du RGAO. Il comprend les documents énumérés ci-après :
- Pièce n°1 : l'Avis d'Appel d'Offres rédigé en français et en anglais (AAO)
 - Pièce n°2 : le Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)
 - Pièce n°3 : le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO)
 - Pièce n° 4 : le cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
 - Pièce n° 5 : le Cahier des Spécifications techniques de la fourniture qui comprend la liste des fournitures et services connexes le cas échéant, ou les spécifications techniques le cas échéant.
 - Pièce n° 6 : le Cadre du Bordereau des prix unitaires et forfaitaires
 - Pièce n° 7 : le Cadre du détail estimatif
 - Pièce n° 8 : le Cadre des sous-détails des prix unitaires et/ou de la décomposition des prix le cas échéant
 - Pièce n° 9 : le Modèle de marché
 - Pièce n° 10 : Les Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires, notamment
 - a. Le Modèle de lettre de soumission ;
 - b. Le Modèle de cautionnement de soumission ;
 - c. Le Modèle de cautionnement définitif ;
 - d. Le cautionnement d'avance de démarrage ;
 - e. Le Modèle de cautionnement de bonne exécution en remplacement de la retenue de garantie ;
 - f. Le modèle d'autorisation du fabricant ;
 - g. Les Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;
 - h. Le cadre du planning d'exécution ;
 - i. Le Modèle de fiches de prestations susceptibles d'être sous-traitées.;
 - Pièce n° 11 : le formulaire de la charte d'intégrité.
 - Pièce n° 12 : le formulaire de la déclaration d'engagement au respect des clauses sociales et environnementales
 - Pièce n° 13 : le Visa de maturité ou tout autre justificatif des études préalables à remplir par le Maître d'Ouvrage, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.
 - Pièce n° 14 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en

charge des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics.

- 8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l'ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Article 9- Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres et recours

- 9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d'Appel d'Offres peut en faire la demande à **l'Autorité Contractante** par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l'adresse du Maître d'Ouvrage indiquée dans le RPAO **ou via COLEPS** avec copie à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics. **Cependant, l'Autorité Contractante répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou par tout autre moyen de communication électronique indiqué dans le DAO à toute demande d'éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.**
- 9.1.b). Une copie de la réponse de **l'Autorité Contractante**, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres dans un délai maximal de cinq (05) jours.
9. 2. Tout soumissionnaire qui s'estime lésé peut introduire une requête auprès du Maître d'ouvrage et. En cas d'appel d'offres restreint :
- a. Le recours en phase de préqualification doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation, de préqualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le Maître d'Ouvrage lors de la procédure de préqualification;
 - b. Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dépôt des candidatures et cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats de la préqualification pour introduire leur recours auprès du Maître d'Ouvrage, avec copie à l'Autorité chargée des marchés publics et à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics ;
 - c. Ce recours n'est pas suspensif. En cas d'appel d'offres ouvert :
 - a. Le recours doit intervenir entre la publication de l'Avis d'appel d'offres et l'ouverture des plis et être adressé au Maître d'ouvrage ou au Maître d'ouvrage Délégué avec copie à l'Autorité chargée des Marchés Publics et à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics ;
 - b. Il doit parvenir au Maître d'ouvrage ou au Maître d'ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date d'ouverture des offres ;
 - c. Le Maître d'Ouvrage dispose de cinq (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l'Autorité chargée des Marchés Publics et à l'Organisme Chargé de la Régulation des Marchés Publics ;
 - d. En cas de désaccord entre le requérant et le Maître d'ouvrage ~~au,~~ le recours est porté par le requérant au Comité chargé de l'examen des recours.
 - e. Ce recours n'est pas suspensif.

Article 10- Modification du Dossier d'Appel d'Offres

10.1 Le Maître d'Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d'un soumissionnaire modifier le Dossier d'Appel d'Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres conformément à l'Article 8 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de

communication électronique indiqué par le Maître d'Ouvrage dans le DAO.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l'additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d'Ouvrage devra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l'Article 22.2 du RGAO.

C. PREPARATION DES OFFRES

Article 11- Frais de soumission

Le Soumissionnaire supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. Le Maître d'Ouvrage n'est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

Article 12- Langue de l'offre

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d'Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d'être accompagnés d'une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d'interprétation de l'offre, la traduction fera foi.

Article 13- Documents constituant l'offre

13.1. L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend notamment

a.1. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;
- s'est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;
- n'est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
- n'est pas frappé de l'une des interdictions ou d'échéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu'international.

a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de l'Article 20 du RGAO

a.3. L'acte écrit donnant pouvoir au signataire de l'offre d'engager la personne morale soumissionnaire, le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

Il comprend notamment :

b.1. Les renseignements sur la qualification

Le RPAO précise la liste des documents à fournir attestant de la qualification des soumissionnaires et conformément à l'Article 6.1 du RGAO, notamment les références de l'entreprise (prestations similaires), les spécifications techniques, le service après-vente, le matériel et le personnel.

b.2. Les propositions techniques

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment

- Une description détaillée des caractéristiques techniques, les performances, les marques, les modèles et les références des matériels proposés accompagnés de prospectus et fiches techniques conformément à l'article 17 du RGAO (*Toute référence à des noms de marque ou à des spécifications exclusives émanant d'un fournisseur*

ou prestataire particulier est interdite. Toutefois, une telle indication accompagnée de la mention « ou équivalent » est autorisée lorsque les Maîtres d'ouvrage n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché, au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés) ;

- Le calendrier, le planning et le délai de livraison des prestations ;

b.3. Les preuves d'acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées, renseignés et signées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
- Les spécifications techniques ou cahier des clauses techniques Particulières (CCTP).

b .4. Commentaires CCAP et CCTP

Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les spécifications techniques des fournitures, assortis d'éventuelles propositions.

b .5. la charte d'intégrité

b-6- la déclaration d'engagement au respect des clauses sociales et environnementales

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des prestations, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle ou formulaire type joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;
- Le bordereau des Prix Unitaires et/ou forfaitaires dûment rempli ;
- Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli ;
- Le Sous-Détails des Prix Unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires.
- L'échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires prévus dans le Dossier d'appel d'offres, sous réserve des dispositions de l'Article 20 du RGAO concernant les autres formes possibles de Cautionnement de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même appel d'offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d'attribution de plus d'un lot.

13.3. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides à compter de la date de soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder à disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission. Le Maître d'Ouvrage fait tout son possible pour mener à bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n'y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation

Article 14- Montant de l'offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres, le montant du marché couvrira l'ensemble des fournitures et services connexes décrits à l'article 1.1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires présentés par le soumissionnaire le cas échéant.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.2 Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, les prix proposés dans le cadre du sous-détail des prix pour les Fournitures et Services quantifiables, seront présentés de la manière

suyvante :

a. Pour les fournitures fabriquées au Cameroun :

- i. le prix des fournitures EXW (sortie usine, fabrique, magasin d'exposition, entrepôt ou magasin de ventes, suivant le cas), y compris tous les droits de douanes, taxes sur les ventes ou autres déjà payés ou à payer sur les composants ou matières premières utilisés dans la fabrication ou l'assemblage des fournitures ;
- ii. les taxes sur les ventes et autres taxes perçues sur les fournitures qui seront dues si le Marché est attribué ;
- iii. le prix des transports intérieurs, assurance et autres services locaux afférents à la livraison des fournitures jusqu'à leur destination finale (site du Projet) spécifiée dans le RPAO.

b. Pour les fournitures à importer :

- i. le prix des fournitures DAP- lieu de destination, tel que stipulé au RPAO ;
- ii. le prix des transports intérieurs, assurance et autres services locaux afférents à la livraison des fournitures du lieu de destination indiqué (CIP) à leur destination finale (site du Projet) spécifiée au RPAO ; et
- iii. le prix des fournitures à importer doit être indiqué DAP lieu de destination, si le RPAO le stipule; à la place du prix DAP indiqué en (b)(i) ci-dessus.
- iv. le fournisseur est libre, en indiquant le prix, de recourir à un transporteur et d'obtenir des prestations d'assurance en provenance de tout pays, sous réserve des conditions d'éligibilité liées à la Convention de financement.
- v. les conditions générales types des prix sont régies par les règles prescrites dans la dernière édition d'Incoterms publiée par la Chambre de commerce internationale à la date de l'appel d'offres ou à la date spécifiée dans le RPAO.

c. Pour les fournitures déjà importées, le prix indiqué sera différent de la valeur originelle d'importation de ces fournitures déclarées en douane, et devra inclure toute réduction ou toute marge de l'agent ou du représentant local, ainsi que les coûts locaux y afférents, à l'exclusion des droits de douanes et taxes d'importation déjà payés et/ou restant à payer par le Fournisseur. Par souci de clarté, il est demandé aux soumissionnaires d'indiquer : (a) leur prix comprenant les droits de douanes et d'importation initiaux,

(b) le montant de ces mêmes droits de douanes et d'importation, et (c) leur prix, hors taxes d'importation qui est la différence entre les montants (a) et (b).

- i. le prix des fournitures, incluant leur valeur d'importation initiale et la marge (ou réduction) éventuelle, ainsi que les autres coûts, droits de douanes et autres taxes d'importation déjà payés ou à payer sur ces fournitures ;
- ii. les droits de douanes et autres taxes d'importation déjà payés (justifiés par des documents) ou à payer sur les fournitures déjà importées ;
- iii. le prix des fournitures obtenu par différence de (i) et (ii) ci avant ;
- iv. les taxes sur les ventes et autres taxes perçues sur les fournitures qui seront dues au Cameroun si le Marché est attribué ;
- v. le prix des transports intérieurs, assurance et autres services locaux afférents à la livraison des fournitures jusqu'à leur destination finale (site du projet) spécifiée dans le RPAO.

d. Pour les services connexes, autres que transports intérieurs et autres services nécessaires pour acheminer les fournitures à leur lieu de destination finale, lorsque de tels services connexes sont requis :

- i. le prix de chaque élément faisant partie des services connexes y compris ;

- ii. tous les droits de douane, taxes sur les ventes et autres taxes similaires perçues sur les services connexes au Cameroun si le marché est attribué.

14.3. Les prix offerts par le soumissionnaire seront fermes pendant toute la durée d'exécution du Marché et ne pourront varier en aucune manière, sauf disposition contraire du RPAO. Une offre assortie d'une clause de révision des prix sera considérée comme non conforme et sera écartée, en application de l'article 29 du RGAO.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d'actualisation des prix sont prévues au marché, la date d'établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d'actualisation desdits prix doivent être précisées. Tout Marché dont la durée d'exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l'objet de révision de prix.

14.5. Si les clauses de révision et/ou d'actualisation des prix sont prévues au marché, la date d'établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d'actualisation desdits prix doivent être précisées. Tout Marché dont la durée d'exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l'objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8 du DAO.

14.4. Au cas où l'appel d'offres comprend plusieurs lots, les prix indiqués pour un lot donné devront correspondre à la totalité des articles de ce lot, et à la totalité de la quantité indiquée pour chaque article.

14.5. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les conditions d'application de ce rabais.

Article 15- Monnaies de soumission et de règlement :

Les prix seront libellés en francs CFA

Article 16- Documents attestant de l'admissibilité du Soumissionnaire

Le Soumissionnaire fournira, en tant que partie intégrante de son offre, des documents attestant qu'il satisfait aux dispositions de l'article 4 du RGAO.

Article 17- Documents attestant de l'admissibilité des fournitures

17.1. En application des dispositions de l'article 5 du RGAO, le Soumissionnaire fournira, en tant que partie intégrante de son offre, les documents attestant que l'ensemble des fournitures et services qu'il se propose de fournir en exécution du Marché satisfont aux clauses techniques particulières.

17.2. S'agissant des fournitures importées, les documents y afférant consisteront en une déclaration sur le pays d'origine des fournitures et services proposés dans le Bordereau des prix, déclaration à confirmer par un certificat d'origine délivré au moment de l'embarquement, entre autres.

Article 18- Documents attestant de la conformité des fournitures

18.1. Pour établir la conformité des fournitures et /ou services quantifiables au Dossier d'Appel d'Offres, le Soumissionnaire fournira dans le cadre de son offre les preuves écrites que les fournitures ou services se conforment aux spécifications et clauses techniques ainsi qu'aux normes spécifiées (le cas échéant) dans le Descriptif de fourniture.

18.2. Ces preuves peuvent revêtir la forme de prospectus, dessins ou données et comprendront une description détaillée des principales caractéristiques techniques et de performance des fournitures, démontrant qu'ils correspondent pour l'essentiel aux dites spécifications.

18.3. Le Soumissionnaire fournira également une liste donnant tous les détails, y compris les sources d'approvisionnement disponibles et les prix courants des pièces de rechange, outils spéciaux, consommables, etc., nécessaires au fonctionnement correct et continu des fournitures depuis le début de

leur utilisation par le Maître d'Ouvrage et pendant la période précisée au RPAO.

18.4. Les normes qui s'appliquent aux modes d'exécution, procédés de fabrication, équipements et matériels, ainsi que les références à des noms de marque ou à des numéros de catalogue spécifiés par (le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué) sur le Bordereau des quantités, calendrier de livraison, et spécifications techniques ne sont mentionnés qu'à titre indicatif et n'ont nullement un caractère restrictif.

18.5 Le Soumissionnaire peut leur substituer d'autres normes de qualité, noms de marque et/ou d'autres numéros de catalogue, pourvu qu'il établisse à la satisfaction de Maître d'Ouvrage que les normes, marque et numéros ainsi substitués sont substantiellement équivalents ou supérieurs aux spécifications du Bordereau des prix et les spécifications techniques.

18.6. Propositions variantes des soumissionnaires

- a. Excepté dans le cas mentionné à l'Article 18.6 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d'abord chiffrer la solution de base du Maître d'Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d'Appel d'Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d'Ouvrage a besoin pour procéder à l'évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, spécifications techniques, sous-détails de prix et tous autres détails utiles. Le Maître d'Ouvrage n'examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l'offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.
- b. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des fournitures complexes, ces parties de fournitures doivent être décrites dans les Spécifications techniques. Le dossier d'appel d'offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour l'évaluation des offres.

Article 19- Validité des offres

19.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d'Ouvrage, en application de l'Article 23 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte, sera considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une lettre d'invitation à soumissionner.

19.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d'Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévu à l'Article 20 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire

19.3. Lorsque le marché ne comporte pas d'article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d'Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s).

19.4 La période d'actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l'ordre de service de démarrage des prestations au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L'effet de l'actualisation n'est pas pris en considération aux fins de l'évaluation des offres.

Article 20. Réunion préparatoire à l'établissement des offres

20.1. A moins que le RPAO n'en dispose autrement, et en cas de fournitures complexes, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

20.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

20.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu'elle parvienne au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il est possible que le Maître d'Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l'article 19.4 ci-dessous.

20.4. Le procès-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d'Appel d'Offres. Toute modification des documents d'appel d'offres énumérés à l'Article 8 du RGAO qui pourrait s'avérer nécessaire à l'issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d'Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

20.5. Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas à la réunion préparatoire à l'établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 21 Cautionnement de soumission

21.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, qui fera partie intégrante de son offre.

21.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d'Appel d'Offres ; d'autres modèles peuvent être autorisés, par le Maître d'Ouvrage. Le cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d'Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'Article 19.2 du RGAO.

Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chèques certifiés et les chèques-banques sont admis au titre du cautionnement de soumission.

21.3. Toute offre non accompagnée d'un cautionnement de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme incomplète. Le Cautionnement de soumission d'un groupement d'entreprises doit être établi au nom du mandataire soumettant l'offre.

21.4. Les offres des soumissionnaires non retenues (à l'exception de l'exemplaire destiné à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dès publication des résultats de l'attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent être détruites, sans qu'il y ait lieu à réclamation.

21.5. Les cautionnements de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dès publication des résultats d'attribution.

21.6. Le cautionnement de soumission de l'attributaire du Marché sera libéré dès que ce dernier aura fourni le Cautionnement définitif requis.

21.7. Le cautionnement de soumission peut être saisi :

a. Si le soumissionnaire :

i. retire son offre durant la période de validité, ou ;

ii. n'accepte pas la correction des erreurs en application de l'Article 31 du RGAO ; ou b. Si, le

soumissionnaire retenu :

- i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l'Article 39 du RGAO ;
- ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l'Article 40 du RGAO ;
- iii. Refuse de recevoir notification du marché.

Article 22- Forme, format et signature de l'offre

22.1. Pour la soumission hors ligne :

- a. Le Soumissionnaire préparera dans chaque volume un original des documents constitutifs de l'offre décrit à l'Article 13 du RGAO, portant clairement l'indication "ORIGINAL" et des copies en nombre requis par le RPAO, portant l'indication "COPIE". En cas de divergence entre l'original et les copies, l'original fera foi.
- b. L'original et toutes les copies de l'offre devront être dactylographiés ou écrits à l'encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l'Article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l'offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l'offre.
- c. L'offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

22.2. Pour la soumission en ligne :

- a. L'offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d'Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit être déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l'appel d'offres dans les délais impartis.
- b. Les offres, accompagnées des pièces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financière. Toutefois, s'agissant des pièces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.
- c. Les formats de fichiers choisis pour le dépôt des offres via COLEPS doivent être des formats courants dont l'usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d'être intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.
- d. Les documents et pièces transmis dans la plateforme COLEPS sont revêtus d'une signature électronique à travers l'usage du certificat.

D. DEPOT DES OFFRES

Article 23- Cachetage et marquage des offres

23.1. Les Soumissionnaires doivent placer l'original et toutes les copies des pièces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention "DOSSIER ADMINISTRATIF", l'original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention "PROPOSITION TECHNIQUE", et l'original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention "PROPOSITION FINANCIERE". Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l'ordre du RPAO et séparées par un intercalaire de couleur.

23.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

- a. Seront adressées au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué à l'adresse indiquée dans

le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l'objet et le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres indiqués dans le RPAO, et la mention "A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT".

23.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l'adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué de renvoyer l'offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des Articles 23 et 24 du RGAO.

23.4. Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiqué aux Articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d'Ouvrage ne sera nullement responsable si l'offre est égarée ou ouverte prématurément.

23.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, l'offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, technique et financier. Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre Technique, Offre Financière).

23.6 Parallèlement à l'envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir à l'Autorité Contractante ou au MO/MOD dans les mêmes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB...). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l'Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de manière claire et lisible, ainsi que les références de la consultation.

23.7 Les éléments constitutifs de l'Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent être les mêmes pour une consultation donnée.

23.8 Lorsque l'appel d'offres fait l'objet d'une ouverture en deux (02) temps, l'enveloppe contenant l'offre financière témoin, marquée comme telle, doit être paraphée par le Président de la commission et transmise à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics séance tenante.

Article 24 : Date et heure limite de dépôt des offres

24.1. a) Les offres doivent être reçues par le Maître d'Ouvrage par l'entremise de leur structure interne de gestion administrative des marchés publics à l'adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l'heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

24.1. b) La date et l'heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme de dématérialisation à travers un mécanisme d'horodatage. Seules la date et l'heure de COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d'Ouvrage font foi.

24.1. c) Pour l'horodatage, le fuseau horaire de référence est l'heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible sur la page de soumission.

24.2. Le Maître d'Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d'Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

24.3. Les offres transmises par voie électronique donnent lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de réception ainsi que les références de la consultation.

24.4. Trois modes de soumissions sont possibles :

- En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par l'Autorité Contractante et font foi.
- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par L'Autorité Contractante et font foi.
- En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n'est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation.
Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.

24.5. Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-à-dire que leur contenu est rendu illisible.

Article 25 Offres hors délai

Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maître d'Ouvrage après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l'Article 24 du RGAO sera déclarée irrecevable par la commission de passation des marchés publics.

Article 26- Modification, substitution et retrait des offres

26.1. Pour les soumissions hors ligne,

- a. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l'avoir déposé, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d'Ouvrage avant l'achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l'Article 21 du RGAO. La modification ou l'offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».
- b. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l'offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'Article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.
- c. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l'alinéa a ci-dessus leur seront retournées sans avoir été ouvertes.
- d. Aucune offre ne peut être retirée dans l'intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l'expiration de la période de validité de l'offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraîne la confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de l'Article 20 du RGAO.

25.2. Pour les soumissions en ligne,

- a. Plusieurs offres peuvent valablement être transmises par un même soumissionnaire avant la date et l'heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la dernière arrivée et sa copie de sauvegarde correspondante le cas échéant, sera prise en compte lors de l'évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant être retournées sans être ouvertes.
- b. La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux dispositions de l'article 24 alinéas 1 à 4.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 27- Ouverture des plis et recours

27.1 Préalablement à l'ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par l'autorité contractante. Le déchiffrement consiste à rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de passation des Marchés.

26.2. L'ouverture de tous les plis se fait en un temps ou en deux temps selon le type de procédure. L'ouverture de tous les plis se fait en un temps pour les appels d'offres ouverts de fournitures simples. Mais elle se fait en deux temps pour les fournitures et services quantifiables de grande importance ou complexes ayant fait l'objet d'un appel d'offres restreint.

26.3. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l'enveloppe contenant l'offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d'une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou la copie de sauvegarde » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d'offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l'offre correspondante. La modification d'offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l'ouverture des plis seront ensuite évaluées.

26.4. Toutes les enveloppes seront ouvertes l'une après l'autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d'une modification, le prix de l'offre, y compris tout rabais et toute variante le cas échéant, l'existence d'une garantie d'offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de passation des marchés compétente peut juger utile de mentionner. Tous les rabais et variantes de l'offre annoncés lors de l'ouverture des plis seront soumis à évaluation.

26.5. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n'a pas été ouverte et lue à haute voix durant la séance d'ouverture des plis, ne peut pas être soumise à évaluation, la commission s'assurera systématiquement que toutes les offres reçues ont bel et bien été examinées.

26.6. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d'ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d'analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives à ladite composition demeurent internes à la commission. Un extrait du procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est remis à chaque soumissionnaire à sa demande. Enfin seules les offres financières des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés

26.7. A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le Président de la commission de passation des marchés met à la disposition du point focal désigné par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics un exemplaire de l'offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.

26.8. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requête au Comité d'examen des recours avec copie au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué le cas échéant, au président de la commission de passation des marchés concerné à l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et à l'Autorité chargée des Marchés Publics.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l'ouverture des plis, sous la forme d'une lettre dûment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la régularité des pièces vérifiées, n'est pas suspensif.

Le cas échéant, l'Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet du registre de recours qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

26.9. L'ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la même séance. L'ouverture et l'examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux règles applicables au traitement des offres physiques.

Article 27- Caractère confidentiel de la procédure

27.1. Aucune information relative à l'examen, à l'évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d'attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l'attribution du Marché n'aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l'offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

27.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d'analyse dans l'évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d'attribution, le Maître d'Ouvrage dans la décision d'attribution peut entraîner le rejet de son offre.

27.3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 26.2, entre l'ouverture des plis et l'attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d'Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 28- Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d'Ouvrage ou le Maître D'Ouvrage Délégué

28.1. Pour faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d'analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les offres.

28.2. La demande d'éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d'ouvrage dans le DAO, avec copie à l'organisme en charge de la régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus compétitive n'est recherché, offert ou autorisé.

28.3. La demande d'éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans l'offre, de vérifier l'exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprès des administrations émettrices, de demander à un soumissionnaire de confirmer la correction d'erreur de calcul ou d'omission découverte, d'apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d'analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou, de justifier les prix des offres jugées anormalement basses. 28.4. Le délai de réponse accordé aux demandes d'éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.

28.5. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission de Passation des Marchés et de la sous-commission d'analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l'ouverture des plis et l'attribution du marché.

Article 29- Détermination de la Conformité des offres et évaluation au plan technique

29.1. La Sous-commission d'analyse au préalable procédera à la vérification de l'éligibilité des soumissionnaires et à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d'une façon générale en bon ordre.

29.2. La Sous-commission d'analyse déterminera ensuite si l'offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. A ce titre, la Sous-commission d'Analyse :

- Examinera l'offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;
- Évaluera les aspects techniques de l'offre présentée conformément à la clause 13.1.b du RGAO afin de s'assurer que toutes les stipulations du Bordereau des prix unitaires, sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

29.3. Une offre conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d'Appel d'Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

- i. limite de manière substantielle la portée ou l'étendue, la qualité ou les performances des fournitures et services connexes spécifiées dans le marché ;
- ii. Limite de manière substantielle, en contradiction au Dossier d'Appel d'Offres, les droits du Maître d'Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché
- iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres.

29.4. Si une offre n'est pas conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

29.5. Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d'Appel d'Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l'évaluation des offres.

Article 30-Critères d'évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s'assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l'offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d'appel d'offres, satisfait aux critères d'évaluation et de qualification stipulés dans le RPAO. Il est essentiel d'éviter tout arbitraire dans la fixation de ces critères.

Article 31--Correction des erreurs

31.1. La Sous-commission d'analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d'analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- a. S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l'avis de la Sous-commission d'analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;
- b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et

le total sera corrigé ;

c. S'il y a contradiction entre le prix unitaire indiqué en lettres et en chiffres, c'est le montant en lettre qui fait foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

31.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d'analyse, conformément à la procédure de correction d'erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l'engager.

31.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l'offre évaluée la moins-disante, n'accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.

Article 32-Conversion en une seule monnaie

32.1. Pour faciliter l'évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d'analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l'offre est payable en francs CFA.

32.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) en vigueur à la date limite de dépôt des offres, sauf dispositions contraires du RPAO.

Article 33-Evaluation et Comparaison des offres

33.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 29 et 30 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d'analyse.

33.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l'offre en rectifiant son montant comme suit :

- a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l'article 31.2 du RGAO ;
- b. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 32 du RGAO ;
- c. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;
- d. En prenant en considération les différents délais d'exécution proposés par les soumissionnaires, s'ils sont autorisés par le RPAO ;
- e. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 14 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire.
- f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 26 du RGAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d'Ouvrage dans le RPAO.

33.3. L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d'exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l'évaluation des offres.

33.4. Si l'offre financière est estimée anormalement basse par rapport à l'estimation faite par le Maître d'Ouvrage des prestations à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n'importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les spécifications techniques et le calendrier proposé.

33.5 Sur proposition de la sous-commission d'analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.

33.6 Dans le cas où une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné.

Au cas où les justificatifs sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le Maître d'Ouvrage à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour avis, en même temps que la demande d'éclaircissement.

Le Maître d'Ouvrage tient compte de l'avis de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics pour se prononcer.

Article 34 Marge de préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

34.1 Lors de la passation d'un marché dans le cadre d'une consultation internationale, une marge de préférence est accordée, à offres équivalentes et dans l'ordre de priorité, aux soumissions présentées par :

- a) Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;
- b) Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de nationalité camerounaise ;
- c) Une personne physique ou une personne morale justifiant d'une activité économique sur le territoire du Cameroun ;
- d) Un groupement d'entreprises associant des entreprises camerounaises.

34.2 Les offres sont considérées équivalentes lorsqu'elles ont rempli les conditions techniques requises.

34.3 Pour les marchés de fournitures, le critère de préférence nationale ne peut être pris en compte que si la fourniture subit une transformation au niveau local ou régional d'au moins quinze pour cent (15%).

34.4 La préférence nationale ne peut être appliquée que lorsque le dossier d'appel d'offres le prévoit.

F. ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Article 35 Attribution

35.1. Le Maître d'Ouvrage attribuera le marché au Soumissionnaire ayant présenté une offre conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'offres, (disposant des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante) et dont l'offre a été évaluée la moins-disante ou la mieux-disante en considérant le cas échéant les remises proposées.

35.2. Si l'Appel d'Offres porte sur plusieurs lots, l'attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.

35.3-Dans tous les cas, toute attribution d'un marché est matérialisée par une décision du Maître d'Ouvrage et notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature

35.4 Toute décision d'attribution d'un marché public par le Maître d'Ouvrage est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le MO dans le DAO.

Article 36 Droit du Maître d'Ouvrage de déclarer un appel d'offres infructueux ou d'annuler une procédure

36.1. Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'annuler un Appel d'Offres ou de déclarer un appel d'offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente sans qu'il y ait lieu à réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déjà été ouvertes, l'annulation est subordonnée à l'accord de l'Autorité chargée des Marchés Publics.

36.2 Le Maître d'Ouvrage ou Maître d'Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant l'appel d'offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

36.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à chacun des lots.

Article 37 Notification de l'attribution du marché

37.1 Toute attribution d'un marché est matérialisée par une décision du Maître d'Ouvrage et notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature. Toute décision d'attribution d'un marché public par le Maître d'Ouvrage est insérée, avec indication de montant et de délai d'exécution, dans le journal des marchés publics de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS.

37.2 Avant l'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d'Ouvrage notifiera à l'attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d'ouvrage paiera au cocontractant de l'administration au titre de l'exécution des prestations et le délai d'exécution.

Article 38 Publication des résultats d'attribution du marché et recours

38.1 Le Maître d'Ouvrage dispose d'un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décision d'attribution et la publication des résultats à compter de la date de réception de la proposition d'attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

38.2 Toute décision d'attribution d'un marché public par le Maître d'Ouvrage est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.

38.3 Dès publication des résultats portant attribution, le Maître d'Ouvrage adresse à chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d'analyse le concernant.

38.4. Après la publication du résultat de l'attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu'il y ait lieu à réclamation, à l'exception de l'exemplaire destiné à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n'a pas été collectée séance tenante. Cette information doit être contenue dans la décision d'attribution

38.5. En cas de recours, il doit être adressé, au Comité chargé de l'examen des recours avec copies au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de passation des marchés concernée, à l'Organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, et à l'Autorité chargée des marchés publics. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

38.6 Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l'appréciation de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 39 Signature du marché

39.1. Après publication des résultats, le Maître d'Ouvrage dispose d'un délai de cinq (05) jours ouvrables pour

la signature du marché à compter de la date de souscription du projet de marché par l'attributaire.

39.2. Préalablement à la signature du marché dans les conditions visées à l'alinéa ci-dessus, le projet de marché de gré à gré souscrit par l'attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen et avis.

39.3. Le Maître d'Ouvrage notifie le marché à son titulaire dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

39.4. L'attributaire du marché dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'annuler la décision d'attribution après mise en demeure de l'attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

Article 40 Cautionnement définitif

40.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maître d'Ouvrage ou Maître d'Ouvrage Délégué, le cocontractant fournira au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué un cautionnement garantissant l'exécution intégrale des prestations, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d'Appel d'Offres.

40.2. Le cautionnement définitif dont le taux varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut être remplacé par la garantie d'une caution d'un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d'ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

40.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agréé, conformément aux textes en vigueur.

40.4. L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi par le Maître d'ouvrage

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DIRECTION GENERALE

**DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERS**

**STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS**

B.P 5408 Yaoundé

Tél : (237) 222.21.31.81

Fax : (237) 222.21.20.15

hopitalgeneraldeyaounde@gmail.com



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

GENERAL HOSPITAL OF YAOUNDE

GENERAL DIRECTORATE

**DIRECTORATE OF ADMINISTRATIVE AND
FINANCIAL AFFAIRS**

**INTERNAL STRUCTURE FOR THE
ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLIC
PROCUREMENT**

P.O BOX: 5408 Yaoundé

hopitalgeneraldeyaounde@gmail.com

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/HGY/CIPM/26 DU 1^{ER}
AVRIL 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET
L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX AU BLOC OPERATOIRE
DE L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE**

FINANCEMENT : Fonds propres-Exercice 2026- Ligne 24 44 04

**PIECE N°3 : REGLEMENT PARTICULIER DE
L'APPEL D'OFFRES (RPAO)**

REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES

Les renseignements et les données qui suivent complètent ou précisent les clauses du Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO). En cas de divergence, les dispositions ci-après prévaudront sur les clauses du RGAO.

Références	Description de la disposition du RPAO
1.1	<p>A. GENERALITES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nom et adresse du Maître d'Ouvrage : Directeur Général de l'Hôpital Général de Yaoundé, B.P. : 5408 Yaoundé, Tel. : 222 20 39 53, Fax : 222 21 20 15. - Référence de l'Appel d'Offres : N°04/AONO/HGY/CIPM/26 du 1^{er} Avril 2026 en procédure d'urgence pour la fourniture et l'installation d'équipements médicaux au Bloc Opératoire de l'Hôpital Général de Yaoundé. - Nombre de lots : 01 - Définition des fournitures : Les fournitures et les services connexes sont spécifiés dans le Descriptif de la Fourniture
	NB : Les informations sur les prestations à exécuter sont détaillées dans le bordereau des prix unitaires, le détail quantitatif et estimatif et le Descriptif des Fournitures
1.2.	<p>Le délai maximal de livraison est de huit (08) semaines</p> <p>Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrer les prestations.</p>
1.4	<p>Nom, Objet de la fourniture : fourniture et l'installation d'équipements médicaux au Bloc Opératoire de l'Hôpital Général de Yaoundé.</p> <p>La prestation comporte plusieurs phases : Non</p> <p>Conférence préalable à l'établissement des propositions : Non</p>
1.6	Le Maître d'Ouvrage envisage la nécessité d'assurer une certaine continuité pour les activités en aval : Non
2.1.	<p>Source de financement</p> <p>Les fournitures, objet du présent Appel d'Offres sont financés sur Fonds Propres - Exercice 2026- Ligne 24 44 04</p>
4	L'appel d'offres est ouvert
6.1	La liste des documents permettant d'établir la qualification du soumissionnaire comprend les pièces prévues au point 12 du présent RPAO
6.2	En cas de groupement d'entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet. Toutefois, les pièces telles que <i>l'attestation de domiciliation bancaire</i> (sauf cas de cotraitance conjointe), <i>la quittance d'achat</i> du DAO et <i>le cautionnement de soumission</i> " prévues au point 12 du RPAO sont uniquement présentés par le mandataire du groupement.

7.3	<p>Aux fins de la visite du site des fournitures et /ou des Services quantifiables, à organiser au plus 7 Jours après la publication de l'Avis d'Appel d'Offres, le service du Maître d'Ouvrage à contacter est le suivant</p> <ul style="list-style-type: none"> - BP : 5408 Yaoundé - Tél : 222 203 953 - Fax : 222 212 015 - Email : hôpitalgénéraldeyaoundé@gamil.com
G. DOSSIER D'APPEL D'OFFRES	
9	<p>Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat de la SIGAMP de l'Hôpital Général de Yaoundé, Tél. : 222 20 39 53, fax : 222 21 20 15 Email : hôpitalgénéraldeyaoundé@gamil.com ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm, ou tout autres <u>moyensdecommunication électroniqueindiquéparleMaîtred'Ouvrage.</u></p>
C- PREPARATION DES OFFRES	
11	La langue de soumission est « <i>l'Anglais</i> » ou « <i>Français</i> »
12	Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit : (En cas de soumission en ligne, le candidat devra produire sous pli scellé une clé USB ou CD/DVD contenant la copie de sauvegarde des trois volumes ci-après :)

13.1

A–Volume I : Pièces administratives

Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment :

- a) *La déclaration d'intention de soumissionner timbrée signée du représentant légal ou du mandataire dument désigné (suivant modèle joint) ;*
- b) *L'accord de groupement sous seing privé) et spécifiant le mandataire le cas échéant (en cas de groupements solidaires) ;*
- c) *Le pouvoir de signature, le cas échéant ;*
- d) *L'attestation de non-redevance délivrée par l'autorité compétente de l'administration fiscale certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l'exercice en cours, datant de moins de trois mois.*
- e) *Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l'institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger ;*
- f) *L'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministère des Finances du Cameroun sauf disposition contraires prévues par la convention de financement ; (en cas de co-traitance conjointe chaque membre du groupement devra fournir l'attestation de domiciliation bancaire afférente au marché, objet du lot dont il est titulaire)*
- g) *La quittance d'achat du Dossier d'Appel d'Offres d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA payable au compte n°335988 ouvert au nom de « Compte Spécial CAS- ARMP » à la BICEC de Yaoundé.*
- h) *La caution de soumission acquittée à la main (suivant modèle joint) d'un montant de 1 000 000 (un million) FCFA et d'une durée de validité de trente (30) jours, délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics ou toute autre forme prévue par la réglementation en vigueur (Chèque certifié, chèque de banque, hypothèque légale) sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement; Le récépissé du dépôt du cautionnement provisoire délivré par la caisse des Dépôts et Consignations (CDEC) ou la preuve du virement du compte du soumissionnaire au compte de la CDEC du montant équivalent à ladite caution par l'établissement bancaire de cette caution provisoire.*

Dans le cas de la soumission en ligne, le récépissé et la copie de de la caution de soumission, délivrés par la CDEC, sont jointes dans l'offre du soumissionnaire, tandis que leurs originaux sont remis à la Commission de passation des marchés compétentes, lors de la séance d'ouverture des offres.

- i) *Une attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics portant le numéro et l'objet de l'Appel d'Offres ;*
- j) *Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale portant mention de l'objet et références de l'Appel d'Offres et certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations sociales vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois à compter de la date de signature de ladite attestation ;*
- k) *Une Copie du registre de commerce certifiée par l'autorité compétente de l'administration judiciaire ;*
- l) *En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces a, f, h, étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.*
- m) *L'agrément du MINSANTE en cours de validité*

Pour les soumissionnaires non installés au Cameroun :

Ils seront dispensés de la production des pièces auxquelles ils ne sont pas assujettis, ils devront produire notamment les documents attestant :

- o qu'ils ne sont pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;
- o qu'ils ne sont pas frappés de l'une des interdictions ou d'échéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu'international;
- o qu'ils ont souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.,

n) En cas de production d'un cautionnement de soumission émis par un établissement financier étranger, ce dernier est acceptable sous réserve que cet établissement financier désigne un correspondant local habilité par le Ministre chargé des finances qui se porte garant en cas d'appel.

NB : Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent être valides à la date limite originelle de dépôt des offres

B-Volume 2 : Offre technique

Elle comprend notamment :

b1. Les renseignements sur la qualification

La liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier leur qualification comprend, notamment en ce qui concerne les références, le matériel et le personnel :

b.1.1 Références du soumissionnaire

a) La liste des marchés réalisés (Maître d'ouvrage, objet, montant, date de réception) en tant que fournisseur principal (ou sous-traitant) au cours des cinq dernières années (2020-2024) doit être fournie avec les noms des Administrations bénéficiaires conformément au formulaire type joint en annexe.

Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l'occurrence :

- Copies des premières et dernières pages du contrat ;
- PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin signée du Maître d'Ouvrage ;
- Copie du dernier décompte pour les contrats en cours ;
- Autres justificatifs le cas échéant et à préciser

b.1.2. Personnel

Une liste du personnel à mobiliser dans le cadre des services connexes (installation du matériel et formation des utilisateurs) selon le modèle annexé au DAO

POSTE	QUALIFICATION/EXPERIENCE
Un conducteur des travaux n°1	Ingénieur biomédical, BAC +3, Expérience : 5 ans minimum Expérience spécifique : 05 ans minimum installation, réparation et maintenance des équipements médicaux

b.2. Proposition technique

La liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier leur proposition technique comprend :

- a) Les prospectus ou catalogues (seuls les documents produits par les fabricants feront foi pour les équipements) ;
- b) Le calendrier, le planning et le délai de livraison des fournitures.

b.3. Les preuves d'acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra une copie du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) dûment paraphée sur chaque page et signée à la dernière précédée de la mention « **lu et approuvé** » des documents ci-après :

- a) *Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;*
- b) *Les spécifications techniques.*

b 4 Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires :

- a) *La charte d'intégrité datée et signée ;*
- b) *La déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée*

b-5 Commentaires CCAP et Spécifications techniques

Le soumissionnaire devra joindre la note d'observation sur les spécifications techniques des fournitures, assortie d'éventuelles propositions.

b.6 La capacité financière d'un montant de cent millions (100 000 000) FCFA

b.7 La déclaration sur l'honneur de non abandon de chantier ;

b.8 Une attestation de visite de site signée sur l'honneur par le prestataire ;

C. VOLUME 3 : OFFRE FINANCIERE

Cette enveloppe comprendra :

- c.1. La soumission proprement dite**, en original rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;
- c.2. Le cadre du Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires** dûment rempli ;
- c.3. Le cadre du Détail quantitatif et estimatif** dûment rempli ;
- c.4. Le cadre Sous-détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;**

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier d'Appel d'Offres.

13.1	Impôts : Les prix proposés doivent être libellés Toutes taxes comprises [Indiquer ici, le cas échéant, l'exclusion spécifique des taxes, impôts ou droits qui peut être admise dans le prix de l'offre. Cette Clause doit être conforme à l'Article 35 du CCAP.]
13.2.	Les prix du marché ne sont pas révisables.
14.	L'élément dépenses locales doit être libellé dans la monnaie nationale : <i>Oui</i>
18.1	La période de validité des offres est de 60 jours à partir de la date limite de dépôt des offres.
19.1	Le Montant du cautionnement de soumission s'élève à : un (1 000 000) millions de FCFA
D- DEPOT DES OFFRES	
21	Le mode de soumission retenu pour cette consultation est en ligne .
	<p><u>Soumission en ligne</u></p> <p>Renseignements à ajouter sur l'enveloppe extérieure : _____</p> <p>Pour la soumission par voie électronique, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 MO pour l'Offre Administrative ; - 15 MO pour l'Offre Technique ; - 5 MO pour l'Offre Financière. <p>Les formats acceptés sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Format PDF pour les documents textuels ; - JPEG pour les images. <p>Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.]</p> <p>L'offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d'Ouvrage dans le DAO.</p> <p>Aux fins de la remise des offres, l'adresse du Maître d'Ouvrage à utiliser pour l'envoi des offres est la suivante :</p> <p>Service du Maître d'ouvrage : SIGAMP</p> <p>Adresse : Quartier Ngousso</p> <p>Code postal : B.P : 5408 Yaoundé</p> <p>Étage/Numéro de bureau : Porte _____</p>

Pour la soumission par voie électronique, l'offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS **ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d'Ouvrage**. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit être déposée dans les services du MO/MOD ou AC concernée sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l'appel d'offres dans les délais impartis.

[pour la soumission en ligne, elles seront transmises par voie électronique via la plateforme COLEPS disponible à l'adresse <http://www.marchespublics.cm> ou <http://www.publiccontracts.cm> CD/DVD doit être déposée dans les services du MO/MOD ou AC concernée sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l'appel d'offres dans les délais impartis.

[pour la soumission en ligne, elles seront transmises par voie électronique via la plateforme COLEPS disponible à l'adresse <http://www.marchespublics.cm> ou <http://www.publiccontracts.cm>

L'Ouverture des offres aura lieu, le 18 Avril 2026 dès 14 heures précises dans la salle de réunion de la Direction Générale de l'HGY ;

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d'entreprises.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent être valide au moment du dépôt de l'Offre dater de moins de trois (03) mois à compter de la date limite originelle d'ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

En cas d'absence ou de non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question.

21.1.

Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés :

- Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies pour la soumission physique,
- Toute offre en noir sur blanc pour la soumission en ligne ;
- les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires,
- les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt.
- les plis sans indication de l'identité de l'Appel d'Offres ;
- les plis non-conformes au mode de soumission ;
- Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO,
- L'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. • La Commission de Passation des Marchés établira un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis, dont une copie sera remise à tous les soumissionnaires

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

2
5
.
1

L'Ouverture des offres aura lieu, **le 24 JUIN 2026 dès 14 heures** précises dans la salle de réunion de la Direction Générale de l'HGY ;

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d'entreprises.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent être valide au moment du dépôt de l'Offre dater de moins de trois (03) mois à compter de la date limite originelle d'ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

En cas d'absence ou de non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question.

Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés :

- Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies pour la soumission physique,
- Toute offre en noir sur blanc pour la soumission en ligne ;
- les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires,
- les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt.
- les plis sans indication de l'identité de l'Appel d'Offres ;
- les plis non-conformes au mode de soumission ;
- Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO,
- **L'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.** Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. • La Commission de Passation des Marchés établira un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis, dont une copie sera remise à tous les soumissionnaires

L'évaluation des offres se fera sur la base des critères ci-après :

➤ **Critères éliminatoires**

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à éviter pour être admis à l'évaluation selon les critères essentiels. Ils ne doivent pas faire l'objet de notation. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l'offre du soumissionnaire.

- Absence du cautionnement de soumission accompagnée du récépissé CDEC ; Dans le cas de la soumission en ligne, le récépissé et la copie de de la caution de soumission, délivrés par la CDEC, sont jointes dans l'offre du soumissionnaire, tandis que leurs originaux sont remis à la Commission de passation des marchés compétentes, lors de la séance d'ouverture des offres.
- Non -production au-delà du délai de 48h après l'ouverture des plis d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission) ;
- Les fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces
- Non satisfaction à 70% des critères essentiels ;
- Non-respect du type d'élément de commande pour l'unité de contrôle de la colonne de coelioscopie (Type d'éléments de commande : Écran tactile),
- Non-respect du profil de réglage pour l'unité de contrôle de colonne de coelioscopie (Profils réglables individuellement : 5 pièces minimum),
- Non-respect du mode de fonctionnement pour l'unité de contrôle de la colonne de coelioscopie (Mode de fonctionnement : Service continu),
- Non-respect du mode traitement d'images pour la tête de caméra de la colonne de coelioscopie (Mode de traitement d'images : Traitement d'image numérique et transmission de signal numérique),
- Non-respect du type de filetages pour la tête de caméra de la colonne de coelioscopie (Type de filetage d'objectif : C-Mount universel),
- Non-respect de la méthode de stérilisation pour la tête de caméra de la colonne de coelioscopie

- (Méthode de stérilisation : Autoclavable),
- Non-respect de la conformité de lampe pour la source de lumière de la colonne de coelioscopie (Type de lampes à utiliser : LED haute puissance),
 - Non-respect de la compatibilité des câbles de lumière pour la source de lumière de la colonne de coelioscopie (Câbles de lumière compatibles Wolf, Storz, Olympus, ACMI),
 - Non-respect de la conformité des modes de courant pour le bistouri électrique de la colonne de coelioscopie (Courants : monopolaires/bipolaires),
 - Non-respect du mode de commande pour le bistouri électrique de la colonne de coelioscopie (Commande à distance via la manche porte électrode ou la pédale),
 - Non-respect de l'exhaustivité des accessoires pour le bistouri électrique de la colonne de coelioscopie (Voir pièces n°5 : Cahier des spécifications techniques),
 - Non-respect du mode de commande pour le système de moteur universel (Shaver) de la colonne de coelioscopie (Mode commande : Interrupteur à distance à 02 pédales+02 touches),
 - Non-respect de la conformité moteur poignée pour le système de moteur universel (shaver) de la colonne de coelioscopie (Moteur poignée : Vitesse : 16000trs/min maximum, Câble de connexion amovible de longueur: 3,0 m minimum, Commande avec champ de touches et interrupteur à pédale, Diamètre d'instruments pour Shaver : 2-6,5 mm),
 - Non-respect de la construction des instruments chirurgicaux (Tous les instruments chirurgicaux livrés seront construits en acier inoxydable),
 - Non-respect de conformité de la composition des boîtes d'instruments chirurgicaux
 - Absence de prospectus, catalogue, dessin ou fiche technique produit par le fabricant ;
 - Absence de l'agrément et du certificat de bonne pratique du MINSANTE
 - Absence de l'autorisation délivrée par le fabricant
 - Absence d'un prix unitaire quantifié dans l'Offre financière ;
 - Absence d'une déclaration sur l'honneur de n'avoir pas abandonné de marché durant les trois (03) dernières années
 - Absence de la lettre de soumission.
 - Absence de la charte d'intégrité
 - Absence de la déclaration d'engagement social et environnemental
 - Non-respect du format de fichiers des offres
 - Absence du certificat de conformité du fabricant (ISO ICUNET...),
 - Absence de l'attestation de visite de site signée sur l'honneur par le prestataire

2) . **Critères essentiels**

Les critères essentiels à la qualification des fournisseurs porteront sur :

- La présentation de l'offre ;
- Propositions techniques ;
- Les références du soumissionnaire ;
- Le délai de garantie ;
- Le calendrier de livraison ;
- La capacité financière ;
- La preuve d'acceptation des conditions du marché ;
- Le service après-vente (disponibilité des pièces de rechange, qualification et expérience du personnel technique) ;
- L'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières ;

Seuls les soumissionnaires qui auront obtenu au moins 70% OUI seront jugés techniquement qualifiés pour ce lot et admis à l'analyse financière

Les soumissions par voie électronique seront évaluées après téléchargement dans les mêmes conditions que les offres physiques.

En cas de conflit entre les contenus des pièces du DAO, l'élimination d'une offre pour non-conformité aux prescriptions du DAO ne doit s'appuyer que sur des critères contenus dans le RPAO dont les dispositions priment sur celle des autres pièces

--	--

GRILLE D'EVALUATION

1) Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires seront évalués en fonction des sous critères ci-après :

N°	Rubrique	Oui/Non
I- Critères éliminatoires relatifs au dossier administratif		
1	Absence de la caution de soumission à l'ouverture des plis délivrée par un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics NB : Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.	Oui/Non
2	Non-production au-delà du délai de 48h d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission)	Oui/Non
II- Critères éliminatoires relatifs à l'offre technique		
3	Absence de l'autorisation ou lettre de représentant exclusif délivré par le fabricant des équipements proposés.	Oui/Non
Propositions techniques pour les équipements (critères majeurs)		
4	Non-Respect du type d'élément de commande pour l'unité de contrôle de la colonne de coelioscopie (Type d'éléments de commande : Écran tactile)	Oui/Non
5	Non-Respect du profil de réglage pour l'unité de contrôle de colonne de coelioscopie (Profils réglables individuellement : 5 pièces minimum)	Oui/Non
6	Non- Respect du mode de fonctionnement pour l'unité de contrôle de la colonne de coelioscopie (Mode de fonctionnement : service continu)	Oui/Non
7	Non- Respect du mode traitement d'images pour la tête de caméra de la colonne de coelioscopie (Mode de traitement d'images : Traitement d'image numérique et transmission de signal numérique),	Oui/Non
8	Non-respect du type de filetages pour la tête de caméra de la colonne de coelioscopie (Type de filetage d'objectif : C-Mount universel)	Oui/Non
9	Non-Respect de la méthode de stérilisation pour la tête de caméra de la colonne de coelioscopie (Méthode de stérilisation : Autoclavable)	Oui/Non
10	Non-respect de la conformité de lampe pour la source de lumière de la colonne de coelioscopie (Type de lampes à utiliser : LED haute puissance)	Oui/Non
11	Non- Respect de la compatibilité des câbles de lumière pour la source de lumière de la colonne de coelioscopie (Câbles de lumière compatibles Wolf, Storz, Olympus, ACMI)	Oui/Non
12	Non- Respect de la conformité des modes de courant pour le bistouri électrique de la colonne de coelioscopie (Courants : monopolaires/bipolaires)	Oui/Non
13	Non- Respect du mode de commande pour le bistouri électrique de la colonne de coelioscopie (Commande à distance via la manche porte électrode ou la pédale)	Oui/Non

14	Non- Respect de l'exhaustivité des accessoires pour le bistouri électrique de la colonne de coelioscopie (Voir pièces n°5 : Cahier des spécifications techniques)	Oui/Non
15	Non- Respect du mode de commande pour le système de moteur universel (Shaver) de la colonne de coelioscopie (Mode commande : Interrupteur à distance à 02 pédales+02 touches)	Oui/Non
16	Respect de la conformité moteur poignée pour le système de moteur universel (shaver) de la colonne de coelioscopie (Moteur poignée : Vitesse : 16000trs/min maximum, Câble de connexion amovible de longueur : 3,0 m minimum, Commande avec champ de touches et interrupteur à pédale, Diamètre d'instruments pour Shaver : 2-6,5 mm)	Oui/Non
17	Respect de la compositions des boîtes des instruments chirurgicaux	
18	Respect de la construction des instruments chirurgicaux (Tous les instruments chirurgicaux livrés seront construits en acier inoxydable)	Oui/Non
19	Existence de l'attestation de visite de site signée sur l'honneur par le prestataire	Oui/Non
20	Existence de prospectus, catalogue, dessin ou fiche technique produit par le fabricant ;	Oui/Non
21	Absence de la charte d'intégrité datée et signée	Oui/Non
22	Absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales	Oui/Non
III- Critères éliminatoires relatifs à l'offre financière		
23	Absence de la lettre de soumission	Oui/Non
24	Absence d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financière	Oui/Non
IV- Critères éliminatoires d'ordre général		
25	CCAP paraphé sur chaque page et signé assorti de la mention « lu et approuvé »	Oui/Non
26	Fausse déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces	Oui/Non
27	Non satisfaction de 70% des critères essentiels ;	Oui/Non
28	Non-respect du format de fichiers des offres soumises en ligne ;	Oui/Non
29	Absence d'une déclaration sur l'honneur de n'avoir pas abandonné de chantier durant les trois dernières années	Oui/Non

GRILLE D'EVALUATION
2) Critères essentiels

Les offres techniques seront évaluées en mode binaire (oui/non) selon les critères essentiels qui porteront sur :

- La présentation de l'offre ;
- Propositions techniques ;
- Les références du soumissionnaire ;
- Le délai de garantie ;
- Le calendrier de livraison ;
- La capacité financière ;
- La preuve d'acceptation des conditions du marché ;
- Le service après-vente (disponibilité des pièces de rechange, personnel technique) ;
- L'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières ;
- La qualification et l'expérience du personnel.

Les conditions pour valider chaque critère et sous critère d'évaluation sont les suivantes

- **la présentation de l'offre : 3 OUI/NON (sous critères validés)**

(Lisibilité, pièces dans l'ordre du RPAO, sommaires)

Lisibilité	Oui/Non
Pièces dans l'ordre du RPAO	Oui/Non
Sommaires	Oui/Non

- Propositions techniques pour les équipements (critères mineurs)

Respect de la longueur du câble pour la tête de caméra (Longueur de câble: 3 m - 5 m)	Oui/Non
Respect de l'exhaustivité des accessoires à livrer pour la tête de camera	Oui/Non
Respect de la durée de vie utile de la lampe pour la source de lumière (Durée de vie utile de la lampe: 30 000 h minimum)	Oui/Non
Respect de l'exhaustivité des accessoires à livrer pour la source de lumière	Oui/Non
Respect du profil pour le chariot universel (Profils latéraux en aluminium avec points de montage pour installation de bras pivotant et d'une vaste gamme d'accessoires)	Oui/Non
Respect l'écran pour le moniteur médical (Ecran : 27pouces)	Oui/Non
Respect des types d'entrée et sorties pour le moniteur médical	Oui/Non
Respect de la puissance de coupe monopolaire pour le bistouri électrique (Puissance de coupe monopolaire : 400 W maximum)	Oui/Non
Respect de la puissance de coagulation monopolaire pour le bistouri électrique (Puissance de coagulation monopolaire 200 W minimum)	Oui/Non
Respect du mode d'affichage pour le bistouri électrique (Affichage puissances : Ecran numérique à 3 chiffres minimum)	Oui/Non
Respect de l'exhaustivité des accessoires à livrer pour le système de moteur universel (voir pièce n°5 : cahier des spécifications techniques)	Oui/Non
Respect des domaines d'applications pour la pompe d'aspiration et d'irrigation pour chirurgie arthroscopique (Domaines d'application :Endoscopie arthroscopique, Chirurgie endoscopique de la colonne vertébrale)	Oui/Non
Respect de la plage de pression pour la pompe d'aspiration et d'irrigation pour chirurgie arthroscopique (Plage de pression (pré réglable sans paliers): 15–200 mmHg)	Oui/Non
Respect de l'exhaustivité des accessoires à livrer pour la pompe d'aspiration et d'irrigation pour chirurgie arthroscopique (voir pièce n° 5 : Cahier des spécifications techniques)	Oui/Non
Respect des domaines d'application pour la pompe d'aspiration et d'irrigation pour chirurgie gynécologique et urologique (Domaines d'applications, Hystérocopie, Laparoscopie Urologie)	Oui/Non
Respect de l'exhaustivité des accessoires à livrer pour la pompe d'aspiration et d'irrigation pour gynécologie et urologie (voir pièces n° 5 : Cahier des spécifications techniques)	Oui/Non

Références du soumissionnaire :

La preuve d'avoir déjà exécuté de trois (03) marchés similaires au cours des cinq (5) dernières années, avec les montants desdits marchés, les coordonnées des responsables des projets ou des Maîtres d'Ouvrage ainsi que les documents justificatifs (copies de marchés ou lettre commande première et dernière pages, bordereau de livraison signé par le Maître d'Ouvrage, PV de réception, certifiant la bonne exécution de ces marchés);

Service après-vente : 8 OUI/NON (si tous les sept sous-critères validés)

Les Soumissionnaires devront produire

- (iii) un personnel qualifié pour assurer la mise en service et le suivi de la garantie
Un conducteur des travaux titulaire d'un diplôme universitaire en Génie Civil, Bac +3, bénéficiant d'une expérience de 5 ans minimum,
Un ingénieur titulaire d'un diplôme universitaire en Génie Biomédical, Electrotechnique, Electromécanique, Electronique au moins Bac + 3, bénéficiant d'une expérience d'au moins 5 ans
Une liste des pièces de rechange d'usure disponible,
Un engagement à assurer la fourniture de pièces de rechange pendant au moins dix (10) ans,
Délai d'intervention sur appel inférieur à 24 heures

Copie certifiée du diplôme	Oui/Non
Photocopie de carte nationale d'identité	Oui/Non
CV signé et daté	Oui/Non
Attestation de disponibilité	Oui/Non
Liste des pièces rechange d'usure disponible	Oui/Non
Période de garantie des équipements livrés: 01 (un) an	Oui/Non
Engagement à assurer la fourniture des pièces de rechange pendant dix ans	Oui/Non
Délais d'intervention sur appel 48 h	Oui/Non

NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n'a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de l'Administration sera considéré comme non valable. La présence du dossier d'un même expert dans deux offres distinctes doit donner lieu à une demande d'éclaircissements en vue d'établir l'offre du soumissionnaire à considérer. Dans ce cas l'expert en question ne sera pas évalué dans l'Offre concurrente ou prise en compte dans l'offre non validée par l'expert.

- **Calendrier de livraison : 2 OUI/NON**
 Le Soumissionnaire produira sur la base des dates réalistes et cohérentes :
 i. Le planning ou calendrier de livraison fournitures ;
 ii. le calendrier de réalisation des services connexes (installation, maintenance)

Planning ou calendrier de livraison fournitures	Oui/Non
Calendrier de réalisation des services connexes	Oui/Non

- **Capacité financière : 1 OUI/NON**
 Les Soumissionnaires devront présenter notamment :
 i. l'attestation de capacité financière d'un montant de (.....) francs CFA délivrée par une banque agréée ;

attestation de capacité financière d'un montant de (.....) francs CFA délivrée par une banque agréée	Oui/Non
--	---------

- **Les preuves d'acceptations des conditions du marché**
 Les soumissionnaires devront présenter les copies dûment paraphées et signées avec la mention lue et approuvée, des documents à caractères administratif et technique régissant le marché ci-après :

- Les spécifications techniques.

- **Personnel**
A. Le Personnel (03 critères)

N°	POSTE	QUALIFICATIONS / EXPÉRIENCES	Notation	
			Oui	Non
	Conducteur des travaux n°1	Formation de base : diplôme universitaire en Génie Biomédical, Electrotechnique, Electromécanique, Electronique au moins Bac + 3		
		Expérience générale:05 ans minimum		
		Expérience spécifique:05 ans minimum installation, réparation et maintenance des équipements médicaux		

NB : Documents exigés pour le personnel proposé :

- Une copie certifiée conforme du diplôme datant de moins de trois (03) mois ;
- Une attestation de présentation de l'original du diplôme établie par une autorité administrative compétente,
- Un curriculum vitae daté et signé ;
- Une attestation de disponibilité signée et datée ;

NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n'a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de l'Administration sera considéré comme non valable. La présence du dossier d'un même expert dans deux offres distinctes doit donner lieu à une demande d'éclaircissements en vue d'établir l'offre du soumissionnaire à considérer. Dans ce cas l'expert en question ne sera pas évalué dans l'Offre concurrente et ni prise en compte.

31. 1	La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est : le Franc CFA
34. 1	Le marché sera attribué au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins disante après application des remises proposées le cas échéant.
D-Cautionnement définitif	
3 9	Le taux du cautionnement définitif est de : 3% du montant toutes taxes comprises du marché. Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché par le Maître d'ouvrage, le cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modèle joint au Dossier d'appel d'offres.
4 0	<p>Principes Ethiques</p> <p>Les Présidents et Membres de commission et les Soumissionnaires doivent observer en tout temps, les règles d'éthique professionnelle les plus strictes. Ils doivent notamment s'interdire toute corruption ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la façon suivante :</p> <p>est coupable de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectement un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ou d'une lettre commande, et</p> <p>est coupable de "corruption" quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres émises par le même soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numéros d'enregistrement différents.</p> <p>se livre à des "manœuvres frauduleuses" quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché ou d'une lettre commande de manière préjudiciable au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué.</p> <p>Les "Manœuvres frauduleuses" comprennent notamment toute entente ou manœuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou après la remise de l'offre) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d'une concurrence libre et ouverte, et à priver ainsi le Maître d'Ouvrage des avantages de cette dernière.</p>

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DIRECTION GENERALE

**DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERS**

**STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS**

B.P 5408 Yaoundé

Tél : (237) 222.21.31.81

Fax : (237) 222.21.20.15

hospitalgeneraldeyaounde@gmail.com



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

GENERAL HOSPITAL OF YAOUNDE

GENERAL DIRECTORATE

**DIRECTORATE OF ADMINISTRATIVE AND
FINANCIAL AFFAIRS**

**INTERNAL STRUCTURE FOR THE
ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLIC
PROCUREMENT**

P.O BOX: 5408 Yaoundé

hospitalgeneraldeyaounde@gmail.com

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/HGY/CIPM/26 DU 1^{ER}
AVRIL 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET
L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX AU BLOC OPERATOIRE
DE L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE**

FINANCEMENT : Fonds propres-Exercice 2026- Ligne 24 44 04

**PIECE N°4 : CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)**

SOMMAIRE

CHAPITRE I. Généralités.....	93
Article 1. Objet du marché.....	93
Article 2. Procédure de passation du marché.....	93
Article 3. Attributions et nantissement.....	93
Article 4. Langue, lois et règlements applicables	94
Article 5. Normes	94
Article 6. Pièces constitutives du marché	95
Article 7. Textes généraux applicables	95
Article 8. Communication.....	96
CHAPITRE II. Exécution des prestations	97
Article 9. Consistance des prestations [à préciser cf. Spécifications Techniques]	97
Article 10. Lieu et délai de livraison ou d'exécution	97
Article 11. Obligations du Maître d'Ouvrage	98
Article 12. Ordres de service.....	98
Article 13. Marchés à tranches conditionnelles	100
Article 14. Matériel et personnel du cocontractant	101
Article 15. Rôles et responsabilités du cocontractant	103
Article 16. Brevet.....	104
Article 17. Transport, assurances et responsabilité civile.....	104
Article 18. Essais et services connexes	105
Article 19. Service après-vente et consommables.....	105
CHAPITRE III. De la réception des prestations	106
Article 20. Documents à fournir avant la réception technique.....	106
Article 21. Réception provisoire	106

Article 22. Documents à fournir après réception provisoire	109
Article 23. Garantie contractuelle	109
Article 24. Réception définitive	109
CHAPITRE IV. Clauses financières	110
Article 25. Montant du marché	110
Article 26. Garanties ou cautions	110
Article 27. Lieu et mode de paiement	112
Article 28. Variation des prix	112
Article 29. Formules de révision ou d'actualisation des prix.....	112
Article 30. Formules d'actualisation des prix	113
Article 31. Avances	113
Article 33- Intérêts moratoires	116
Article 34 -Pénalités.....	117
Article 36- Régime fiscal et douanier	118
Article 37- Timbres et enregistrement des marchés.....	119
CHAPITRE V. Dispositions diverses	119
Article 38- Résiliation du marché	119
Article 39- Cas de force majeure	120
Article 40- Différends et litiges	120
Article 41- Edition et diffusion du présent marché	120
Article 42 et dernier : Validité et Entrée en vigueur du marché	121

CHAPITRE I. GENERALITES

Article 1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet la fourniture et installation d'équipements médicaux au Bloc opératoire de l'Hôpital Général de Yaoundé, suivant les spécifications indiquées dans le Descriptif de la Fourniture et les quantités définies dans le Devis Estimatif.

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé après Appel d'Offres national Ouvert N°04/ AONO/HGY/ CIPM /26

Article 3 : Définitions, attributions et nantissement

3.1. Définitions générales

Pour l'application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

- **Le Maître d'Ouvrage est le Directeur Général de l'Hôpital Général de Yaoundé.** A ce titre, il signe le marché, ordonne le paiement des prestations, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies à l'Autorité chargée des marchés publics et à l'organisme chargé de la régulation et au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembré déconcentré compétent
- **Le Chef de Service du Marché est l'Attaché de Direction auprès de la Direction Générale** de l'Hôpital Général de Yaoundé, ci - après désigné **le Chef de Service**. Il s'assure de la bonne exécution des obligations contractuelles. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels. Il est responsable de la direction générale de l'exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d'Ouvrage auprès des instances compétentes d'arbitrage des litiges. Il apporte au Maître d'Ouvrage, Maître d'Ouvrage Délégué, une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l'élaboration, de l'exécution et de la réception des travaux objet du marché
- **L'Ingénieur du marché est le Chef de Département de la Pharmacie de l'Hôpital Général de Yaoundé**, ci-après désigné **l'Ingénieur**. Il est accrédité par le Maître d'Ouvrage, pour le suivi de l'exécution du marché sous la supervision du Chef de Service du marché à qui il rend compte ;
- **L'organisme chargé du contrôle externe des marchés publics** est le Ministère en charge des marchés publics. Le Ministère des Marchés Publics ou son démembré déconcentré compétent assure le contrôle de conformité de l'exécution du marché, délivre les visas préalables requis et vise le décompte général et définitif.
- **Le cocontractant de l'Administration ou le titulaire du marché** est la société ----- : il est chargé de l'exécution des prestations prévues dans le marché ;

3.2. Nantissement

Aux fins d'application du régime de nantissement prévu à l'article 150 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant

Code des Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit :

- L'autorité chargée de l'ordonnancement des paiements est : **le Directeur Général de l'Hôpital Général de Yaoundé**
- L'autorité chargée de la liquidation des dépenses est : **le Directeur Général de l'Hôpital Général de Yaoundé ;**
- L'organisme ou le responsable chargé du paiement est : **l'Agent Comptable de l'Hôpital Général de Yaoundé ;**

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l'exécution du présent marché est : **le Chef de Département de la Pharmacie de l'Hôpital Général de Yaoundé**

ARTICLE 4 : LANGUE, LOI ET REGLEMENTATION APPLICABLE

4.1 : la langue utilisée est le Français ou l'Anglais.

4.2 : Le Fournisseur s'engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation, que dans la réalisation DU MARCHE.

ARTICLE 5 : NORMES

5.1 Les fournitures livrées en exécution du présent Marché seront conformes aux normes fixées dans le Descriptif de la Fourniture et quand aucune norme applicable n'est mentionnée, à la norme faisant autorité en la matière et applicable au Cameroun ; cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l'autorité compétente.

5.2. Le Fournisseur étudiera, exécutera et garantira les fournitures et prestations du présent marché en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations similaires

ARTICLE 6 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces contractuelles constitutives du présent Marché sont les suivantes par ordre de priorité :

1. La soumission ou l'acte d'engagement ;
2. L'offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP), aux termes de référence (TDRS) le cas échéant, aux spécifications techniques de la fourniture (DF) ou aux clauses techniques des prestations, le cas échéant
3. Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
4. Les Spécifications Techniques des fournitures (ST) ;
5. Le devis ou le détail estimatif (DQE) ;
6. Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;
7. Le sous-détail des prix Unitaires (SDPU) et le cas échéant la décomposition des prix forfaitaires ;
8. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de fourniture et de services quantifiables ;
9. Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujéti.
10. Tout autres documents utiles (les Procès-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre Environnemental Social, Hygiène et Sécurité (ESHS), le Code de Conduite ESHS, l'analyse de la valeur du projet le cas échéant, etc.).
11. La charte d'intégrité ;
12. La déclaration d'engagement social et environnemental

ARTICLE 7 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES

Le présent contrat est soumis :

1. La loi N° 2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'Exercice 2026 ;
2. La Loi N°92/007 du 14 Aout 1992 portant Code du Travail

3. La loi N° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun ;
4. La loi N° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat ;
5. La loi N° 096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement
6. La loi N° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code des transparences et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;
7. La loi N° 98/013 du 14 juil. 1998 relative à la concurrence
8. La loi-cadre N° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun
9. Le décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics et ses textes modificatifs subséquents ;
10. Le décret N°2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ;
11. Le décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics dans ses dispositions non contraires au code des marchés publics ;
12. Le Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes
13. La loi N° 2017/17 portant Statut Général des Etablissements Publics ;
14. Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;
15. L'arrêté N° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ;
16. La circulaire N° 003/CAB/PM du 18 Avril 2008, relative au respect des règles régissant la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics ;
17. La circulaire N°002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l'amélioration de la performance du système des marchés publics ;
18. La lettre-circulaire N°005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la signature et à l'application du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
19. La circulaire N°0001877C/MINFI du 31 décembre 2025 portant Instructions Relatives à l'Exécution des Lois des Finances, au Suivi et au Contrôle de l'Exécution du Budget de l'Etat et des autres Entités Publiques pour l'exercice 2026.
20. Les normes en vigueur au Cameroun.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION

8.1 : Toutes notifications et communications écrites dans le cadre du présent Marché devront être faites aux adresses suivantes :

- a. Dans le cas où le Fournisseur est le destinataire : La société _____

Passé le délai de 15 jours fixé à l'article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de Service son domicile, et dès achèvement des prestations, les correspondances seront valablement adressées dans les locaux indiqués dans son attestation de localisation.

- b. dans le cas où le Maître d'Ouvrage en est le destinataire : Monsieur le Directeur Général de l'Hôpital Général de Yaoundé avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de Service et à l'Ingénieur.

8.2. S'agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le Fournisseur, une copie sera transmise dans les mêmes délais au Directeur Général de l'Hôpital Général de Yaoundé.

CHAPITRE II. EXECUTION DES PRESTATIONS

ARTICLE 9 : Consistance des prestations

Les fournitures à livrer et/ou services à réaliser dans le cadre du présent marché comprennent : (Description des principales rubriques ou sous ensemble des fournitures, équipements ou services prévu(e)s dans le détail quantitatif et estimatif.).

[En cas d'attribution du marché sur la base d'une fourniture bien spécifique, indiquer la précision de la fourniture, suivie de la mention « ou équivalent »]

ARTICLE 10 : Lieu et délai de livraison ou d'exécution

10.1. Le lieu de livraison ou d'exécution des prestations est l'Hôpital Général de Yaoundé

10.2- Le délai de livraison ou d'exécution des prestations objet du présent marché est **de Huit (08) semaines** :

10.3. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations

10.4 le marché comporte une seule tranche

11. OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE OU DU MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

11.1. Le Maître d'ouvrage est responsable de l'acquisition et de la mise à disposition du site ainsi que des facilités pour son accès, de la possession, de l'utilisation et de l'accès à toutes les autres zones raisonnablement nécessaires à la bonne exécution du Marché. Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour l'accès aux sites des projets. Pour les sites éloignés au siège du Maître d'Ouvrage, les frais de transports pour leur accès sont à la charge du Cocontractant.

11.2 Le Maître d'ouvrage devra obtenir à ses frais les autorisations, agréments et licences auprès des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires à l'exécution du Marché, et qui relèvent de ses obligations.

11.3. Si le cocontractant de l'administration en fait la demande, le Maître d'ouvrage *fera* tout son possible pour l'aider à obtenir à temps et avec toute la diligence requise auprès des administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires à l'exécution du Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

11.4 Le Maître d'Ouvrage assure au cocontractant protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l'occasion de l'exercice de sa mission.

ARTICLE 12. ORDRES DE SERVICE

Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes :

12.1. Dès notification du marché au titulaire, le Maître d'Ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours calendaires pour signer l'ordre de service de démarrage des prestations. *Cet Ordre de service est notifié au cocontractant par le*

Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires. Une copie dudit ordre de service est transmise au Ministre en charge des Marchés Publics, à l'Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service du marché, à l'Ingénieur du marché, à l'Organisme Payeur et au Maître d'œuvre le cas échéant.

12.2. Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai sont signés par le Maître d'Ouvrage dans les conditions suivantes :

- a. Lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs des finances par le Maître d'Ouvrage ;
- b. En cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie d'avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent être payées qu'après signature par le Maître d'Ouvrage.
- c. **Les ordres de service pour prestations supplémentaires** peuvent être signés par le Maître d'Ouvrage et régularisés plus tard par voie d'avenant, tant que leur incidence financière est inférieure à dix pour cent (10) du montant du marché.

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, à l'Ingénieur du marché, à l'Organisme Payeur et au Maître d'œuvre le cas échéant.

- d. Le visa préalable de l'Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.
- e. En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses techniques particulières doit faire l'objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coût et les délais du marché.

12.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des prestations seront directement signés par le chef de service du marché et notifiés au cocontractant par l'Ingénieur du marché ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie au Ministère chargé des marchés publics, à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

12.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d'Ouvrage ou Maître d'Ouvrage Délégué et notifiés au cocontractant par le Chef de service, avec copie au Ministère chargé des Marchés Publics, à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l'Ingénieur et au Maître d'œuvre le cas échéant.

12.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations pour cause d'intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d'Ouvrage et notifiés au cocontractant par le Chef de Service avec copie au Ministère chargé des Marchés Publics, à l'Organisme chargé de la Régulation, à l'Ingénieur du marché, et au Maître d'œuvre le cas échéant et à l'Organisme Payeur. *[A adapter par rapport au type de fourniture]*.

12.6 Les ordres de service prescrivant les prestations nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements ne relevant pas d'une utilisation normale qui apparaîtraient pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l'Ingénieur et notifiés au cocontractant par l'Ingénieur.

12.7 Le cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d'émettre des réserves ne dispense pas le cocontractant d'exécuter les ordres de service reçus.

- 12.8** En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves au nom du groupement qu'il représente.
- 12.9** Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée, pour chacune d'entre elles, à la levée éventuelle de la clause de dénonciation et à la notification au Cocontractant, par ordre de service, de la décision du Maître d'Ouvrage de poursuivre l'exécution desdites tranches. Si cet ordre de service n'a pas été notifié au Cocontractant dans le délai imparti défini à l'article 13 du présent marché, le Maître d'Ouvrage et le Cocontractant sont, à l'expiration de ce délai, déliés de cette obligation pour cette tranche conditionnelle.
- 12.10** L'ordre de service de démarrage des prestations de la tranche conditionnelle ne peut être notifié qu'après achèvement et réception provisoire de la tranche précédente. Toutefois, au cas où la condition suspensive de l'exécution de la tranche conditionnelle tient à la disponibilité de financement, la notification de l'ordre de service de démarrage est donnée dès lors que la preuve de disponibilité de financement est établie.

ARTICLE 13 : MARCHES A TRANCHES CONDITIONNELLES : non applicable

13.1. *[Préciser si le marché comporte une ou plusieurs tranches et les conditions de notification de chacune des tranches].*

A la fin d'une tranche, le Maître d'Ouvrage procédera à la réception des prestations de la tranche considérée et délivrera une attestation de bonne exécution au Cocontractant à l'année d'exécution du contrat. Cette réception conditionnera le début de la tranche conditionnelle suivante.

13.2. Le délai à compter de la date de réception provisoire de la tranche précédente pour la signature et la notification par le Maître d'Ouvrage de l'ordre de service de commencer une tranche conditionnelle est de : *[nombre de jours à préciser le cas échéant].*

13.3. Le délai de notification de cet ordre de service par le Chef de service du marché est de quinze (15) jours maximums. Ce délai est le même que celui de la tranche ferme.

ARTICLE 14 : MATERIEL ET PERSONNEL DU COCONTRACTANT

14.1. Le Personnel

Le cocontractant est tenu d'utiliser le personnel proposé dans l'offre dans le cadre de la réalisation des prestations/services, le cas échéant. Comme suit : *[A préciser]*

14.2. Remplacement du personnel clé (le cas échéant)

Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l'offre technique n'interviendra qu'après agrément écrit du Maître d'Ouvrage ou du Chef de service du marché. En cas de modification, le cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

En tout état de cause, les listes du personnel d'encadrement à mettre en place seront préalablement soumises à l'agrément écrit du Maître d'Œuvre ou de l'ingénieur le cas échéant dans les jours x _____ (jours à préciser) qui suivent la notification de l'ordre de service de commencer les travaux. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

Le Maître d'Œuvre ou l'ingénieur le cas échéant disposera de x..... jours (à préciser) pour notifier par écrit son avis au Chef de service du Marché. Le Maître d'Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément à une personne proposée par le cocontractant dont la qualification serait insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel et en personnel d'encadrement de l'offre technique, avant et pendant les prestations constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l'article 41 ci-dessous ou d'application de pénalités [A préciser].

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d'Ouvrage pour approbation préalable.

14.3. Retrait du personnel (le cas échéant)

Après agrément écrit du Maître d'Ouvrage, le Chef de service du marché peut demander au cocontractant de retirer une personne faisant partie de ses effectifs, en donnant les motifs de sa requête, le Cocontractant veillera à ce que cette personne quitte le site dans les dix jours et qu'elle n'ait plus aucun rapport avec le travail dans le cadre du Marché. Si le Maître d'Ouvrage demande le remplacement d'un membre de l'équipe pour faute grave dûment constatée ou pour incompétence, le remplacement se fait aux frais du cocontractant dans un délai maximum de quinze (15) jours.

14.4. Représentant du cocontractant

Dès notification du marché et en cas de mandataire, le cocontractant désigne une personne physique qui le représente vis-à-vis de l'Administration pour tout ce qui concerne l'exécution du projet.

Cette personne chargée de la coordination des tâches afférentes aux prestations, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les décisions nécessaires à la bonne marche du projet.

14.5 Législation du travail

Le Cocontractant devra se conformer à la législation du travail en vigueur au Cameroun incluant la législation relative à l'embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, à l'HIMO, au quota de ressources locales à mobiliser.

Le cocontractant devra fournir le logement, l'assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires au personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des Spécifications se rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main d'œuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou participeront à l'exécution du Marché, le cocontractant devra respecter les fêtes nationales, jours fériés légaux, fêtes religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales applicables en matière de droit du travail.

Sauf disposition contraire du Marché, si le cocontractant estime nécessaire d'effectuer des prestations de nuit ou pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d'achèvement contractuel, et s'il demande son consentement au Maître d'ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué à cet effet (si un tel consentement est requis), le Maître d'ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valable.

Le cocontractant aura la responsabilité d'obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des autorités compétentes, afin que toute la main-d'œuvre et tout le personnel devant être employés sur le Site puissent entrer et séjourner en situation régulière au Cameroun.

Le cocontractant devra fournir à ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres de son personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays où ils ont été respectivement recrutés pour l'exécution du Marché ; il devra également pourvoir, à ses propres frais, à leur séjour temporaire sur place, entre la date à laquelle ils cesseront d'être employés à l'exécution du Marché et la date programmée pour leur rapatriement.

14. 6. Matériel proposé dans l'offre

Le cocontractant utilisera le matériel approprié proposé dans l'offre pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l'art.

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué.

ARTICLE 15 : ROLES ET RESPONSABILITES DU COCONTRACTANT

15.1 Le cocontractant a pour mission d'exécuter la fourniture des biens sous le contrôle de l'ingénieur ou du Maître d'œuvre (à préciser le cas échéant) et de remplir ses obligations de façon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les Spécifications techniques ou les clauses techniques, sous le contrôle de l'Ingénieur et ce conformément au présent marché aux règles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées dans le domaine d'activité concerné par le marché. Il est tenu notamment d'effectuer (s'il y a lieu) les essais et analyses, de déterminer, de choisir, d'acheter, et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour l'exécution des prestations. Il est tenu d'engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

Le cocontractant est responsable vis-à-vis du Maître d'Ouvrage de la qualité des prestations, de la sécurité des fournitures, de leur transport jusqu'au site de livraison, de leur parfaite adaptation aux besoins de la commande concernée, de la bonne exécution des prestations et des prestations et interventions effectués par les sous-traitants agréés.

Il a l'obligation de remettre en état les ouvrages et matériels détériorés du fait de ses prestations et de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l'environnement. Il devra exécuter toutes les fournitures spécifiées dans le CST et se conformer aux textes et directives mentionnés dans le cadre du marché.

15.2 Le présent marché peut donner lieu à des sous-commandes suivant les modalités fixées par le Code et le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés des fournitures à condition d'obtenir une autorisation du Maître d'Ouvrage.

15.3 Nonobstant tout recours à une sous-commande, l'entreprise principale demeure responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché.

15.4 Les prestations objet de sous-commande doivent prioritairement être accordées aux Petites et Moyennes entreprises nationales dont cinquante-un (51%) au moins du capital est détenu par les nationaux, et en cas d'insuffisance ou de carence, aux PME et Grandes entreprises dont trente-trois pourcent (33%) au moins du capital est détenu par les nationaux.

15.5. Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

15.6 pour les entreprises étrangères et à défaut de résider, le Cocontractant aura à maintenir en République du Cameroun pendant la période d'exécution du contrat, un représentant permanent dûment mandaté ;

ARTICLE 16 : BREVET

Le fournisseur ou le cocontractant garantira le Maître d'Ouvrage *contre* toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque ou de droits de création industrielle résultant des prestations ou de l'emploi des fournitures ou de leurs composants.

ARTICLE 17 : TRANSPORT, ASSURANCES ET RESPONSABILITE CIVILE

17.1. Emballage pour le transport

Le cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les fournitures proposées soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Le cocontractant doit faire toute diligence pour réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu'au lieu de livraison.

17.2. Assurances

Le cocontractant devra, à ses propres frais, contracter et maintenir en vigueur dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché, les assurances pendant toute la durée d'exécution du Marché. L'identité des assureurs et la forme des polices seront soumises à l'approbation du Maître d'Ouvrage.

Les assurances ci-après devront être fournies, aux montants, franchises et sous les autres conditions stipulées dans les spécifications techniques : [à l'appréciation du Maître d'ouvrage eu égard à la nature et l'envergure des prestations du marché].

- a). **Assurance tous risques chantier ou des opérations d'assemblage** : couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur le site, survenant avant l'achèvement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la responsabilité du cocontractant au titre de la perte ou des dommages survenant pendant la période de garantie, aussi longtemps que le cocontractant restera sur le site pour exécuter ses obligations pendant la période de garantie.
- b). **Assurance de responsabilité civile vis-à-vis des tiers** : couvrant les risques de dommages corporels causés à des tiers ou les risques de décès de tiers (y compris le personnel du Maître d'Ouvrage) et les risques de perte ou de dommages causés à des biens, survenant en relation avec la fourniture et le montage des Installations, le cas échéant.
- c). **Autres assurances** [A adapter selon le cas] : Toutes autres assurances qui pourront être spécifiquement convenues entre les parties au marché sont présentées, telles qu'énumérées dans l'annexe mentionnée cidessus.

En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, à la réception définitive des prestations.

Si le cocontractant s'abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le Maître d'ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps à autres, de toute somme due au cocontractant en vertu du marché, toute prime que le maître d'ouvrage aura payée à l'assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée sera considéré comme si c'était une dette due par le cocontractant.

Le cocontractant devra veiller à ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur, dans toute la mesure nécessaire, des polices d'assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les prestations

exécutées par eux en vertu du marché, à moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices contractées par le cocontractant.

ARTICLE 18 : ESSAIS ET SERVICES CONNEXES

Le cocontractant est tenu d'avoir ses propres ateliers d'essais permettant d'exécuter tous les essais d'identification et de mise en fonctionnement des fournitures définis dans le CST. Lesdits essais dans ces ateliers sont assurés par le personnel et le matériel du cocontractant

Les essais et services connexes concernent [Préciser les dispositions particulières le cas échéant, notamment sur]:

- 1. L'opération de mise en œuvre ;*
- 2. La documentation technique à fournir ;*
- 3. La formation du personnel.*

ARTICLE 19 : SERVICE APRES-VENTE ET CONSOMMABLES

Le Cocontractant aura à maintenir en République du Cameroun pendant une période de ___ [à préciser] à compter de la date de réception définitive :

- 1. Un représentant permanent dument mandaté ;*
- 2. Des ateliers de réparation, le cas échéant ;*
- 3. Un personnel qualifié capable d'assurer toutes les réparations nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement et/ou accessoires qu'il a fournis ;*
- 4. Un stock suffisant de pièces de rechange ou de consommables.*

CHAPITRE III. DE LA RECEPTION DES PRESTATIONS

ARTICLE 20 : DOCUMENTS A FOURNIR AVANT LA RECEPTION TECHNIQUE

20.1. Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire transmettre au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué les documents suivants [Préciser dispositions particulières le cas échéant] :

1. Copie de la facture décrivant les fournitures indiquant leurs quantités, leur prix et le montant total ;
2. Notification de la livraison ou bordereau de livraison ;
3. Certificat de garantie du fabricant ou du fournisseur agréé ;
4. Certificat d'origine le cas échéant ;
5. Copie Cautionnement définitif.
6. Copie assurance le cas échéant ;

ARTICLE 21 : RECEPTION PROVISOIRE

21.1. Opérations préalables à la réception [Inapplicable].

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué,

21.2. Réception Provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaître au Chef de service du marché au plus tard [A préciser] jours avant l'expiration du délai contractuel, la date à laquelle il souhaite que soit réceptionné les fournitures.

La réception provisoire sera prononcée aussitôt après la livraison des fournitures objet du présent marché et les Opérations préalables à la réception.

La Commission après vérification des spécifications technique et mise en fonctionnement des équipements examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des prestations s'il y a lieu.

Pour les marchés comportant plusieurs tranches, le Maître d'Ouvrage procédera à la réception provisoire des fournitures de la tranche considérée. Cette réception conditionnera le début de la tranche conditionnelle suivante.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante, par tous les participants d'un procès-verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves à lever, assorties de délais, avant de prononcer ladite réception.

Au cas où la réception n'est pas prononcée, le procès-verbal de réception précise les réserves à lever assorties des délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas où la réception n'est pas prononcée le procès-verbal de réception précise les réserves à lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.

Pour être valable, le procès-verbal de réception doit être signé par les deux tiers 2/3 au moins des membres de la commission dont le Président.

21.3. La Commission de réception sera composée ainsi qu'il suit à titre indicatif :

La Commission de réception sera composée des membres suivants :

- **Président** : Le Maître d'Ouvrage ou son représentant ;
- **Rapporteur** : l'Ingénieur du marché ;
 - **Membres** :
 - Le Chef de Service du marché ou son représentant ;
 - L'Ingénieur du marché
 - Le comptable matière du Maître d'Ouvrage
- **Observateur** : Le représentant du MINMAP ;
- **Invité** : Le Cocontractant ;

Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de réception. Le cocontractant ou le prestataire est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d'y assister (ou de s'y faire représenter) par un de ses collaborateurs. Son absence équivaut à l'acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

21.4. Réceptions partielles : Non applicable

Le cocontractant pourra selon que la nature des prestations ou la force majeure l'exige, demander des réceptions partielles. Dans ce cas, la commission chargée des réceptions partielles sera la même que celle devant effectuer la

réception provisoire. Un procès-verbal de réception partielle sera rédigé et signé par toutes les parties *[Indiquer s'il est prévu des réceptions partielles]*

21.5. Début de la période de garantie

La période de garantie commence à la date de la réception provisoire

21.6. Prise de possession des fournitures

Toute prise de possession des fournitures doit être précédée d'une réception partielle ou provisoire. Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous-réserve de l'établissement d'un état des lieux contradictoire.

21.7 : Rejet

Lorsque la Commission juge que les prestations appellent les réserves telles qu'il ne lui apparaît possible d'en prononcer ni la réception partielle ni la réception avec réfaction, le Chef de service du marché notifie une décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du Chef de service du marché. Si le Cocontractant formule des observations, celui-ci dispose ensuite de quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision, après avis de la Commission de réception, le cas échéant ; à défaut d'une telle notification, le Chef de service du marché est réputé avoir accepté les observations du Cocontractant.

En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déjà perçus

ARTICLE 22 : DOCUMENTS A FOURNIR APRES RECEPTION PROVISOIRE : non applicable

Le Cocontractant remettra au Maître d'œuvre le cas échéant ou à l'ingénieur du marché dans les trente jours suivant la date de réception provisoire de l'ensemble des prestations les documents ci-après :

- *[Indiquer si la liste des documents à fournir dans un délai de 30 jours après la réception provisoire]*
- *[Indiquer le montant à retenir sur la caution en termes de pénalité pour non-fourniture desdits documents].*

ARTICLE 23 : GARANTIE CONTRACTUELLE

23.1. Délai de garantie

La durée de garantie est de 12 mois¹ à compter de la date de réception provisoire. Le Cocontractant garantit que les équipements livrés en exécution du marché sont neufs.

23.2. Obligations pendant la période de garantie

Pendant la période de garantie, le Cocontractant doit maintenir à ses frais le matériel en état de fonctionnement, c'est-à-dire assurer dans les dix (10) jours de la notification de la panne par l'Administration et sur le lieu d'emploi, la remise en état du matériel pour toutes les pannes consécutives à des vices de construction ou à des défauts de

¹ cf. loi relative à l'activité commerciale)

fabrication qui apparaissent dans l'équipement. *[Préciser les obligations du cocontractant pendant la période de garantie] et signalées par le Chef de service du marché ou le Maître d'œuvre le cas échéant.*

Si après réception provisoire, le cocontractant ne s'est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours (préoccupation) aux prescriptions d'un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre fournisseur et d'en recouvrer le montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues, garantie ou à devoir à ce dernier dans le cadre du marché.

ARTICLE 24 : RECEPTION DEFINITIVE

24.1. La réception définitive s'effectuera dans un délai maximal **de [de quinze (15) jours]** à compter de l'expiration du délai de garantie.

24.2. La composition de la commission ainsi que la procédure de réception définitive sont les mêmes que celles de la réception provisoire.

24.4- Le marché est clôturé définitivement dans les conditions fixées à l'article 32 alinéa 3 du présent CCAP *concernant le Décompte général et définitif*

CHAPITRE IV. CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE 25 : MONTANT DU MARCHÉ

Le montant du présent marché, tel qu'il ressort du détail estimatif est le prix fixé dans la lettre de soumission tel qu'il ressort du *[Détail ou devis estimatif]* ci-joint. Ce montant est de *(en chiffres) (en lettres) francs CFA* toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : _____ (____) francs CFA ;

- Montant de la TVA : _____ (____) francs CFA

- Montant de l'AIR : ____ (____) francs CFA

- Montant de la TSR, le cas échéant : ----- (____) francs CFA n'est applicable que pour les marchés passés avec les titulaires dont le siège est basé à l'étranger ;

- Net à percevoir = Montant net déduit de tous les impôts et taxes : ____ (____) francs CFA.

ARTICLE 26 : GARANTIES OU CAUTIONS

Le cocontractant devra fournir les garanties décrites ci-après émanant d'organismes financiers agréés par le Ministre chargé des finances en faveur du Maître d'Ouvrage *dans* les délais, pour le montant, selon la manière et sous la forme indiquée ci-après :

26.1. Cautionnement définitif

- a) Le cautionnement définitif sera constitué et transmis au chef du service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours calendaires à compter de la date de notification du marché et en tout cas avant le premier paiement.

- b) Son montant est fixé à [entre 2 et 5% max à l'appréciation du Maître d'ouvrage] du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.
- c) La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une monnaie librement convertible satisfaisant le Maître d'ouvrage, et devra suivre l'un des modèles fournis dans le Dossier d'appel d'offres, comme indiqué par le Maître d'ouvrage dans le CCAP, ou tout autre document satisfaisant le Maître d'ouvrage.
- d) Les modes de substitution du cautionnement prévus conformément à l'article 140 du code des marchés publics
 - b) Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maître d'Ouvrage dans un délai d'un mois suivant la date de réception provisoire des prestations, à la suite d'une mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage après demande du cocontractant.
 - c) Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

26.2. Cautionnement de bonne exécution en remplacement de la retenue de garantie

[Lorsque le marché est assorti d'une période de garantie ou d'entretien, la retenue de garantie est fixée à [10%max] du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants]

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée dans un délai de 30 jours calendaires après la réception définitive des prestations sur main levée délivrée par le Maître d'Ouvrage après expiration du délai de garantie.

A l'expiration d'un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d'avoir effet ; l'organisme compétent est tenu de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution sur simple demande du cocontractant de l'administration ; sauf si le Maître d'Ouvrage a dûment signifié à la caution du cocontractant qu'il n'a pas honoré toutes ses obligations.

Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de la caution que par main levée délivrée par le Maître d'Ouvrage.

26.3. Cautionnement d'avance de démarrage ou d'avance pour approvisionnement

[Préciser le cas échéant les taux (40% maximum du prix initial TTC du marché, et cautionner à 100% par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément à la réglementation en vigueur)] et les modalités de restitution de la caution].

Les modalités de restitution de la caution sont prévues à l'article 159 du Code des Marchés Publics.

ARTICLE 27 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT

Tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un établissement de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances, conformément au texte en vigueur ou par crédit documentaire.

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la manière suivante : *[La domiciliation bancaire devra être la même que celle du cautionnement définitif]*

- a) Pour les règlements en francs CFA, soit (*montant net à mandater en chiffres et en lettres*), par crédit au compte N° _____ ouvert au nom du co-contractant à la banque _____

b) Pour les règlements en devises, (le cas échéant) soit (montant net à mandater en chiffres et en lettres), par crédit au compte N° _____ ouvert au nom du co-contractant à la banque _____

ARTICLE 28 : VARIATION DES PRIX

28.1. Les prix sont fermes et non-révisables.

Les acomptes payés au cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.

28.2. Modalités d'actualisation des prix (le cas échéant)

Les modalités d'actualisation des prix sont celles prévues dans le code des marchés publics.

[La révision de prix ou leur actualisation en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu à la conclusion d'un avenant].

ARTICLE 31 : AVANCES

31.1. Le Maître d'Ouvrage [accordera ou n'accordera pas] une avance de démarrage [égale à % du montant du marché] *[la valeur ne peut excéder quarante (40%) du prix initial TTC du marché] cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur,*

31.2 L'avance de démarrage peut être obtenue par le co-contractant de l'administration sur simple demande adressée au Maître d'ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué sans justificatif.

31.3 Le remboursement de l'avance de démarrage est effectué par déduction d'un pourcentage : *[A préciser]* sur les sommes dues au titulaire pendant l'exécution du marché et suivant des modalités définies dans ledit marché. Cette avance commence à être remboursée au titre du marché sur chaque décompte ou facture, dès lors que le cumul des fournitures atteint ou dépasse quarante pour cent (40%) du montant du marché ou de la tranche concernée et s'achève au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

. Le versement de l'avance de démarrage intervient postérieurement à la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du code des marchés publics. Si le marché ne donne pas lieu à versement d'acomptes et fait l'objet d'un seul règlement, l'avance de démarrage est déduite en une seule fois du règlement unique.

Si le marché ne donne pas lieu à versement d'acomptes et fait l'objet d'un seul règlement, l'avance de démarrage est déduite en une seule fois du règlement unique.

31.4 Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d'Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant de l'administration.

31.5 Le cocontractant de l'administration utilisera exclusivement l'avance de démarrage pour les acquisitions de Matériels, d'équipements, de matériaux et les dépenses de mobilisation spécialement nécessaires pour les besoins de l'exécution du Marché spécifiés dans sa demande.

ARTICLE 32- REGLEMENT DES MARCHES DE FOURNITURES

32.1. Décomptes provisoires

Quand la livraison peut être effectuée, chaque livraison partielle sauf stipulation contraire du marché ou chaque livraison provisoire ouvre droit, à un paiement égal à la valeur du (à préciser du lot ou du marché) diminuée s'il y a lieu à la retenue de garantie et de remboursement de l'avance consentie. *Les décomptes provisoires ou factures doivent être établis en sept exemplaires à une fréquence de : [A préciser soit unique soit partielle comprise entre un (01) et trois (3) mois] en fonction des modalités de réception partielle.*

Seul le décompte hors TVA sera réglé au cocontractant. Le décompte du montant des taxes fera l'objet d'une écriture d'ordre entre les budgets du [A préciser] et du ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l'acompte à payer au cocontractant de l'administration sera mandaté comme suit :

- *HTVA - AIR ou TSR] versé directement au compte du cocontractant de l'administration ;*
- *TVA au taux en vigueur ;*
- *[AIR ou TSR] versé au Trésor public au titre de l'AIR ou de la TSR dû par le cocontractant ; (Ces différents taux sont susceptibles de variation en fonction de la réglementation en vigueur).*

La clause du paiement doit prévoir le dépôt des factures correspondant à chaque livraison, établie tel que prévu par les Devis Quantitatifs et Estimatifs et les spécifications techniques.

Le Maître d'œuvre l'échéant ou l'ingénieur dispose d'un délai de : [A préciser (un délai de zéro (0) à sept (7) jours)] pour transmettre au Chef de service du marché, le projet de décompte ou facture qu'il a approuvé.

Le chef de service quant à lui dispose d'un délai de : [A préciser, (de zéro (0) à vingt-un (21) jours)] pour procéder à la liquidation et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie à l'organisme chargé du contrôle externe.

Les copies des décomptes provisoires doivent être transmises au Ministère en charge des marchés publics et à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le règlement des acomptes est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception des décomptes ou factures transmis par le chef de service du marché.

32.2. Décompte final

Après achèvement des prestations et dans un délai maximum de [A préciser] jours après la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des prestations effectivement réalisées qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par le Maître d'œuvre ou l'ingénieur et accepté par le *Chef de service du marché* devient final. Il sert à l'établissement de l'acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l'établissement des décomptes mensuels.

[Indiquer le délai dont dispose le Chef de service pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d'Œuvre ou à l'ingénieur, (1 mois maximum)]

Le cocontractant de l'administration doit dans un délai maximal d'un mois suivant la date de cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer.

Dans le cas où le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maître d'œuvre ou l'Ingénieur dans le même délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le règlement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics et du CCAG en vigueur.

32.3. Décompte général et définitif

Le Chef de service dispose d'un délai de deux (02) semaines pour établir le décompte général et définitif au cocontractant de l'administration après la réception définitive

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des fournitures, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu'il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maître d'Ouvrage.

Ce décompte comprend :

- Le décompte final,
- Le solde,
- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché et libère le cocontractant et le maître d'ouvrage de toutes leurs obligations, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

Le cocontractant dispose d'un délai de 07 jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature *La transmission du décompte général et définitif ou de la dernière facture à l'Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de l'attachement correspondant et tous les décomptes provisoires devront lui être antérieurement transmis ou remis à son représentant sur le site le cas échéant*

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mêmes que ceux du décompte final.

32.4. Règlement en cas de groupement d'entreprises et de sous-traitance

- En cas de groupement solidaire d'entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans la soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire [à préciser le cas échéant].
- En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comptes des cotraitants de la manière suivante : [à préciser le cas échéant].
- Tout paiement d'acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné à l'exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur paiement par le co-contractant de l'Administration aux sous-traitants.

L'Entreprise principale dispose d'un délai maximal de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement du sous-traitant.

En cas de non-paiement d'un sous-traitant pour des prestations déjà rémunérées par le Maître d'Ouvrage, ce dernier peut prendre à l'encontre du titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous-traitant.

ARTICLE 33- INTERETS MORATOIRES

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues et calculés conformément aux dispositions des articles 166 et 167 du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics par application de la formule :

$L = M \times (n/360) \times (i)$ dans laquelle :

M = Montant TTC des sommes dues au titulaire ; N = Nombre de jours calendaires de retard ; i = Taux débiteurs des entreprises à la BEAC majoré d'un (01) point ou taux d'escompte pratiqué par la Banque d'émission de la monnaie considérée majoré au plus d'un (01) point, selon le cas.

ARTICLE 34 : PENALITES

A. Pénalités de retard

34.1. En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est appliqué une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

- a. *Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;*
- b. *Un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.*

34.2. Pour les marchés à tranches conditionnelles, les délais et montant à prendre en compte sont ceux de la tranche considérée.

B Pénalités particulières

34.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, entre autres :

- ✦ Remise tardive du cautionnement définitif [Montant ou modalités à préciser] ;
- ✦ Remise tardive des assurances [Montant ou modalités à préciser] ;
- ✦ Autres à préciser par le Maître d'ouvrage.

34.4 En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités (retard et particulière) ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base *et de ses avenants éventuels* sous peine de résiliation.

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu'après avis de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics requis par le Maître d'Ouvrage.

ARTICLE 35 : REGLEMENT EN CAS DE GROUPEMENT D'ENTREPRISES ET DE SOUS-TRAITANCE : non applicable

35.1. En cas de groupement solidaire d'entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans la soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire [à préciser le cas échéant].

En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comptes des cotraitants de la manière suivante : [à préciser le cas échéant].

35.2. Tout paiement d'acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné à l'exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur paiement par le cocontractant de l'Administration aux sous-traitants.

L'Entreprise principale dispose d'un délai maximal de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement du sous-traitant.

En cas de non-paiement d'un sous-traitant pour des prestations déjà rémunérées par le Maître d'Ouvrage, ce dernier peut prendre à l'encontre du titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous-traitant.

ARTICLE 36- REGIME FISCAL ET DOUANIER

Le marché est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur dans la république du Cameroun. Le marché est conclu tout taxes comprises, conformément à la loi N° 2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'Exercice 2026 ; et au Code Général des Impôts qui définissent les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics.

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéficiaires industriels et commerciaux, y compris l'AIR qui constitue un précompte sur l'impôt des sociétés ;
- Des droits d'enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;
- Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :
 - Des droits et taxes d'entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);
 - Des droits et taxes communaux,
 - Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d'eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses coûts d'intervention et constituer l'un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s'entend TVA incluse.

Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous droits, taxes, impôts et charges lui incombant ainsi qu'à ses sous-traitants.

ARTICLE 37- TIMBRES ET ENREGISTREMENT DES MARCHES

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur au Cameroun.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 38- RESILIATION DU MARCHÉ

38.1 Le marché est résilié de plein droit dans l'un des cas suivants :

- a. Décès du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d'Ouvrage peut, s'il y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des prestations ;
- b. Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d'Ouvrage peut accepter s'il y a lieu, des propositions qui peuvent être présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;
- c. Liquidation judiciaire, si le co-contractant de l'Administration n'est pas autorisé par le tribunal à continuer l'exploitation de son entreprise ;
- d. En cas de sous-traitance, de cotraitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du Maître d'Ouvrage ;
- e. Défaillance du cocontractant de l'Administration dûment notifiée à ce dernier par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué par ordre de service valant mise en demeure et la carence constatée ;
- f. Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail ;
- g. Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales, suite à la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marché ;
- h. Manœuvres frauduleuses et corruption dûment constatées.

38.2 Le marché peut également être résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans l'un des cas suivants :

- a. Retard dans les prestations entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des prestations ;
- b. Refus de la reprise des prestations non conformes ;
- c. Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maître d'Ouvrage,
- d. Non-paiement persistant des prestations
- e. Motif d'intérêt général

38.3 Le marché peut également être résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans l'un des cas suivants :

- a. En cas de force majeure et après avis de l'Autorité chargée des marchés publics en l'absence de toute responsabilité du cocontractant de l'administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut prétendre ;
- b. Non-paiement persistant des prestations
- c. Motif d'intérêt général

ARTICLE 39- CAS DE FORCE MAJEURE

Le titulaire du marché ne sera pas tenu responsable des retards imputables à un cas de force majeure. Dans un tel cas, le titulaire du marché avertira le Maître d'ouvrage par écrit, dans les [préciser nombre de jours] suivant l'apparition du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois qu'un cas de force majeure provoquera un retard, le titulaire du marché aura droit, si le Maître d'ouvrage le juge réel, à une prorogation des délais. Aux fins du présent marché, la « force majeure » désigne *[Préciser les dispositions du CCAG et certaines situations particulières le cas échéant]*

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au Maître d'Ouvrage d'apprécier le caractère de force majeure et les justificatifs fournis.

ARTICLE 40- DIFFERENDS ET LITIGES

Les différends ou litiges nés de l'exécution du présent marché peuvent faire l'objet d'un règlement à l'amiable. Lorsqu'aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction Camerounaise compétente, sous réserve des dispositions suivantes : *[A remplir, le cas échéant]*

ARTICLE 41- EDITION ET DIFFUSION DU PRESENT MARCHE

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maître d'Ouvrage.

Vingt (20) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du prestataire et transmis au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué.

ARTICLE 42 ET DERNIER : VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE

Le présent marché ne deviendra définitif qu'après sa signature par le Maître d'Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DIRECTION GENERALE

**DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERS**

**STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS**

B.P 5408 Yaoundé

Tél : (237) 222.21.31.81

Fax : (237) 222.21.20.15

hopitalgeneraldeyaounde@gmail.com



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

GENERAL HOSPITAL OF YAOUNDE

GENERAL DIRECTORATE

**DIRECTORATE OF ADMINISTRATIVE AND
FINANCIAL AFFAIRS**

**INTERNAL STRUCTURE FOR THE
ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLIC
PROCUREMENT**

P.O BOX: 5408 Yaoundé

hopitalgeneraldeyaounde@gmail.com

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/HGY/CIPM/26 DU 1^{ER}
AVRIL 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET
L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX AU BLOC OPERATOIRE DE
L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE**

FINANCEMENT : Fonds propres-Exercice 2026-Ligne 24 44 04

**PIECE N°5 : CAHIER DES
SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

CAHIER DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

I- DESCRIPTION DES BESOINS

II.1. Liste des fournitures

ART. N°	DESIGNATION	QTE
1	COLONNE DE COELIOSCOPIE	01
2	BOITE D'INSTRUMENTS POUR DIAGNOSTIC TELESCOPIQUE ET CHIRURGIE ARTHROSCOPIQUE	01
3	BOITE D'INSTRUMENTS POUR LAPARASCOPIE	01
4	BOITE D'INSTRUMENTS POUR HYSTERESTOMIE D'APRES BETTOCCHI	01
5	BOITE D'INSTRUMENTS POUR RESECTOSCOPIE	01
6	BOITE D'INSTRUMENTS POUR CYSTOSCOPIE	01
7	BOITE D'INSTRUMENTS POUR URETHROSTOMIE	01
8	BOITE D'INSTRUMENTS POUR RESECTOSCOPIE BIPOLAIRE	01
9	BOITE D'INSTRUMENTS POUR CHIRURGIE GENERALE	01
10	BOITE D'INSTRUMENTS POUR NEUROCHIRURGIE	01

II.2. Specifications techniques

Les fournitures et services devront répondre aux exigences suivantes :

COLONNE DE COELIOSCOPIE

QTE : 01

Domaines d'applications :

- Chirurgie arthroscopique,
- Chirurgie urologique,
- Chirurgie viscérale,
- Chirurgie neurologique.

Composition :

- 01 unité de contrôle,
- 01 tête de caméra HD à 3 puces,

- 01 source de lumière,
- 01 bistouri électrique,
- 01 système de moteurs universel (shaver)
- 01 Pompe d'irrigation et d'aspiration pour chirurgie arthroscopique,
- 01 Pompe d'aspiration et d'irrigation pour gynécologie et urologie
- 01 moniteur médical,
- 01 chariot

UNITE DE CONTROLE

QTE. : 01

Caractéristiques techniques :

- Composition :
 - 01 unité de contrôle,
 - 01 télécommande manuelle USB,
 - 01 mémoire flash USB 8 Go,
 - 01 terminateur BUS CAN,
 - 01 câble verrouillable HDMI / DVI-D 3,0 m minimum,
- Type d'éléments de commande : Écran tactile,
- Résolution max. du signal vidéo : 1920 x 1200 pixels minimum,
- Balance des blancs, plage de température des couleurs : 2300 K - 7000 K,
- Niveau sonore : 34 dB - 48 dB max
- Zoom numérique : 1,5x maximum,
- Profils réglables individuellement : 5 pièces minimum,
- Réglage de la luminosité : Obturateur automatique + gain automatique,
- Format des images / vidéos enregistrés: JPEG, TIFF (max. 1920 x 1080) / MPEG4 (max. 1920 x 1080)
- Conditions de fonctionnement : +10 °C à +40 °C, 30 % à 75 % humidité rel., pression atmosphérique 700 hPa à 1060 hPa,
- Mode de fonctionnement : Service continu,
- Méthode de refroidissement : Ventilateurs régulés
- Interfaces Sorties vidéo : 2x 3G-SDI, 2x HDMI, 1x YC, 1x CV,
- Entrée PIP : 1x 3G-HD-SDI,
- Sortie distante : Jack 2 x 3,5 mm, stéréo,
- Port USB (face avant de l'appareil p. supports de stockage externes) : USB 2.0 (formatage FAT32/NTFS)
- Résolution (sortie HDMI) : Réglable dans menu utilisateur 1280 x 1024/60P (5:4) 1920 x 1080/60P (16:9) 1920 x 1200/60P (16:10)
- Résolution sorties SD vidéo (composite) et S-vidéo S (Y/C) : Réglable dans menu utilisateur PAL 720 x 576/50/1 (4:3) NTSC 720 x 486/59.94/1 (4:3),
- Résolution Picture-In-Picture (3G-SDI): 1280 x 720/50P (16:9) 1280 x 720/60P (16:9).

TETE DE CAMERA HD A 3 PUCES

QTE : 01

Caractéristiques techniques :

Traitement d'image numérique et transmission de signal numérique

Deux touches de tête de caméra programmables avec 4 fonctions utilisables

Départ de câble coudé à 30°

Autoclavable,

Traitables en machine

Convient pour procédé à basse température

Capteur : 3x 1/3" CCD

Commande : 0 2 touches de tête programmables avec 4 fonctions,

Conditions de fonctionnement : +10 °C à +30 °C, 20 % à 75 % humidité rel., pression atmosphérique 700 hPa à 1060 hPa

Filetage d'objectif : C-Mount universel

Remplacement du câble et fermeture d'oculaire clipsable possible sur place

Poids de la tête de caméra (sans câble) : 170 g maximum

Longueur de la tête de caméra (sans câble) : 105 mm minimum,

Longueur de câble: 3 m - 5 m

Départ de câble: 30°

Livré avec :

- 01 (01) objectif RIWO :
 - C-Mount, f = 14mm,
 - C-Mount, f = 24 mm
- 01 (un) objectif zoom RIWO: C-Mount, f =13 – 29 mm,
- 01 (un) panier-tamis pour tête de caméra,
- 01 (un) bac en plastique pour stérilisation et stockage pour tête de caméra.
-

SOURCE DE LUMIERE LED

QTE. : 01

Caractéristiques techniques :

- Type de lampes à utiliser: LED haute puissance
- Vie utile de la lampe: 30 000 h minimum,
- Luminosité en lumen : 1900 lm minimum
- Puissance lumineuse vs xénon en watts 300 W minimum
- Température de couleur: 6500 K minimum,
- Réglage de luminosité : 0 - 100 %
- Niveau sonore: 25 dB(A)
- Mode de fonctionnement : Service continu,
- Conditions de fonctionnement : +10 °C à +40 °C, humidité rel. de 30 % à 75 %, pression atmosphérique de 700 hPa à 1060 hPa
- Câbles de lumière compatibles Wolf, Storz, Olympus, ACMI
- Méthode de refroidissement : Caloduc passif, ventilateur

Livré avec :

- 02 (deux) câbles lumière à fibres complet composé de standard:
 - 01 (un) câble lumière à fibre et 01 adaptateur côté source de lumière
 - 01 (un) adaptateur côté endoscope,

CHARIOT UNIVERSEL MOBILE TROIS ETAGES

QTE. : 01

Caractéristiques techniques :

- Goulotte de câbles intégrée,
- 03 plaques d'appui : largeur 370 mm minimum, dont 2 réglables en continu,
- 04 roues pivotantes doubles, dont 2 avec blocage double,
- Profils latéraux en aluminium avec points de montage pour installation de bras pivotant et d'une vaste gamme d'accessoires
- Dimensions (l x h x p) : 720 x 1518 x 700 mm
- Composants électriques composé de :
 - 01 boîtier de base avec transformateur de séparation,
 - 01 contrôleur d'isolation barre multiprise avec module d'interrupteur principal,
 - Affichage du contrôle d'isolation et 12 connecteurs,
 - 06 câbles de raccordement des appareils,
 - 01 câble d'alimentation de 5,5 m,
 - 01 transformateur de séparation 220-230 V, 2000 VA,
- 01 bras pivotant latéral,

MONITEUR MEDICAL LCD

QTE. : 01

Caractéristiques techniques :

- Diagonale d'image : 27"
- Résolution / rapport largeur/hauteur : 3840 x 2160 / 16:9 minimum
- Rétro éclairage : LED
- Technologie de panneau : Matrice active TFT
- Couleurs d'écran : 1.073.741.824
- Contraste : 1.000.000 : 1 minimum,
- Luminance : 2.250 cd/m² maximum,
- Champ de vision : 178° H / 178° V minimum,
- Entrée / sortie vidéo (SD) :
 - Entrée : 1x HDMI 2.0b, 1x DVI-D, 1x 3G/HD/SD-SDI, 2x port d'écran,
 - Sortie : 1x DVI-D, 1x 3G/HD/SD-SDI, 1x port d'écran

Livré avec :

- Bras pivotant Fixation latérale dans un profil en aluminium
- Adaptateur secteur pour bloc d'alimentation externe
- Housse de protection pour moniteur 27"

BISTOURI ELECTRIQUE

QTE.: 01

Caractéristiques techniques :

- Courants : monopolaires/bipolaires
- **Puissance de sortie : 400 W maximum**
- **Puissance de coupe monopolaire : 400 W maximum;**

- Puissance de coagulation monopolaire 200 W minimum ;
- Puissance de coupe bipolaire : 200 W minimum ;
- Puissance coagulation bipolaire :100 W minimum ;
- Affichage puissances : Ecran numérique à 3 chiffres minimum ;
- Sorties :
 - 01 monopolaire minimum,
 - 0/1 bipolaire minimum ;
- Sécurité :
 - Contrôle sécurité plaque ;
 - Contrôle de puissance automatique ;
 - Limitation automatique de tension ;
 - Sécurité d'excès de puissance ;
 - Limitation de courants de fuite HF ;
 - Protection décharge ;
- Protection en court-circuit ;
- Commande à distance via la manche porte électrode ou la pédale

Livré avec :

- 04 (deux) électrodes neutres réutilisables en silicone à une zone
- 01 (une) pédale double antidéflagrante
- 02 (deux) manches porte-électrodes réutilisables avec deux interrupteurs
- 02 (deux) manches porte-électrodes réutilisables avec un interrupteur
- 02 (deux) câbles de raccordement monopolaire standard de quatre mètres de longueur, réutilisable, nettoyable et stérilisable en autoclave,
- 02 (deux) câbles de raccordement bipolaire réutilisable pour pincettes bipolaires standard de quatre mètres de longueur ;
- 02 (deux) pinces monopolaires coudées mors lisses réutilisables, longueur: 20 cm ;
- 02 (deux) pinces monopolaires baïonnettes mors lisses réutilisables, longueur: 20cm
- 02 (deux) pinces monopolaires droit mors lisses réutilisables, longueur: 20 cm ;
- 02 (deux) pinces bipolaires droites mors lisses réutilisables, longueur:18 cm ;
- 02 (deux) pinces bipolaires coudées mors lisses réutilisables, longueur:18 cm ;
- 02 (deux) pinces bipolaires baïonnette mors lisses réutilisables, longueur: 20 cm ;
- 02 (deux) kits d'électrodes monopolaires usage unique pour coupe et coagulation, emmanchement de 2.4 mm de diamètre composés de : Electrode boule, électrode anse à fil en tungstène, électrode aiguille, électrode aiguille en tungstène, électrode couteau, électrode spatule formable, électrode spatule, électrode de coagulation

SYSTEME DE MOTEURS UNIVERSEL(SHAVER)

QTE. : 01

Caractéristiques techniques :

- Système de moteurs universel pour l'orthopédie et la chirurgie rachidienne,
- Dédié pour le raccordement de poignées-moteurs pour les applications de shaver et haute vitesse
- Mode commande : Interrupteur à distance à 02 pédales+02 touches
- Compatibilité électromagnétique CEM conformément : CEI / EN 60601-1-2
- Protection contre l'électrocution : Partie appliquée du type BF
- Degré de protection contre la pénétration de liquide : P 20 (non protégé)
- Mode de fonctionnement : Service continu
- Moteur poignée :
 - Vitesse : 16000trs/min maximum,
 - Câble de connexion amovible de longueur: 3,0 m minimum,
 - Commande avec champ de touches et interrupteur à pédale,
 - Diamètre d'instruments pour Shaver : 2–6,5 mm

Livré avec :

- Bac de stérilisation : (lxhxp) 400x60x200mm minimum
- Poignées-moteurs pour l'entraînement d'instruments rotatifs dotés d'une touche de fonction Power Stick, grande interface à usage multiple
- Résecteur lisse Ø 3,5mm
- Résecteur lisse Ø 3,5mm
- Résecteur lisse Ø 5,5mm
- Couteaux rotatifs et fraises rotatives à usage multiple pour poignées-moteurs Power Stick , grande interface
- Résecteur convexe courbe lisse Ø 3,5mm
- Résecteur convexe courbe lisse Ø 4,5mm
- Résecteur concave courbe lisse Ø 3,5mm
- Résecteur concave courbe lisse Ø 4,5mm
- Couteaux rotatifs et fraises rotatives à usage multiple pour Micro Stick S1 petite interface
- Résecteur denté Ø 2mm
- Résecteur denté Ø 3,5mm
- Résecteur denté Ø 4,5mm 4,5 mm 89971.0034
- Résecteur denté, Ø 2,5mm 80 mm 2,5 mm 899710132
- Résecteur agrès Ø 2,7mm rouge 80 mm 2,7 mm 899710332

POMPE D'IRRIGATION ET D'ASPIRATION POUR CHIRURGIE ARTHROSCOPIQUE

QTE :01

Caractéristiques techniques :

- Domaines d'application :
 - Endoscopie arthroscopique,
 - Chirurgie endoscopique de la colonne vertébrale,
- Plage de pression (pré réglable sans paliers): 15–200 mmHg,
- Puissance de pompage (pré réglable par pas de 50 ml) : 0–2 l / min

Livré avec :

- Interrupteur à pédale
- Irrigation :
 - 10 (dix) Set de tuyaux d'irrigation réutilisable avec mandrin de perforation avec raccord Luer-Lock, autoclavable,
 - 10 (dix) membranes de recharge incluses réutilisables pour 20 cycles de traitement
- Aspiration :
 - 10 (dix) lot des tubulures réutilisable pour vide, avec filtre avec filtre hygiénique intégré, durée d'utilisation 30 jours (connecté à la pompe d'irrigation).

Caractéristiques techniques :

- Domaines d'applications :
 - Hystérocopie,
 - Laparoscopie,
 - Urologie
- Interrupteur à pédale,
- Plage de débit de consigne :
 - Hystérocopie : 800 ml/min maximum non réglable,
 - Endo-urologie : 10 - 800 ml/min maximum,
 - Laparoscopie : 0,1 - 1,8 l/min.
- Débit d'aspiration : 2 l/min maximum,
- Plage de pression de consigne de sortie :
 - Hystérocopie : 15 - 200 mmHg,
 - Endo-urologie : 15 - 90 mmHg / 20 - 120 cmH2O,
 - Laparoscopie : 300 mmHg réglage fixe,
- Pression : 0 - 300 mmHg,
- Manque-9 990 à +9 990 ml/0 à 99,9 l,
- Gestion de fluides pour l'équilibrage des fluides
- Colonne mobile avec capteurs de pesage intégrés et support pouvant accueillir jusqu'à 4 poches de fluides d'irrigation

Livré avec :

- Irrigation :
 - 04 (quatre) sets de tuyaux réutilisable avec mandrin de perforation, raccord LUER-Lock, autoclavable, 10 membranes de rechange, à usage multiple pour 20 cycles de traitement,
- Aspiration :
 - 04 (quatre) sets de tuyaux pour vide avec filtre avec filtre hygiénique intégré, conditionnement 10 pièces, Durée d'utilisation 30 jours connecté à la pompe d'irrigation,
 - 04 (quatre) tuyau d'irrigation Longueur 1,2 m minimum, avec Luer Lock, pour poignée d'aspiration et d'irrigation et set de tuyaux,
 - 04 (quatre) tuyau d'aspiration Longueur : 3 m minimum pour poignée d'aspiration et d'irrigation,
 - 08 (huit) collecteur de sécrétions à usage multiple avec couvercle : 2 litres minimum

BOITES D'INDTRUMENTS CHIRURGICAUX

DESIGNATION	QTE
BOIE D'INSTRUMENTS POUR DIAGNOSTIC TELESCOPIQUE ET CHIRURGIE ARTHROSCOPIQUE Les instruments seront livrés dans une boîte de conservation en acier inoxydable	
Panier de nettoyage, stérilisation et stockage, pour un endoscope rigide, avec supports pour adaptateur au raccord de câble de lumière, porte-optique en silicone et couvercle, dimensions extérieures (l x p x h): 430 x 65 x 52 mm, à utiliser pour les endoscopes rigides de diamètre 10 mm max. et longueur utile 34 cm	02
Câble de lumière à fibre optique, raccord droit, diamètre : 3,5 mm, longueur: 230 cm	01

Panier de nettoyage, stérilisation et stockage, pour urétéro-rénoscopes pédiatriques, néphroscopes pour MIP M et XS/S et hystérocopes compacts miniatures d'une longueur utile maximale de 27 cm, avec adaptateur de nettoyage et de désinfection, avec couvercle, panier pour pièces détachées et porte-optique en silicone, dimensions extérieures : (l x p x h): 460 x 150 x 80 mm, pour instruments de 27 cm maximum.	01
Câble HF bipolaire, longueur : 300 cm,	03
Ballon Cathéter, diamètre : 1.0 mm, longueur : 40cm, volume : 0.20 ml, stérile, usage unique, Conditionnement : paquet de 10 pièces.	01
Bac en matière plastique avec couvercle transparent et tapis en silicone pour stérilisation et stockage de sets d'instruments, pour stockage sur deux niveaux (1 plateau de stockage intermédiaire), dimensions extérieures (l x p x h): 545 x 260 x 115 mm Composition : <ul style="list-style-type: none"> • Tige de fixation, un paquet de 12 pièces, • Barrette de maintien en silicone, paquet de 12 pièces. 	01
Optique HOPKINS® grand champ à vision for oblique de 30°, grand angle, diamètre : 4 mm, longueur : 18 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur: rouge	01
Chemise d'arthroscopie High-Flow, avec verrouillage d'optique Snap-in, diamètre 6 mm, longueur utile 13,5 cm, extrémité distale conique, avec orifices d'irrigation, deux robinets, rotative, à utiliser avec Optiques HOPKINS® de 30°, 70° et mandrins, code couleur: rouge	01
Mandrin, mousse, code couleur: vert-rouge-jaune, à utiliser avec les chemises d'arthroscopie	01
Panier de nettoyage, stérilisation et stockage, pour un endoscope rigide de diamètre 5 mm et de longueur : 20 cm, avec supports pour adaptateur au raccord de lumière, porte-optique en silicone et couvercle, dimensions extérieures (l x p x h): 290 x 60 x 52 mm	01
Pince basket tranchante, à stries transversales, largeur de coupe : 3,4 mm, mors courbés à 15° vers le haut, diamètre de la tige : 3,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm	01
Pince basket, tranchante, à stries transversales, largeur de coupe 2,7 mm, mors droits, diamètre de la tige 3,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm	01
Side Punch, tranchant, bords dentés, largeur de coupe 4,3 mm, mors coudés à 45° vers la gauche, diamètre de la tige 3,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm	01
Side Punch, tranchant, bords dentés, largeur de coupe 4,3 mm, mors coudés à 45° vers la droite, diamètre de la tige 3,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm	01
Ciseaux s, droit	01
Pince à préhension à mors brochet, mors droits, tige droite de diamètre 3,5 mm, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm	01
Panier en acier inoxydable, pour stérilisation, stockage et transport de 12 pinces, avec couvercle, mécanisme de verrouillage et poignée, panier amovible avec support double en silicone pour 12 instruments minimum.	01
Palpateur, gradué, diamètre 3.5 mm, longueur utile 12 cm, longueur du crochet 4 mm	01
Curette, ovale, grand modèle, coudée à 20° vers le haut, à double tranchant, longueur utile 13 cm	01
Râpe d'après STROBEL, étroite, droite, fine, longueur utile 13 cm	01
Instrument pour micro-facture, droit, longueur utile 12 cm	01
Instrument pour micro-facture, coudé, 30°, longueur utile 12 cm	01
Instrument pour micro-facture, coudé, 70°, longueur utile 12 cm	01
Prélève-tendon, diamètre 7 mm, longueur 30 cm	01
Prélève-tendon ouvert, diamètre 7.5 mm, longueur 30 cm	01
Crochet, pour tendon	01
Brucelle chirurgical à deux dents, moyen, courbe, longueur : 14. 5 cm.	01

Elévateur d'après PLESTER, largeur : 8 mm, longueur : 18 cm	01
Platine de dissection pour tendon, se composant de : Platine de dissection de rechange, Dispositif de fixation FLIPPTACK, Plaque de dissection, blanche, Coulisseau de mesure, Coulisseau de tension 2 Dispositif de serrage	01
Pince à fil	01
Calibrateur de tendon , taille : 6 - 10.5 mm par intervalle de 0.5 mm	01
Guide de visée tibial du ligament croisé antérieur	01
Gant de baseball de suture, longueur : 23 cm	01
Foret, canulé, diamètre 4,5 mm	01
Foret, canulé, diamètre 7 mm	01
Foret, canulé, diamètre 7,5 mm	01
Foret, canulé, diamètre 8 mm	01
Foret, canulé, diamètre 8,5 mm	01
Foret, canulé, diamètre 9 mm	01
Foret, canulé, diamètre 10 mm	01
Règlette graduée, longueur 23 cm	01
Poignée à crémaillère	01
Insert pour guide de visée fémoral, pour reconstruction du LCA par voie d'abord médiane, avec offset de 8 mm.	01
Insert pour guide de visée fémoral, pour reconstruction du LCA par voie d'abord médiane, avec offset de 9 mm.	01
Insert pour guide de visée fémoral, pour reconstruction du LCA, avec offset de 10 mm.	01
Insert avec calibrage 8 mm	01
Broche de forage, à pointe filetée, avec œillet, diamètre 2,4 mm, longueur 38 cm, non stérile, à usage unique, paquet de 6	01
Broche de KIRSCHNER, pointe pyramidale, diamètre 2,4 mm, longueur 32 cm, non stérile, à usage unique, paquet de 10	01
Ciseau à entaill . Longueur : 15 cm	01
Bac plastique pour stérilisation et stockage, perforé, avec couvercle transparent, pour stockage sur deux niveaux, pour pinces et instruments, dimensions extérieures (l x p x h): 520 x 250 x 145 mm. A utiliser avec les pinces et instruments. Les bacs en matière plastique sont stérilisables à la vapeur, au gaz et au plasma.	01
Tournevis, canulé, taille 8 - 11 mm, poignée avec raccord pour nettoyage A utiliser avec les vis biorésorbables de diamètre 8 - 11 mm et les tiges de guidage en nitinol.	01
Tournevis , canulé, taille 7, poignée avec raccord pour nettoyage A utiliser avec les vis biorésorbables de diamètre 7 mm et les tiges de guidage en nitinol.	01
Tige de guidage en nitinol, diamètre 1,1 mm, longueur 25,5 cm, non stérile, à usage unique, paquet de 6, A utiliser avec les tournevis.	01
Vis d'interférence, biorésorbable MegaFix, diamètre 7 mm, longueur 23 mm, stériles	10
Vis d'interférence, biorésorbable MegaFix, diamètre 8 mm, longueur 23 mm, steriles	10
Vis d'interférence, biorésorbable perforée MegaFix, diamètre 8 mm, longueur 28 mm, steriles	10
Vis d'interférence Biorésorbable, diamètre perforé :9 mm, longueur : 28 mm, stérile	10
Vis d'interférence Biorésorbable, diamètre perforé :9 mm, longueur : 28 mm, stérile	10
Pince emporte-pièce pour os d'après BEYER, mince, courbée, longueur 17 cm	10

BOITE D'INSTRUMENTS POUR LAPARASCOPIE

Les instruments seront livrés dans une boîte de conservation en acier inoxydable

DESIGNATION	QTE
Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°, diamètre 10 mm, longueur 31 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur: vert	01
Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°, diamètre 10 mm, longueur 31 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur: rouge	01
Canule pour pneumopéritoine d'après VERESS, avec canule intérieure mousse à ressort, raccord LUER, autoclavable, diamètre 2,1 mm, longueur 13 cm	01
Trocart, diamètre 11 mm, code de couleur: vert, se composant de: <ul style="list-style-type: none"> • 01 (un) mandrin de trocart, pointe triangulaire, • 01 (une) chemise de trocart sans valve, avec robinet d'insufflation, longueur 10.5 cm, • 01 (une) valve multifonctionnelle diamètre 11 mm 	02
Trocart, diamètre 6 mm, code de couleur: noir, se composant de: <ul style="list-style-type: none"> • 01 (un) mandrin de trocart, pointe triangulaire, • 01 (une) chemise de trocart sans valve, avec robinet d'insufflation, longueur 10.5 cm , • 01 (une) valve multifonctionnelle diamètre 6 mm 	04
Pince à préhension universelle CLICKLINE d'après KELLY, rotatif, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre : 5 mm, longueur : 45 cm, double action Composition : <ul style="list-style-type: none"> • 01 (un) poignée en matière plastique, • 01 (une) chemise extérieure métallique, • 01 (un) insert de pince 	01
Pince de préhension CLICKLINE d'après MANHES, « mors tige », rotative, démontable, isolée, avec raccord pour coagulation unipolaire, avec raccord d'irrigation LUER-LOCK pour nettoyage, un mors mobile, 2X4 dents pour saisir et déloger les organes solide en particulier lors de d'une adhésiolyse, diamètre : 5mm, longueur: 45 cm, se composant de : <ul style="list-style-type: none"> • 01 (un) poignée en matière plastique, avec crémaillère d'après MANHES, • 01 (une) chemise extérieure métallique, isolée, • 01 01 (un) insert de pince. 	01
Ciseaux CLICKLINE, rotatifs, démontables, isolés, avec raccord pour coagulation unipolaire, avec raccord d'irrigation LUER-Lock pour nettoyage, deux mors mobiles, mors dentés, courbés en forme de cuillère, diamètre 5 mm, longueur 36 cm se composant de : <ul style="list-style-type: none"> • 01(un) poignée en matière plastique, sans crémaillère, surface d'appui large, • 01 (une) chemise extérieure métallique • 01 (un) insert de ciseaux 	01
Insert de ciseaux CLICKLINE avec chemise extérieure, courbé, deux mors mobiles, mors en forme de cuillère, longueur des mors 17 mm, diamètre 5 mm, longueur 36 cm, stérile, à usage unique, paquet de 10	05
Pince à préhension CLICKLINE d'après BABCOCK, rotatif démontable, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre: 5 mm, longueur : 36 cm, atraumatique, plusieurs mors Simple action. Composition : <ul style="list-style-type: none"> • 01 (un) poignée en matière plastique, • 01 (une) chemise extérieure métallique, • 01 (un) insert de pince. 	01
Pince à préhension CLICKLINE, rotatif, démontable, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre: 5 mm, longueur : 36 cm, atraumatique, plusieurs mors Simple action. Composition : <ul style="list-style-type: none"> • 01 (un) poignée en matière plastique, • 01 (une) chemise extérieure métallique, 	01

<ul style="list-style-type: none"> 01 (un) insert de pince. 	
Insert de pince CLICKLINE d'après BABCOCK, atraumatique, dents, simple action, diamètre : 5mm, longueur : 36 cm.	01
Pince de préhension CLICKLINE d'après MANHES, « mors tige », rotative, démontable, isolée, avec raccord pour coagulation unipolaire, avec raccord d'irrigation LUER-LOCK pour nettoyage, un mors mobile, insert à plusieurs dents, diamètre : 5mm, longueur: 36 cm, se composant de : <ul style="list-style-type: none"> 01 (un) poignée en matière plastique démontable, 01 (une) chemise extérieure, isolée, 01 (un) insert de pince. 	01
Pince à préhension RoBi® d'après KELLY, modèle CLERMONT-FERRAND, rotative, démontable, avec raccord pour coagulation bipolaire, particulièrement indiquée pour la dissection, deux mors mobiles, diamètre 5 mm, longueur 36 cm, code couleur: bleu clair se composant de: <ul style="list-style-type: none"> 01 (un) poignée en matière plastique RoBi®, sans crémaillère 38600 01 (une) chemise extérieure métallique RoBi®, 01 (un) insert de pince RoBi® 	01
Pince à préhension RoBi®, modèle CLERMONT-FERRAND, rotative, démontable, avec raccord pour coagulation bipolaire, à dents particulièrement fines et atraumatiques, mors fenestrés, deux mors mobiles, diamètre 5 mm, longueur 36 cm, se composant de <ul style="list-style-type: none"> 01 (un) Poignée en matière plastique RoBi®, sans crémaillère, 01 (une) chemise extérieure métallique RoBi®, 01 (un) insert de pince RoBi	01
Electrode de dissection et de coagulation d'après CADIERE, chemise isolée, avec raccord pour coagulation unipolaire, en forme de L, graduée en cm, extrémité distale pointue, diamètre 5 mm, longueur 36 cm	01
Macro porte-aiguille d'après KOH, mors en carbure de tungstène, poignée ergonomique droite à crémaillère désactivable, position d'arrêt à droite, mors courbés à gauche, diamètre 5 mm, longueur 33 cm, à utiliser avec du matériel de suture 0/0 ' 7/0 et des aiguilles BV, SH ou CT-1	01
Macro porte-aiguille d'après KOH, mors en carbure de tungstène, poignée ergonomique droite à crémaillère désactivable, position d'arrêt à gauche, mors courbés à droite diamètre 5 mm, longueur 33 cm, à utiliser avec du matériel de suture 0/0 ' 7/0 et des aiguilles BV, SH ou CT-1	01
Pousse-nœud d'après CIRAVOLO, pour technique de nœuds extracorporels, extrémité distale fenêtrées en forme de L, pour fixation fiable de nœuds simples, diamètre 5 mm, longueur 36 cm	01
Aiguille haute fréquence, d'après MANHES, isolée, pour scission et coagulation, pour 2 ponctions ou plus, diamètre 5 mm	01
Tube d'irrigation et d'aspiration, avec orifices latéraux, surface extérieure dépolie, avec robinet deux-voies pour manipulation à une main, diamètre 5 mm, longueur 36 cm	01
Câble de lumière à fibre optique, raccord droit, thermorésistant, transmission améliorée de la lumière, avec raccord de sécurité, diamètre : 4,8 mm, longueur : 250 cm	01
Bac en matière plastique pour stérilisation et stockage, avec rack amovible pour instruments et panier pour le stockage de 12 instruments de 2.5 à 10 mm de diamètre et de 6 trocarts maximum, perforé, avec couvercle transparent, dimensions extérieures (l x p x h): 532 x 254 x 165 mm	01
Panier de nettoyage, stérilisation et stockage, pour un endoscope rigide, avec supports pour adaptateur au raccord de lumière, porte-optique en silicone et couvercle, dimensions extérieures (l x p x h): 430 x 65 x 52 mm, à utiliser avec les endoscopes rigides de diamètre 10 mm maximum et longueur utile 34 cm.	02
Pince utérine 20 - 23 cm	10
Spéculum de Collin 90 - 11 cm	06
Pince à biopsie utérine 21 cm	04
Pince à curette d'avortement 27 cm	04
Forceps obstétrique 20 - 23 cm	02
Ecarteur de doyen 90 - 11 cm	06
Manipulateur utérin d'après KECKSTEIN complet Composition :: <ul style="list-style-type: none"> 01 (un) poignée, 01 (une) chemise de manipulateur, 	

<ul style="list-style-type: none"> • 01 (une) cloche de diamètre: 37 mm et longueur 30 mm • 01 (une) cloche, diamètre : 42 mm, longueur : 30 mm, • 01 (un) insert fileté, diamètre : 15 mm, • 01 (un) insert fileté de diamètre 20 mm, • 01 (un) insert de travail de longueur: 60 mm, • 01 (un) insert de travail, longueur 40 mm, • 01 (un) segment de tuyau en Y, • 01 (un) raccord LUER-Lock pour tuyau • 01 (un) Joint, • 01 (un) insert de travail pour chromopertubation, longueur 30 mm, • 01 (un) insert de travail, atraumatique, longueur 60 mm, • 01 (une) pince à mors type Pozzi, longueur 22 cm • 01 (un) porte-pince de Pozzi, • 01 (un) tuyau de perturbation <p>N.B. : Le set décrit ci-dessus est destiné uniquement à l'hystérectomie totale par laparoscopie (HTL).</p>	01
---	----

BOITE D'INSTRUMENTS POUR HYSTERESTOMIE D'APRES BETTOCCHI

Les instruments seront livrés dans une boîte de conservation en acier inoxydable

DESIGNATION	QTE
Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°, diamètre : 2,9 mm, longueur 30 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur : rouge	01
Chemise intérieure d'après BETTOCCHI®, diamètre 4,3 mm, avec canal opérateur pour instruments chirurgicaux semi-rigides de 5 Charr., Composition <ul style="list-style-type: none"> • 01 (une) chemise intérieure, • 01 (un) raccord LUER-Lock pour tuyau. 	01
Chemise extérieure d'après BETTOCCHI®, diamètre : 5 mm composition: <ul style="list-style-type: none"> • 01 (une) chemise extérieure, • 01 (un) raccord LUER-Lock pour tuyau. 	01
Câble de lumière à fibre optique, raccord droit, thermorésistant, avec raccord de sécurité, transmission améliorée de la lumière, pour applications au vert d'indocyanine, diamètre : 3,5 mm, longueur: 230 cm	01
Pince à biopsie et à préhension, semi-rigide, deux mors mobiles, 5 Charr., longueur : 34 cm	01
Ciseaux, pointus, un mors mobile, semi-rigide, 5 Charr., longueur : 34 cm	01
Electrode de dissection bipolaire, semi-rigide, 5 Charr., longueur : 42 cm	01
Pince à mors type «Pozzi» avec aiguillon d'après HESSELING et DI SPIEZIO SARDO, semi-rigide, deux mors mobiles, 5 Charr., longueur : 34cm	01
Câble HF bipolaire, longueur : 300 cm. utilisation avec AUTOCON® III 300/400, AUTOCON® II 400 SCB (séries 111, 113, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80, coagulateurs 26021 B/C/D, 860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® (séries 50, 200,350), coagulateurs Erbe, séries T et ICC	01
Valve d'étanchéité pour canal opérateur des instruments de 3 - 7 Charr., à usage unique, stérile, paquet de 10	05
Conteneur plastique pour la stérilisation et le rangement de divers jeux d'instruments Composition : <ul style="list-style-type: none"> • 01 conteneur, • Tige de fixation, 01paquet de 12, • Barrette de maintien en silicone paquet de 12. 	01

Panier de nettoyage, stérilisation et stockage, pour un endoscope rigide, avec supports pour adaptateur au raccord de lumière, porte-optique en silicone et couvercle, dimensions extérieures (l x p x h): 430 x 65 x 52 mm, à utiliser avec les endoscopes rigides de diamètre :10 mm maximum et longueur utile : 34 cm

01

BOITE D'INSTRUMENTS POUR RESECTOSCOPIE

Les instruments seront livrés dans une boîte de conservation en acier inoxydable

DESIGNATION	QTE
Optique HOPKINS® grand champ à vision de 12°, diamètre : 4 mm, longueur 30 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur : noir	01
Set de Poignée bipolaire. Coupe passive par action du ressort. Anneau mobile de positionnement du pouce. En position de repos, la pointe de l'électrode se trouvant à l'intérieur de la chemise. composition : <ul style="list-style-type: none"> • 01 (un) Poignée passive, bipolaire, • 02 (deux) anses de résection bipolaire, • 01 (une) électrode de résection bipolaire, pointue, • 01 (une) électrode de coagulation half moon®, bipolaire, sphérique • 01 (un) câble HF bipolaire de protection, • 01 (une) gaine de protection 	01
Câble HF bipolaire, longueur : 400 cm, avec identification par radiofréquence (RFID) Utilisable 20 fois minimum. Utilisation avec les résecteurs bipolaires	01
Anse de résection, bipolaire, 26 Charr., diamètre de chemise : 8 mm, à utiliser avec les chemises de résecteur et l'optique HOPKINS®, code couleur : jaune	12
Electrode de coagulation bipolaire, sphérique, 24 Charr., code couleur: jaune, à utiliser avec l'optique HOPKINS®	06
Electrode de résection, bipolaire, pointue, 26 Charr., diamètre de chemise 8 mm. A utiliser avec les chemises de résecteur, 'optique HOPKINS® . code couleur : jaune	06
Chemise de résecteur, 26 Charr., extrémité de chemise biseautée, chemise intérieure rotative avec isolation céramique, encliquetable, à utiliser avec les poignées et l'optique HOPKINS® 12°. Code couleur : jaune. Composition <ul style="list-style-type: none"> • Chemise de résecteur, • Chemise intérieure, • Tuyau d'arrivée et d'évacuation, • Set de raccords LUER-lock 	01
Mandrin standard, code couleur: jaune, à utiliser avec les chemises de résecteur	01
Panier de nettoyage, stérilisation et stockage, pour un endoscope rigide, avec supports pour adaptateur au raccord de lumière, porte-optique en silicone et couvercle, dimensions extérieures (l x p x h): 430 x 65 x 52 mm, à utiliser avec les endoscopes rigides de diamètre 10 mm maximum et longueur utile 34 cm	01
Conteneur en plastique pour la stérilisation et le rangement de divers jeux d'instruments se composant de: <ul style="list-style-type: none"> • 01 (un) conteneur, • 01 (une) tige de fixation, paquet de 12, • 01 (une) barrette de maintien en silicone paquet de 12 	01

BOITE D'INSTRUMENTS POUR CYSTOSCOPIE

Les instruments seront livrés dans une boîte de conservation en acier inoxydable

DESIGNATION	QTE
Câble de lumière à fibre optique, raccord droit, thermorésistant, avec raccord de sécurité, transmission améliorée de la lumière, pour applications au vert d'indocyanine, diamètre : 3,5 mm, longueur : 230 cm	01

Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°, diamètre : 4mm, longueur 30 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur : rouge	01
Chemise de cysto-urétroscope, 22 Charr., code couleur : bleu. Se composant de : <ul style="list-style-type: none"> • 01 (une) chemise • 01 (un) mMandrin et • 02 (deux) raccords LUER-Lock 	01
Chemise de cysto-urétroscope, 17 Charr., code couleur : jaune. Se composant de : <ul style="list-style-type: none"> • (une) chemise de cysto-urétroscope, • 01 (un) mandrin, • 02 (deux) raccords LUER-Lock 	01
Insert d'examen, avec 2 entrées verrouillables	1
Insert de travail, avec levier directionnel d'ALBARRAN, avec 2 entrées verrouillables, commande rapide, tige incluse dans la livraison	01
Pince à biopsie, coupante, deux mors mobiles, pour coagulation unipolaire	01
Pince pour extraction de corps étrangers, ouverture bilatérale, flexible, 9 Charr., longueur:40cm	01
Pince à biopsie, ouverture bi- latérale, flexible, 9 Charr., longueur: 40 cm	01
Ciseaux, ouverture bilatérale, flexible, 9 Charr., longueur: 40cm	01
Electrode à bille, 4 Charr., longueur : 53 cm	01
Panier de nettoyage, stérilisation et stockage, pour un endoscope rigide, avec supports pour adaptateur au raccord de lumière, porte-optique en silicone et couvercle, dimensions extérieures (l x p x h): 430 x 65 x 52 mm, à utiliser avec les endoscopes rigides de diamètre 10 mm maximum. et longueur utile 34 cm	01
Conteneur en plastique pour la stérilisation et le rangement de divers jeux d'instruments ; Se composant de: <ul style="list-style-type: none"> • 01(un) Conteneur, • 01 (une) tige de fixation, paquet de 12 pièces, • 01 (une) barrette de maintien en silicone, paquet de 12 pièces 	01
Câble HF unipolaire, avec prise de 5 mm, longueur : 300 cm.	01

BOITE D'INSTRUMENTS POUR URETHROSTOMIE

Les instruments seront livrés dans une boîte de conservation en acier inoxydable

DESIGNATION	QTE
Optique HOPKINS, grand angle, à vision directe de 0°, 4 mm ø, stérilisable en autoclave, avec 1 guide intégré de lumière à fibres optiques, code de couleur: vert	01
Elément de travail,	01
Chemise d'uréthrostome d'après SACHSE, 21 Charr., avec canal pour bougies FILIFORM	01
Mandrin pour chemise d'uréthrostome 21 Charr.	01
Chemise auxiliaire, ouverture latérale, pour l'entrée des cathéters ballonnés à enfiler sur chemise d'uréthrostome	01
Insert d'examen, avec canal pour instruments de 5 Charr.	01
Chemise d'appoint, pour irrigation et aspiration continues, à faire coulisser sur la chemise d'uréthrostome	01
Bistouri d'après SACHSE droit. Conditionnement : Boîte de 06(six) pièces	01
Bistouri crochu. Conditionnement : Boîte de 06(six) pièces	01

Bac en matière plastique pour stérilisation et stockage de sets d'instruments, perforé, avec couvercle transparent et tapis en silicone, pour stockage sur deux niveaux (1 plateau de stockage intermédiaire), dimensions extérieures (l x p x h): 545 x 260 x 115 mm	01
Panier de nettoyage, stérilisation et stockage, pour un endoscope rigide, avec supports pour adaptateur au raccord de lumière, porte-optique en silicone et couvercle, dimensions extérieures (l x p x h): 430 x 65 x 52 mm	01

BOITE D'INSTRUMENTS POUR RESECTOSCOPIE BIPOLAIRE

Les instruments seront livrés dans une boîte de conservation en acier inoxydable

DESIGNATION	QTE
Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°, diamètre : 4 mm, longueur : 30 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur : rouge	01
Résecteur, bipolaire	01
Chemise de résecteur, 26 Charr., extrémité de chemise biseautée, chemise intérieure rotative avec isolation céramique, encliquetable, code couleur : jaune	01
Mandrin béquillable,	01
Anse de résection, bipolaire, 24/26 Charr.	12
Electrode de coagulation, bipolaire, pointue, 24/26 Charr.	06
Electrode de coagulation bipolaire, sphérique, 24/26 Charr.	06
Anse de résection, bipolaire, coupe longitudinale, diamètre 0,30 mm, 24/26 Charr.	06
Bac en matière plastique pour stérilisation et stockage de sets d'instruments, perforé, avec couvercle transparent et tapis en silicone, pour stockage sur deux niveaux (1 plateau de stockage intermédiaire), dimensions extérieures (l x p x h): 545 x 260 x 115 mm	01
Chemise de protection pour la stérilisation et le rangement d'électrodes, de curettes et de bistouris	04
Câble HF bipolaire, longueur 400 cm, avec identification par radiofréquence (RFID)	02
Evacuateur selon ELLIK, avec verrouillage "LO"	01
Adaptateur à utiliser avec Evacuateur selon ELLIK, avec verrouillage "LO" et Chemise de résecteur, 26 Charr.	01
Mandrin d'introduction, pour cathéters	01

BOITE D'INSTRUMENTS POUR CHIRURGIE GENERALE

Les instruments seront livrés dans une boîte de conservation en acier inoxydable

DESIGNATION	QTE
Manche pour lame de bistouri longue	10
Manche pour lame de bistouri courte	20
Ciseau Metzembaum coudé 18 - 23 cm	20
Ciseau Metzembaum coudé 16 - 17 cm	15
Pince à dissector 20 - 23 cm	20
Pince à disséquer 16 - 18cm	15
Pince à badigeonner de collin 23 cm	20
Pince hémostatique S.G de Kelley coudée 23 cm	10
Pince hémostatique S.G de Kelley coudée 6 - 18 cm	40
Pince à pansement Rampley 23 cm	20
Ciseaux de Mayo-Hegar coudés 18 cm	10
Ciseaux de Mayo-Hegar droit 18 cm	20
Pince à dissection A.G 18 - 23 cm	15
Pince à dissection A.G 15 - 17 cm	15

Pince Duval 18 cm	30
Pince à dissection de Bakey 15 - 18 cm	20
Pince à dissection S.G Taylor 15 - 18 cm	20
Pince porte aiguille 15 - 18 cm	30
Pince porte aiguille 20 - 23 cm	10
Pince de Kocher AG droit 16 - 18 cm	30
Pince bengolière 23 cm	20
Pince à champ	50
Ecarteur de Farabeuf 30 mm x 16 mm	20
Ecarteur de Farabeuf 30 mm x 12 mm	10
Micro écarteur de Farabeuf 26 mm x 10 mm	10
Ecarteur US Army 18 - 21 cm	10
Micro porte aiguille Barraquer 14 - 18 cm	10
Canule de Yankauer 23 cm	10
Pince Mosquitos AG droit 10 cm	30

BOITE D'INSTRUMENTS POUR NEUROCHIRURGIE

Les instruments seront livrés dans une boîte de conservation en acier inoxydable

DESIGNATION	QTE.
Micro pince de Yasargel 14 cm	05
Micro-ciseaux castroviejo 14 cm	05
Micro porte aiguille à ressort Jacobson 16 - 18 cm	05
Micro écarteur de Farabeuf	05
Perforateur à main	05
Trépan enfant	04
Trépan adulte 27 cm	05
Tête de trépan N° 0.9, 14, 13, 16,12	05
Scie de GIGLI	05
Crochet pour scie de Gigli	10
Passe scie Gigli	05
Spatule cérébrale 18 cm	05
Lame (couteau) cérébrale	10
Crochet à nerfs Scoville / Holsher 21 - 34 cm	10
Pince à fixation 21 cm	10
Pince Kerisson N° 1,2,3,4,5, 6 mm	06
Pince à disque	06

III. FORMATION

Formation du personnel utilisateur sur les équipements par le prestataire et à sa charge, afin que ces derniers soient capables d'utiliser correctement et complètement les équipements livrés et installés.

Cette formation sera donnée par un ingénieur biomédical spécialiste en la matière .

Deux (02) techniciens de l'Hôpital Général de Yaoundé doivent être formés par le prestataire et à sa charge sur le site dans le but d'assurer la maintenance et la réparation des équipements livrés.

Cette formation sera donnée par un ingénieur biomédical certifié par le fabricant et ayant une expérience de cinq ans minimum dans les domaines de la maintenance et la réparation desdits équipements.

B. LISTE DES FOURNITURES ET CALENDRIER DE LIVRAISON

N°	DESIGNATION DES FOURNITURES	UNITE	QTE	DESTINATION FINALE	DELAIS DE LIVRAISON		
					Date de livraison au plus tôt	Date de livraison	Délai de livraison proposé par le Soumissionnaire
1	COLONNE DE COELIOSCOPIE	U	1	Service du Bloc Opérateur HGY		08 semaines	
2	BOITE D'INSTRUMENTS POUR DIAGNOSTIC TELESCOPIQUE ET CHIRURGIE ARTHROSCOPIQUE	U	1				
3	BOITE D'INSTRUMENTS POUR LAPARASCOPIE	U	1				
4	BOITE D'INSTRUMENTS POUR HYSTERESTOMIE D'APRES BETTOCCHI	U	1				
5	BOITE D'INSTRUMENTS POUR RESECTOSCOPIE	U	1				
6	BOITE D'INSTRUMENTS POUR CYSTOSCOPIE	U	1				
7	BOITE D'INSTRUMENTS POUR URETHROSTOMIE	U	1				
8	BOITE D'INSTRUMENTS POUR RESECTOSCOPIE BIPOLAIRE	U	1				
9	BOITE D'INSTRUMENTS POUR CHIRURGIE GENERALE	U	1				
10	BOITE D'INSTRUMENTS POUR NEUROCHIRURGIE	U	1				

B. LISTE DES SERVICES CONNEXES ET CALENDRIER DE REALISATION

N°	DESIGNATION DU SERVICE	UNITE	QUANTITE 1	SITE OU LIEU OU LES SERVICES DOIVENT ETRE EXECUTES	DELAI FINAL DE REALISATION DES SERVICES
1	COLONNE DE COELIOSCOPIE	U	01	Service du Bloc Opérateur HGY	08 Semaines
2	BOITE INSTRUMENTS POUR DIAGNOSTIC TELESCOPIQUE ET CHIRURGIE ARTHROSCOPIQUE	U	01		
3	BOITE D'INSTRUMENTS POUR LAPARASCOPIE	U	01		
4	BOITE D'INSTRUMENTS POUR HYSTERESTOMIE D'APRES BETTOCCHI	U	01		
5	BOITE D'INSTRUMENTS POUR RESECTOSCOPIE	U	01		
6	BOITE D'INSTRUMENTS POUR CYSTOSCOPIE	U	01		
7	BOITE D'INSTRUMENTS POUR URETHROSTOMIE	U	01		
8	BOITE D'INSTRUMENTS POUR RESECTOSCOPIE BIPOLAIRE	U	01		
9	BOITE D'INSTRUMENTS POUR CHIRURGIE GENERALE	U	01		
10	BOITE D'INSTRUMENTS POUR NEUROCHIRURGIE	U	01		

D. INSPECTIONS ET ESSAIS

Les inspections et tests suivants seront réalisés :

➤ Livrables

NB : À la livraison, le prestataire devra fournir :

- Les différentes fournitures en nombre et qualité voulus ;
- La documentation relative à chaque matériel sous format numérique et papier ;
- Les licences éventuelles ;
- Les guides d'utilisation ;
- Les fiches techniques de mise en service ;
- La documentation relative aux installations des différents équipements sous format numérique et papier
- Rapport de déploiement, le cas échéant ;
- Etc.

➤ Installation, mise en service et garantie

La durée prévisionnelle de livraison est de ... (...) jours à compter de la date de notification de l'Ordre de Service de commencer la prestation.

La période de garantie du matériel est de ... (...) mois à compter de la date de réception provisoire.

Le Cocontractant garantit que les équipements livrés en exécution du marché sont neufs, sont des modèles les plus récents en service et incluent les dernières améliorations en matière de conception et matériaux utilisés ou à leur mise en œuvre.

Pendant cette période, le Cocontractant doit maintenir à ses frais le matériel en état de fonctionnement, c'est-à-dire assurer dans les dix (10) jours de la notification de la panne par l'Administration et sur le lieu d'emploi, la remise en état du matériel pour toutes les pannes consécutives à des vices de construction ou à des défauts de fabrication.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DIRECTION GENERALE

**DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERS**

**STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS**

B.P 5408 Yaoundé
Tél : (237) 222.21.31.81
Fax : (237) 222.21.20.15

hopitalgeneraldeyaounde@gmail.com



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

GENERAL HOSPITAL OF YAOUNDE

GENERAL DIRECTORATE

**DIRECTORATE OF ADMINISTRATIVE AND
FINANCIAL AFFAIRS**

**INTERNAL STRUCTURE FOR THE
ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLIC
PROCUREMENT**

P.O BOX: 5408 Yaoundé
hopitalgeneraldeyaounde@gmail.com

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/HGY/CIPM/26 DU 1^{ER} AVRIL 2026 EN PROCEDURE
D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX AU SERVICE DU
BLOC OPERATOIRE DE L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE**

DE L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

FINANCEMENT : Fonds propres-Exercice 2026- Ligne 24 44 04

**PIECE N°6 : CADRE DU BORDEREAU DES
PRIX UNITAIRES ET DES PRIX FORFAITAIRES**

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES FOURNITURES IMPORTEES¹

1	2	3	4	5	6	7	8
N	DESIGNATION DES FOURNITURES	PAYS D'ORIGINE	DELAI DE LIVRAISON <small>SELON DAP</small>	QUANTITE	P U	PRIX DAP EN <small>LETTRE</small>	PRIX TOTAL <small>(COL 5X6)</small>
1	COLONNE DE COELIOSCOPIE			01			
2	BOITE INSTRUMENTS POUR DIAGNOSTIC TELESCOPIQUE ET CHIRURGIE ARTHROSCOPIQUE			01			
3	BOITE D'INSTRUMENTS POUR LAPARASCOPIE			01			
4	BOITE D'INSTRUMENTS POUR HYSTERESTOMIE D'APRES BETTOCCHI			01			
5	BOITE D'INSTRUMENTS POUR RESECTOSCOPIE			01			
6	BOITE D'INSTRUMENTS POUR CYSTOSCOPIE			01			
7	BOITE D'INSTRUMENTS POUR URETHROSTOMIE			01			
8	BOITE D'INSTRUMENTS POUR RESECTOSCOPIE BIPOLAIRE			01			
9	BOITE D'INSTRUMENTS POUR CHIRURGIE GENERALE			01			
10	BOITE D'INSTRUMENTS POUR NEUROCHIRURGIE			01			
11	Formation du personnel technique			FF			
12	Formation du personnel utilisateur			FF			
						Prix total	[insérer le prix total]

Nom du Soumissionnaire :

Signature :

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DIRECTION GENERALE

**DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERS**

**STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS**

B.P 5408 Yaoundé

Tél : (237) 222.21.31.81

Fax : (237) 222.21.20.15

hospitalgeneraldeyaounde@gmail.com



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

GENERAL HOSPITAL OF YAOUNDE

GENERAL DIRECTORATE

**DIRECTORATE OF ADMINISTRATIVE AND
FINANCIAL AFFAIRS**

**INTERNAL STRUCTURE FOR THE
ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLIC
PROCUREMENT**

P.O BOX: 5408 Yaoundé

hospitalgeneraldeyaounde@gmail.com

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/HGY/CIPM/26 DU 1^{ER} AVRIL 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX AU BLOC OPERATOIRE DE L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

FINANCEMENT : Fonds propres-Exercice 2026-Ligne 24 44 04

**PIECE N°7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF
ET ESTIMATIF**

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	DESIGNATION	UNITE	QTE	PU	PT
1	COLONNE DE COELIOSCOPIE	U	01		
2	BOITE INSTRUMENTS POUR DIAGNOSTIC TELESCOPIQUE ET CHIRURGIE ARTHROSCOPIQUE	U	01		
3	BOITE D'INSTRUMENTS POUR LAPARASCOPIE	U	01		
4	BOITE D'INSTRUMENTS POUR HYSTERESTOMIE D'APRES BETTOCCHI	U	01		
5	BOITE D'INSTRUMENTS POUR RESECTOSCOPIE	U	01		
6	BOITE D'INSTRUMENTS POUR CYSTOSCOPIE	U	01		
7	BOITE D'INSTRUMENTS POUR URETHROSTOMIE	U	01		
8	BOITE D'INSTRUMENTS POUR RESECTOSCOPIE BIPOLAIRE	U	01		
9	BOITE D'INSTRUMENTS POUR CHIRURGIE GENERALE	U	01		
10	BOITE D'INSTRUMENTS POUR NEUROCHIRURGIE	U	01		
11	Formation du personnel utilisateur	U	FF		
12	Formation du personnel technique	U	FF		
Total HTVA					
TVA					
AIR					
Total TTC					
Net à mandater					

Arrêté le présent détail quantitatif et estimatif à la somme TTC de : (en lettre)**FCFA TTC**

Nom du Soumissionnaire :

Signature

Date :

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DIRECTION GENERALE

**DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERS**

**STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS**

B.P 5408 Yaoundé

Tél : (237) 222.21.31.81

Fax : (237) 222.21.20.15

hospitalgeneraldeyaounde@gmail.com



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

GENERAL HOSPITAL OF YAOUNDE

GENERAL DIRECTORATE

**DIRECTORATE OF ADMINISTRATIVE AND
FINANCIAL AFFAIRS**

**INTERNAL STRUCTURE FOR THE
ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLIC
PROCUREMENT**

P.O BOX: 5408 Yaoundé

hospitalgeneraldeyaounde@gmail.com

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/HGY/CIPM/26 DU 1^{ER}
AVRIL 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET
L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX AU BLOC OPERATOIRE
DE L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE**

FINANCEMENT : Fonds propres-Exercice 2026-Ligne 24 44 04

**PIECE N°8 : CADRE DU SOUS-DETAIL DES
PRIX UNITAIRES**

CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES DES FOURNITURES IMPORTEES

N°	Désignation	Coût d'achat	Transport (International et local) + assurance	Coût commande (3) = 1 + 2	Coût droit douanes (4)	Frais de livraison (5)	Autres Services	Marge (7)	Prix unitaire HTVA (8)=3+4+5+6+7

Nom du Soumissionnaire :

Signature

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DIRECTION GENERALE

**DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERS**

**STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS**

B.P 5408 Yaoundé

Tél : (237) 222.21.31.81

Fax : (237) 222.21.20.15

hospitalgeneraldeyaounde@gmail.com



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

GENERAL HOSPITAL OF YAOUNDE

GENERAL DIRECTORATE

**DIRECTORATE OF ADMINISTRATIVE AND
FINANCIAL AFFAIRS**

**INTERNAL STRUCTURE FOR THE
ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLIC
PROCUREMENT**

P.O BOX: 5408 Yaoundé

hospitalgeneraldeyaounde@gmail.com

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/HGY/CIPM/26 DU 1^{ER}
AVRIL 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET
L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX AU BLOC OPERATOIRE
DE L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE**

FINANCEMENT : Fonds propres-Exercice 2026-Ligne 24 44 04

PIECE N°9 : MODELE DE MARCHE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DIRECTION GENERALE

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERS

STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

B.P 5408 Yaoundé

Tél : (237) 222.21.31.81

Fax : (237) 222.21.20.15

hospitalgeneraldeyaounde@gmail.com



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

GENERAL HOSPITAL OF YAOUNDE

GENERAL DIRECTORATE

DIRECTORATE OF ADMINISTRATIVE AND
FINANCIAL AFFAIRS

INTERNAL STRUCTURE FOR THE
ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLIC
PROCUREMENT

P.O BOX: 5408 Yaoundé

hospitalgeneraldeyaounde@gmail.com

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE (HGY)

**MARCHE N° _____/M/HGY/CIPM/26
APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N°04/AONO/HGY/CIPM/26 DU 1^{ER} AVRIL 2026 EN PROCEDURE
D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION
D'EQUIPEMENTS MEDICAUX AU BLOC OPERATOIRE DE
L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE**

TITULAIRE DU MARCHE : *[indiquer le titulaire et son adresse complète]*

B.P: _____ à _____, Tel _____ Fax : _____

N° R.C : _____ A à _____

N° Contribuable : _____

OBJET DU MARCHE : *[indiquer l'objet complet de la fourniture]*

LIEU DE LIVRAISON : *[A indiquer]*

MONTANTS EN FCFA :

TTC	
HTVA	
T.V.A. EXONERE	
AIR (5,5 %)	
Net à mandater	

DELAI DE LIVRAISON : *[A compléter en jours, semaines, mois ou années]*

FINANCEMENT : *[Indiquer source de financement]*

IMPUTATION : *[A compléter]*

SOUSCRIT, LE _____

SIGNE, LE _____
NOTIFIE, LE _____
ENREGISTRE, LE _____

Entre :

L'Hôpital Général de Yaoundé, représenté par son Directeur Général, ci-après dénommé,
«le Maître d'Ouvrage »,

D'une part,

Et La société _____

B.P: _____ à _____ Tel _____ Fax : _____

N° R.C : _____ A à _____

N° Contribuable : _____

[Indiquer le nom du Fournisseur, son adresse complète ainsi que le nom et la qualité du signataire habilité], ci-après dénommée, « **Le Fournisseur** »

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

TITRE II : DESCRIPTIF DE LA FOURNITURE (DF)

TITRE III : BORDEREAU DES PRIX

TITRE IV : DETAIL ESTIMATIF

Page N° _____ et dernière du **Marché N° _____/M/HGY/CIPM/26, passé après Appel d'Offres National Ouvert N°04/AONO/HGY/CIPM/26 du 1^{er} Avril 2026 en procédure d'urgence pour la fourniture et l'installation d'équipements médicaux au Bloc Opératoire de L'Hôpital Général de Yaoundé**

Avec _____,

Pour la fourniture de _____.

Délai de livraison : _____ *[A compléter en jours, semaines, mois ou années]*

Montant du marché : *[A rappeler en Francs CFA, toutes taxes comprises en chiffres et en lettres]*

	Montant en chiffres	Montant en lettres
HTVA		
T.V.A.		
AIR / TSR		
TTC		
Net à mandater		

[A rappeler en Francs CFA, toutes taxes comprises en chiffres et en lettres]

Délai de livraison : *[A compléter en jours, semaines, mois ou années]*

Lu et accepté par le Fournisseur

Yaoundé, le

**Signé par le Directeur Général
de
l'Hôpital Général de Yaoundé,**

Yaoundé, le

Enregistrement

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DIRECTION GENERALE

**DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERS**

**STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS**

B.P 5408 Yaoundé

Tél : (237) 222.21.31.81

Fax : (237) 222.21.20.15

hopitalgeneraldeyaounde@gmail.com



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

GENERAL HOSPITAL OF YAOUNDE

GENERAL DIRECTORATE

**DIRECTORATE OF ADMINISTRATIVE AND
FINANCIAL AFFAIRS**

**INTERNAL STRUCTURE FOR THE
ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLIC
PROCUREMENT**

P.O BOX: 5408 Yaoundé

hopitalgeneraldeyaounde@gmail.com

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/HGY/CIPM/26 DU 1^{ER}
AVRIL 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET
L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX AU BLOC OPERATOIRE
DE L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE**

FINANCEMENT : Fonds propres-Exercice 2026-Ligne 24 44 04

**PIECE N°10 : MODELE DES PIECES A
UTILISER PAR LE SOUMISSIONNAIRE**

Note relative aux modèles de pièces à utiliser

Le Soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre, le Modèle de soumission en conformité avec les dispositions contenues dans le Dossier d'appel d'offres.

Il doit fournir une caution de soumission en utilisant le modèle présenté dans cette pièce. Le projet de marché doit inclure toutes les corrections ou les modifications apportées à l'offre retenue résultant des corrections des erreurs, conformément à l'Article 31 du RGAO, de l'actualisation du prix en application, le cas échéant, de l'Article 14 du RGAO du fait de la durée de l'évaluation des offres, du choix d'une offre alternative, de l'acceptation de variations jugées acceptables ou tout autre modification mutuellement acceptable et permise par le Dossier d'Appel d'Offres, tel qu'un changement dans le personnel clé, de sous-traitant, du programme d'exécution des prestations, etc.

Les modèles de Cautionnement définitif et de caution d'avance de démarrage ne doivent pas être remplis au moment de la préparation des offres. Seul le Soumissionnaire retenu sera invité à fournir le Cautionnement définitif et la caution d'avance de démarrage, le cas échéant, en conformité avec le modèle présenté dans cette pièce. Tout manquement par le cocontractant ou le prestataire à ses obligations au titre du présent marché, est constitutif d'une cause de saisie du Cautionnement définitif sous réserve que ledit manquement ait été établi par le Maître d'œuvre/ Maître d'ouvrage ou Maître d'ouvrage délégué. Dès l'appel dudit cautionnement, le garant est tenu de s'exécuter sans aucune forme de procédure.

TABLE DES MODELES

- Annexe n° 1 : Modèle Déclaration d'intention de soumissionner
- Annexe n°2: Modèle de lettre de soumission
- Annexe n°3: Modèle de cautionnement de soumission
- Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif
- Annexe n°5 Modèle de cautionnement d'avance de démarrage
- Annexe n°6: Modèle de cautionnement de bonne exécution (retenue de garantie)
- Annexe n° 7: Modèle d'attestation ou d'autorisation du fabricant
- Annexe n°8: Modèle du planning de livraison
- Annexe n°9: Modèle de formulaire de liste de personnel à mobiliser
- Annexe n°10: Modèle de fiche de prestations susceptibles d'être sous-traitées commandées
- Annexe n°11: Modèle de lettre de soumission de la proposition technique
- Annexe n°12: Modèle de CV du personnel
- Annexe n°13: Modèle de déclaration d'intention de soumissionner

ANNEXE N° 1: MODELE D'INTENTION DE SOUMISSIONNER

A [indiquer l'Autorité Contractante et son adresse],

A insérer en annexe à la

Je soussigné,

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d'Appel d'Offres National n° *[indiquer la nature de la prestation]*.

Déclare par la présente, l'intention de soumissionner pour cet Appel d'Offres.

Fait à _____ le _____

Signature, nom et cachet du soumissionnaire

ANNEXE N° 2 : MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné _____ [indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l'entreprise ou le groupement ⁽⁸⁾ _____ dont le siège social est à _____ inscrite au registre du commerce de _____ sous le n° _____

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d'Offres y compris les additifs, N° _____ [rappeler l'objet de l'appel d'offres]

Me soumetts et m'engage à livrer les fournitures ou à exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° _____ à _____ [en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à _____ francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les prestations dans un délai de _____ mois
- M'engage en outre à maintenir mon offre dans le délai _____ jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours] à compter de la date limite de remise des offres
- Adhère entièrement à la charte d'intégrité et à la déclaration d'engagement environnemental et social jointes aux présents DAO.

Les rabais offerts et les modalités d'application desdits rabais sont les suivants :

Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° _____ ouvert au nom de _____ auprès de la banque _____ Agence de _____ Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à _____ le _____

Signature :

Nom du signataire : _____

En qualité de : _____ dûment autorisé à

signer les soumissions pour et au nom de ⁽⁹⁾ _____

⁽⁸⁾ Supprimer la mention inutile

⁽⁹⁾ Annexer la lettre de pouvoirs

ANNEXE N° 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Organisme financier : _____

Référence de la Caution : N° _____

Adressée à *[indiquer le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué et son adresse]* Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d'Ouvrage »

Attendu que le Fournisseur ou le prestataire _____, ci-dessous désigné « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du _____ pour *[rappeler l'objet de l'appel d'offres]*, ci-dessous désignée « l'offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à *[indiquer le montant]* francs CFA,

Nous _____ *[nom et adresse de la banque]*, représentée par _____ *[noms des signataires]*, ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué de la somme maximale de *[indiquer le montant]* Francs CFA, que la banque s'engage à régler intégralement au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, s'obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes:

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d'appel d'offres ;

Ou

Si le soumissionnaire, s'étant vu notifié l'attribution du marché par le Maître d'Ouvrage *ou le Maître d'Ouvrage Délégué* pendant la période de validité:

- omet ou refuse de souscrire le marché, alors qu'il est requis de le faire ;
- omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché comme prévu dans ledit marché.

Nous nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué un montant allant jusqu'au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué notera que le montant qu'il réclame lui est dû parce que l'une ou l'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera quelle(s) condition(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès la date limite fixée par le Maître d'Ouvrage *ou le Maître d'Ouvrage Délégué* pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu'au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d'Ouvrage *ou du Maître d'Ouvrage Délégué* tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

Fait à _____, le _____.

[Signature de la banque]

[NB : ce cautionnement doit être acquitté à la main par la banque]

ANNEXEN°4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Organisme financier : _____

Référence de la Caution : N° _____

Adressée à *[indiquer le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué et son adresse]* Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d'Ouvrage »

Attendu que _____ *[nom et adresse du fournisseur ou du prestataire]*, ci-dessous désigné « le Fournisseur ou du prestataire », s'est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser *[indiquer la nature des fournitures et services connexes]*

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué un cautionnement définitif, d'un montant égal à *[indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %]* du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de l'exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, _____ *[nom et adresse de banque]*, représentée par _____ *[noms des signataires]*,

ci-dessous désignée « l'organisme financier », nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur ou le prestataire n'a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu'à concurrence de la somme de _____ *[en chiffres et en lettres]*.

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des

fournitures.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure

Toute demande de paiement formulée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l'Organisme financier

_____, le _____

[Signature de la banque]

ANNEXEN°4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVANCE DE DEMARRAGE

Organisme financier : _____

Référence du Cautionnement : N° _____

Adressée [indiquer le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué]

[Adresse du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué]

Ci-dessous désigné « le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué »

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :
_____ [le titulaire], au profit de _____ Maître d'Ouvrage ou Maître
d'Ouvrage Délégué [Adresse du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué] (« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que
_____ [le titulaire] ne s'est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l'avance
de démarrage selon les conditions du marché _____ du _____ relatif aux fournitures et
services connexes [indiquer l'objet et les références de l'appel d'offres et le lot, éventuellement], de la somme
totale maximum correspondant à l'avance de quarante 40% du montant Toutes Taxes Comprises du marché
n° _____, payable dès la notification de l'ordre de service correspondant, soit _____ francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance
sur les comptes de _____ [le titulaire] ouverts auprès de la banque _____ sous
le n° _____.

Elle restera en vigueur jusqu'au remboursement de l'avance conformément à la procédure fixée par le CCAP.
Toutefois, le montant du cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de l'avance au fur
et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par l'organisme financier

Fait à _____, le _____.

[Signature de l'organisme financier]

ANNEXEN°5 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE BONNE EXECUTION EN REMPLACEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE

Organisme financier : _____

Référence du Cautionnement : N° _____

Adressée *[indiquer le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué]*

[Adresse du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué]

Ci-dessous désigné « le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué »

Attendu que _____ *nom et adresse du fournisseur ou du prestataire*], ci-dessous désigné « le Fournisseur », s'est engagé, en exécution du marché, livrer les fournitures de *[indiquer l'objet des prestations]*

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à *[pourcentage inférieur à 10% à préciser]* du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, _____ *adresse organisme financier*], représentée par _____ *noms des signataires*], et ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l'égard du Maître d'Ouvrage *ou du Maître d'Ouvrage Délégué*, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de _____ *[en chiffres et en lettres]*, correspondant à *[pourcentage inférieur à 10% à préciser]* du montant du marché ⁽¹⁰⁾

Et nous nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu'il se trouve débiteur du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à *[pourcentage inférieur à 10% à préciser]* du montant cumulé des prestations figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa

demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des prestations, et sur mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l'organisme financier

Fait à _____, le _____

[Signature de l'Organisme financier]

(10) Cas où la caution est établie une fois au démarrage des prestations et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.

ANNEXE N°6 : MODELE D'ATTESTATION OU D'AUTORISATION DU FABRICANT

[Le Soumissionnaire exigé du Fabricant qu'il prépare cette lettre conformément aux indications ci-après. Cette lettre doit être à l'entête du Fabricant et doit être signée par une personne dûment habilitée à signer des documents qui engagent le Fabricant. Le Soumissionnaire inclut cette lettre dans son offre, si exigé dans les RPAO.]

Date *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]* AON° ___ du __ : *[insérer les références de l'Appel d'Offres]* Variante N° : *[insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante]*

A: *[insérer le nom complet du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué]*

Je soussigné (nom et adresse complète du fabricant)

Atteste que la société (nom et adresse complète) est habilitée à commercialiser nos produits (ou le cas échéant) dispose d'un agrément.

Nous confirmons toutes nos garanties et nous nous portons garants pour les fournitures offertes.

Signature

En date du.....

Jour de.....

ANNEXE N° 7 : CADRE DU PLANNING DE LIVRAISON

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d'exécution des prestations et les ralentissements voire, les interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des prestations devra indiquer mois par mois, les etmontants prévisionnels des décomptes de prestations par poste et cumulés, en tenant compte de l'incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

[Les cadres des plannings à préparer et insérer dans le Dossier d'Appel d'Offres par le Maître d'Ouvrage]

A. Préciser la nature de l'activité

	<i>[Mois ou semaines à compter du début de la mission]</i>												
Activité (tâche)													

ANNEXEN°8 : MODELE DE LISTE DU PERSONNEL A MOBILISER DANS LE CADRE DES SERVICES CONNEXES

1. Personnel technique /de gestion

Nom	Fonction proposée	Qualification minimale	Années D'expérience Générale	Années d'Expérience Spécifique En Terme de projets similaires réalisés	Poste ou fonction Occupé (e) pour Chaque projet

2. Personnel d'appui (siège et local)

Nom	Spécialisation	Poste	Année d'Expérience	Attributions

**ANNEXEN°9 : MODELE DE FICHE DE PRESTATIONS SUSCEPTIBLES
D'ETRE SOUS-TRAITEES COMMANDEES**

N°	Désignation des Fournitures	Quantité (Nombre d'unités)
	<i>[Insérer la désignation des Fournitures]</i>	<i>[insérer la quantité des articles à fournir]</i>

N° Service	Désignation du Service	Unité de mesure
<i>[insérer le numéro du Service]</i>	<i>[insérer la désignation du service]</i>	<i>[unité de mesure]</i>

ANNEXE N° 10 : LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE

[Lieu, date]

À : [Nom et adresse du maître d'ouvrage]

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre à préciser], avons l'honneur, conformément à votre DAO N°du.....relatif à....., de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.

Au cas où cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entièrement disposés, sur la base du personnel proposé à entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veillez agréer, Madame/Monsieur....., l'expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat :

Adresse :

ANNEXEN°11 : MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNEL SPECIALISE PROPOSE

Poste :

..... Nom du Candidat :

..... Nom de l'employé :

..... Profession :

..... Diplômes :

.....

. Date de naissance :

..

..... Nombre d'années d'emploi par le Candidat

:..... Nationalité :

Affiliation à

des associations/groupements professionnels :

.

.....

Attributions spécifiques :

.....

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l'expérience de l'employé les plus utiles

à ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]

.....

Formation :

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l'employé, en

indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation,

ainsi que les diplômes obtenus.]

Pièces Annexes :

- Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l'ordre du

corps de métier

- Attestation de disponibilité

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l'employé depuis la fin de ses études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de l'employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d'activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

Connaissances informatiques :

[Indiquer, le niveau de connaissance]

Langues :

[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la langue lue/écrite/ parlée.]

Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

..... Date :

[Signature de l'employé et du représentant habilité du consultant]

Jour/mois/année

Nom de l'employé :

Nom du représentant habilité :

ANNEXE N° 12 : DECLARATION D'INTENTION DE SOUMISSIONNER

A insérer en annexe à la

Je soussigné,

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d'Appel d'Offres National n° *[indiquer la nature de la prestation]*.

Déclare par la présente, l'intention de soumissionner pour cet Appel d'Offres.

Fait à _____ le _____

Signature, nom et cachet du soumissionnaire

ANNEXEN°13 :. REFERENCESDU CANDIDAT

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 à 5] dernières années qui illustrent le mieux vos qualifications

À l'aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l'un des principaux partenaires d'un groupement.

Nom de la Mission :	Pays :
Lieu :	Personnel spécialisé fourni par votre société/organisme (profils) :
Nom du Client:	Nombre d'employés ayant participé à la Mission :
Adresse :	Nombre de mois de travail ; durée de la Mission :
Date de démarrage : Date d'achèvement :	Valeur approximative des services
Nom des prestataires associés/partenaires éventuels :	Nombre de mois de travail de spécialistes
fournis par les prestataires associés :	
Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l'équipe) :	
Descriptif du projet :	
Description des services effectivement rendus par votre personnel :	

Nom du candidat :

ANNEXE N°14. DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapitres :

- a) Conception technique et méthodologie,
- b) Plan de travail, et
- c) Organisation et personnel

a) Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d'expliquer la manière dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problèmes à résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l'intention d'adopter et sa compatibilité avec la conception proposée.

b) Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de l'autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit être compatible avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent être traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent être inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit être compatible avec le programme de Travail (4H)

d) Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe.

Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de l'expert responsable et une liste du personnel clé et d'appui proposé.

**ANNEXEN°15 MODELE DE FICHE D'INFORMATION RELATIVE AU
MATERIEL ESSENTIEL, LE CAS ECHEANT**

N°	Désignation et caractéristiques du matériel	Age / Etat	Nombre minimal requis	Propriétaire /location	Année d'obtention	Justificatif
1						
2						
...						
N						

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels et outils requis pour la réalisation des prestations (ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut être envisagé, la mise à disposition de ces matériels par la location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et légalisé auprès des administrations compétentes.]

Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas échéant

**ANNEXEN°16 MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE VISITE DUS
ITE**

Je soussigné M. _____

Représentant l'Entreprise _____

Reconnais avoir visité ce jour le _____ du mois de _____ de l'année _____

En compagnie de M. _____

Agissant en lieu et place de l'utilisateur, le site du Projet de

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M'étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

.....
.....
.....
.....
.....

N.B : le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une déclaration de visite de site.

Fait à, le

Le soumissionnaire
(Nom, prénom, signature et cachet)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DIRECTION GENERALE



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

GENERAL HOSPITAL OF YAOUNDE

DIRECTORATE GENERAL

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/HGY/CIPM/26 DU 27
MARS 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET
L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX AU SERVICE DU BLOC
OPERATOIRE DE L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE**

FINANCEMENT : Fonds propres-Exercice 2026-Ligne 24 44 04

PIECE N°11 : CHARTE D'INTEGRITE

CHARTED'INTEGRITE

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/HGY/CIPM/26 DU 26 MARS 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX AU SERVICE DU BLOC OPERATOIRE DE L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DE L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

FINANCEMENT : Fonds propres-Exercice 2026-Ligne 24 44 04

LE « SOUMISSIONNAIRE » A

MONSIEUR LE « MAITRE D'OUVRAGE »

1. Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n'est, dans l'un des cas suivants :
 - 1.1) être en état ou avoir fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, judiciaire, de cessation d'activité ou être dans toute situation analogue résultat d'une procédure de même nature ;
 - 1.2) avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée pour délit commis dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre ;
 - 1.3) en matière professionnelle, avoir commis au cours des cinq dernières années une faute grave à l'occasion de la passation ou de l'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre ;
 - 1.4) n'avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou nos obligations relatives au paiement des impôts selon les dispositions légales ;
 - 1.5) figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et tout autre Partenaire Technique et Financier, dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre ;
 - 1.6) s'être rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés dans le cadre du processus de passation du Marché ou de l'accord-cadre.
2. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n'est, dans l'une des situations de conflit d'intérêt suivantes :
 - 2.1) actionnaire contrôlant le Maître d'Ouvrage ou filiale contrôlée par le Maître d'Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l'Autorité chargé des marchés publics et résolu sa satisfaction ;
 - 2.2) avoir des relations d'affaires ou familiales avec un membre de services du Maître d'Ouvrage impliqué dans le processus de sélection ou le contrôle du marché en résultant, à moins que le

conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l'Autorité chargée des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

- 2.3) contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu'un autre soumissionnaire, recevoir d'un autre soumissionnaire ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu'un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d'avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d'influencer les décisions du Maître d'Ouvrage ;
- 2.4) être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible avec nos missions pour le compte du Maître d'Ouvrage ;
- 2.5) dans le cas d'une procédure ayant pour objet la passation d'un marché de travaux ou de fournitures ou d'un accord-cadre :
 - i) avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée ;
 - ii) être nous-mêmes ou l'une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant l'être, par le Maître d'Ouvrage pour effectuer la supervision où le contrôle des prestations dans le cadre du Marché ou de l'accord-cadre.

3. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d'une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles du droit commercial.

4. Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d'Ouvrage, qui en informera l'Autorité chargée des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 à 3 qui précèdent.

5. Dans le cadre de la passation et de l'exécution du Marché ou de l'accord-cadre :

- 5.1) Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.
- 5.2) Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) contraires à nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.
- 5.3) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à (i) toute personne détenant un mandat législatif, exécutif,

administratif ou judiciaire au sein de l'Etat, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu'elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme agent public dans l'Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles.

- 5.4) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.
- 5.5) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas d'acte susceptible d'influencer le processus de passation du Marché ou de l'accord-cadre au détriment du Maître d'Ouvrage et notamment, aucune pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à limiter l'accès au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.
6. Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d'ouvrage à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l'exécution du Marché ou de l'accord-cadre et à les soumettre pour vérification aux auditeurs désignés par l'ARMP.

Signature :

Nom :

Dûment habilité à signer l'offre pour et au nom de : _____ En date du

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DIRECTION GENERALE

**DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERS**

**STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS**

B.P 5408 Yaoundé

Tél : (237) 222.21.31.81

Fax : (237) 222.21.20.15

hopitalgeneraldeyaounde@gmail.com



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

GENERAL HOSPITAL OF YAOUNDE

GENERAL DIRECTORATE

**DIRECTORATE OF ADMINISTRATIVE AND
FINANCIAL AFFAIRS**

**INTERNAL STRUCTURE FOR THE
ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLIC
PROCUREMENT**

P.O BOX: 5408 Yaoundé

hopitalgeneraldeyaounde@gmail.com

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/HGY/CIPM/26 DU 1^{ER}
AVRIL 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET
L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX AU BLOC OPERATOIRE DE
L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE**

FINANCEMENT : Fonds propres-Exercice 2026-Ligne 24 44 04

**PIECE N°12 : ENGAGEMENT AUX CLAUSES
SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES**

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/HGY/CIPM/26 DU 1^{ER} AVRIL 2026 EN PROCEDURE
D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX AU BLOC
OPERATOIRE DE L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE
FINANCEMENT : Fonds propres-Exercice 2026-Ligne 24 44 04**

**LE « SOUMISSIONNAIRE »
A MONSIEUR LE « Maître d'Ouvrage »**

Dans le cadre de la passation et de l'exécution du Marché :

- 1) Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l'ensemble de nos sous-traitants les normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et les conventions internationales pour la protection de l'environnement en cohérence avec les lois et règlement applicables au Cameroun.
- 2) En outre, nous nous engageons également à mettre en œuvre les mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux, dans la notice d'impact environnemental et social fournie par le Maître d'Ouvrage.
- 3) Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d'ouvrage à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l'exécution du Marché et à les soumettre pour vérification aux auditeurs désignés par l'ARMP.

Signature :

Nom : _____

Dûment habilité à signer l'offre pour et au nom de : _____ En

date du _____

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DIRECTION GENERALE

**DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERS**

**STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS**

B.P 5408 Yaoundé

Tél : (237) 222.21.31.81

Fax : (237) 222.21.20.15

hospitalgeneraldeyaounde@gmail.com



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

GENERAL HOSPITAL OF YAOUNDE

GENERAL DIRECTORATE

**DIRECTORATE OF ADMINISTRATIVE AND
FINANCIAL AFFAIRS**

**INTERNAL STRUCTURE FOR THE
ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLIC
PROCUREMENT**

P.O BOX: 5408 Yaoundé

hospitalgeneraldeyaounde@gmail.com

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/HGY/CIPM/26 DU 1^{ER}
AVRIL 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET
L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX AU BLOC OPERATOIRE DE
L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE**

FINANCEMENT : Fonds propres-Exercice 2026-Ligne 24 44 04

**PIECE N°13 : JUSTIFICATIFS DES ETUDES
PREALABLES**

II- CONTEXTE /JUSTIFICATION

Dans le cadre d'un programme de remise à niveau progressive de son plateau technique et de ces infrastructures, le Directeur Général de l'Hôpital Général de Yaoundé envisage de mettre à la disposition du Bloc Opérateur des équipements médicaux destinés à être utilisés dans ce Service.

Les équipements du Bloc Opérateur sont vieux de plusieurs années et fonctionnent pour la plupart dans leurs fonctions essentielles compte tenu de leurs âges. Il convient aussi de mentionner que ces équipements ne répondent plus aux normes actuelles et à la nouvelle vision de l'Hôpital Général Yaoundé.

Les conséquences immédiates de cette situation sont :

- Des temps d'arrêt importants de ces équipements pour des besoins de réparation, maintenance et fourniture des accessoires ;
- La remise en cause de la qualité des prestations des professionnels de ce Service de l'Hôpital Général de Yaoundé ;
- Le dysfonctionnement de ce Service qui ne peut plus répondre aux besoins croissants en patients.

III- DESCRIPTION DES BESOINS

II.1. Liste des fournitures

ART. N°	DESIGNATION	QTE
1	COLONNE DE COELIOSCOPIE	01
2	BOITE INSTRUMENTS POUR DIAGNOSTIC TELESCOPIQUE ET CHIRURGIE ARTHROSCOPIQUE	01
3	BOITE D'INSTRUMENTS POUR LAPARASCOPIE	01
4	BOITE D'INSTRUMENTS POUR HYSTERESTOMIE D'APRES BETTOCCHI	01
5	BOITE D'INSTRUMENTS POUR RESECTOSCOPIE	01
6	BOITE D'INSTRUMENTS POUR CYSTOSCOPIE	01
7	BOITE D'INSTRUMENTS POUR URETHROSTOMIE	01
8	BOITE D'INSTRUMENTS POUR RESECTOSCOPIE BIPOLAIRE	01
9	BOITE D'INSTRUMENTS POUR CHIRURGIE GENERALE	01
10	BOITE D'INSTRUMENTS POUR NEUROCHIRURGIE	01

II.2.SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les fournitures et services devront répondre aux exigences suivantes :

COLONNE DE COELIOSCOPIE

QTE. : 01

Domaines d'applications :

- Chirurgie arthroscopie,
- Chirurgie urologique,
- Chirurgie viscérale,
- Chirurgie neurologique.

Composition :

- 01 unité de contrôle,
- 01 tête de caméra HD à 3 puces,
- 01 source de lumière,
- 01 bistouri électrique,
- 01 système de moteurs universel (shaver)
- 01 Pompe d'irrigation et d'aspiration pour chirurgie arthroscopique,
- 01 Pompe d'aspiration et d'irrigation pour gynécologie et urologie
- 01 moniteur médical,
- 01 chariot

UNITE DE CONTROLE

QTE. : 01

Caractéristiques techniques :

- Composition :
 - 01 unité de contrôle,
 - 01 télécommande manuelle USB,
 - 01 mémoire flash USB 8 Go,
 - 01 terminateur BUS CAN,
 - 01 câble verrouillable HDMI / DVI-D 3,0 m minimum,
- Type d'éléments de commande : Écran tactile,
- Résolution max. du signal vidéo : 1920 x 1200 pixels minimum,
- Balance des blancs, plage de température des couleurs : 2300 K - 7000 K,
- Niveau sonore : 34 dB - 48 dB max
- Zoom numérique : 1,5x maximum,
- Profils réglables individuellement : 5 pièces minimum,
- Réglage de la luminosité : Obturateur automatique + gain automatique,
- Format des images / vidéos enregistrés: JPEG, TIFF (max. 1920 x 1080) / MPEG4 (max. 1920 x 1080)
- Conditions de fonctionnement : +10 °C à +40 °C, 30 % à 75 % humidité rel., pression atmosphérique 700 hPa à 1060 hPa,
- Mode de fonctionnement : Service continu,
- Méthode de refroidissement : Ventilateurs régulés
- Interfaces Sorties vidéo : 2x 3G-SDI, 2x HDMI, 1x YC, 1x CV,

- Entrée PIP : 1x 3G-HD-SDI,
- Sortie distante : Jack 2 x 3,5 mm, stéréo,
- Port USB (face avant de l'appareil p. supports de stockage externes) : USB 2.0 (formatage FAT32/NTFS)
- Résolution (sortie HDMI) : Réglable dans menu utilisateur 1280 x 1024/60P (5:4) 1920 x 1080/60P (16:9) 1920 x 1200/60P (16:10)
- Résolution sorties SD vidéo (composite) et S-vidéo S (Y/C) : Réglable dans menu utilisateur PAL 720 x 576/50/1 (4:3) NTSC 720 x 486/59.94/1 (4:3),
- Résolution Picture-In-Picture (3G-SDI): 1280 x 720/50P (16:9) 1280 x 720/60P (16:9).

TETE DE CAMERA HD A 3 PUCES

QTE : 01

Caractéristiques techniques :

Traitement d'image numérique et transmission de signal numérique

Deux touches de tête de caméra programmables avec 4 fonctions utilisables

Départ de câble coudé à 30°

Autoclavable,

Traitables en machine

Convient pour procédé à basse température

Capteur : 3x 1/3" CCD

Commande : 0 2 touches de tête programmables avec 4 fonctions,

Conditions de fonctionnement : +10 °C à +30 °C, 20 % à 75 % humidité rel., pression atmosphérique 700 hPa à 1060 hPa

Filetage d'objectif : C-Mount universel

Remplacement du câble et fermeture d'oculaire clipsable possible sur place

Poids de la tête de caméra (sans câble) : 170 g maximum

Longueur de la tête de caméra (sans câble) : 105 mm minimum,

Longueur de câble: 3 m - 5 m

Départ de câble: 30°

Livré avec :

- 01 (01) objectif RIWO :
 - C-Mount, f = 14mm,
 - C-Mount, f = 24 mm
- 01 (un) objectif zoom RIWO: C-Mount, f =13 – 29 mm,
- 01 (un) panier-tamis pour tête de caméra,
- 01 (un) bac en plastique pour stérilisation et stockage pour tête de caméra.
-

SOURCE DE LUMIERE LED

QTE. : 01

Caractéristiques techniques :

- Type de lampes à utiliser: LED haute puissance
- Vie utile de la lampe: 30 000 h minimum,
- Luminosité en lumen : 1900 lm minimum
- Puissance lumineuse vs xénon en watts 300 W minimum
- Température de couleur: 6500 K minimum,
- Réglage de luminosité : 0 - 100 %
- Niveau sonore: 25 dB(A)
- Mode de fonctionnement : Service continu,
- Conditions de fonctionnement : +10 °C à +40 °C, humidité rel. de 30 % à 75 %, pression atmosphérique de 700 hPa à 1060 hPa
- Câbles de lumière compatibles Wolf, Storz, Olympus, ACMI
- Méthode de refroidissement : Caloduc passif, ventilateur

Livré avec :

- 02 (deux) câbles lumière à fibres complet composé de standard:
 - 01 (un) câble lumière à fibre et 01 adaptateur côté source de lumière
 - 01 (un) adaptateur côté endoscope,

CHARIOT UNIVERSEL MOBIL TROIS ETAGES

QTE. : 01

Caractéristiques techniques :

- Goulotte de câbles intégrée,
- 03 plaques d'appui : largeur 370 mm minimum, dont 2 réglables en continu,
- 04 roues pivotantes doubles, dont 2 avec blocage double,
- Profils latéraux en aluminium avec points de montage pour installation de bras pivotant et d'une vaste gamme d'accessoires
- Dimensions (l x h x p) : 720 x 1518 x 700 mm
- Composants électriques composé de :
 - 01 boîtier de base avec transformateur de séparation,
 - 01 contrôleur d'isolation barre multiprise avec module d'interrupteur principal,
 - Affichage du contrôle d'isolation et 12 connecteurs,
 - 06 câbles de raccordement des appareils,
 - 01 câble d'alimentation de 5,5 m,
 - 01 transformateur de séparation 220-230 V, 2000 VA,
- 01 bras pivotant latéral,

MONITEUR MEDICAL LCD

QTE. : 01

Caractéristiques techniques :

- Diagonale d'image : 27"
- Résolution / rapport largeur/hauteur : 3840 x 2160 / 16:9 minimum
- Rétro éclairage : LED
- Technologie de panneau : Matrice active TFT
- Couleurs d'écran : 1.073.741.824

- Contraste : 1.000.000 : 1 minimum,
- Luminance : 2.250 cd/m² maximum,
- Champ de vision : 178° H / 178° V minimum,
- Entrée / sortie vidéo (SD) :
 - Entrée : 1x HDMI 2.0b, 1x DVI-D, 1x 3G/HD/SD-SDI, 2x port d'écran,
 - Sortie : 1x DVI-D, 1x 3G/HD/SD-SDI, 1x port d'écran

Livré avec :

- Bras pivotant Fixation latérale dans un profil en aluminium
- Adaptateur secteur pour bloc d'alimentation externe
- Housse de protection pour moniteur 27"

BISTOURI ELECTRIQUE

QTE.: 01

Caractéristiques techniques :

- Courants : monopolaires/bipolaires
- **Puissance de sortie : 400 W maximum**
- **Puissance de coupe monopolaire : 400 W maximum;**
- Puissance de coagulation monopolaire 200 W minimum ;
- Puissance de coupe bipolaire : 200 W minimum ;
- Puissance coagulation bipolaire :100 W minimum ;
- Affichage puissances : Ecran numérique à 3 chiffres minimum ;
- Sorties :
 - 01 monopolaire minimum,
 - 0/1 bipolaire minimum ;
- Sécurité :
 - Contrôle sécurité plaque ;
 - Contrôle de puissance automatique ;
 - Limitation automatique de tension ;
 - Sécurité d'excès de puissance ;
 - Limitation de courants de fuite HF ;
 - Protection décharge ;
- Protection en court-circuit ;
- Commande à distance via la manche porte électrode ou la pédale

Livré avec :

- 04 (deux) électrodes neutres réutilisables en silicone à une zone
- 01 (une) pédale double antidéflagrante
- 02 (deux) manches porte-électrodes réutilisables avec deux interrupteurs
- 02 (deux) manches porte-électrodes réutilisables avec un interrupteur
- 02 (deux) câbles de raccordement monopolaire standard de quatre mètres de longueur, réutilisable, nettoyable et stérilisable en autoclave,

- 02 (deux) câbles de raccordement bipolaire réutilisable pour pincettes bipolaires standard de quatre mètres de longueur ;
- 02 (deux) pinces monopolaires coudées mors lisses réutilisables, longueur: 20 cm ;
- 02 (deux) pinces monopolaires baïonnettes mors lisses réutilisables, longueur: 20cm
- 02 (deux) pinces monopolaires droit mors lisses réutilisables, longueur: 20 cm ;
- 02 (deux) pinces bipolaires droites mors lisses réutilisables, longueur:18 cm ;
- 02 (deux) pinces bipolaires coudées mors lisses réutilisables, longueur:18 cm ;
- 02 (deux) pinces bipolaires baïonnette mors lisses réutilisables, longueur: 20 cm ;
- 02 (deux) kits d'électrodes monopolaires usage unique pour coupe et coagulation, emmanchement de 2.4 mm de diamètre composés de : Electrode boule, électrode anse à fil en tungstène, électrode aiguille, électrode aiguille en tungstène, électrode couteau, électrode spatule formable, électrode spatule, électrode de coagulation

SYSTEME DE MOTEURS UNIVERSEL(SHAVER)

QTE. : 01

Caractéristiques techniques :

- Système de moteurs universel pour l'orthopédie et la chirurgie rachidienne,
- Dédié pour le raccordement de poignées-moteurs pour les applications de shaver et haute vitesse
- Mode commande : Interrupteur à distance à 02 pédales+02 touches
- Compatibilité électromagnétique CEM conformément : CEI / EN 60601-1-2
- Protection contre l'électrocution : Partie appliquée du type BF
- Degré de protection contre la pénétration de liquide : P 20 (non protégé)
- Mode de fonctionnement : Service continu
- Moteur poignée :
 - Vitesse : 16000trs/min maximum,
 - Câble de connexion amovible de longueur: 3,0 m minimum,
 - Commande avec champ de touches et interrupteur à pédale,
 - Diamètre d'instruments pour Shaver : 2-6,5 mm

Livré avec :

- Bac de stérilisation : (lxhxp) 400x60x200mm minimum
- Poignées-moteurs pour l'entraînement d'instruments rotatifs dotés d'une touche de fonction Power Stick, grande interface à usage multiple
- Résecteur lisse Ø 3,5mm
- Résecteur lisse Ø 3,5mm
- Résecteur lisse Ø 5,5mm
- Couteaux rotatifs et fraises rotatives à usage multiple pour poignées-moteurs Power Stick , grande interface
- Résecteur convexe courbe lisse Ø 3,5mm
- Résecteur convexe courbe lisse Ø 4,5mm
- Résecteur concave courbe lisse Ø 3,5mm
- Résecteur concave courbe lisse Ø 4,5mm
- Couteaux rotatifs et fraises rotatives à usage multiple pour Micro Stick S1 petite interface

- Résecteur denté Ø 2mm
- Résecteur denté Ø 3,5mm
- Résecteur denté Ø 4,5mm 4,5 mm 89971.0034
- Résecteur denté, Ø 2,5mm 80 mm 2,5 mm 899710132
- Résecteur agress Ø 2,7mm rouge 80 mm 2,7 mm 899710332

POMPE D'IRRIGATION ET D'ASPIRATION POUR CHIRURGIE ARTHROSCOPIQUE

QTE :01

Caractéristiques techniques :

- Domaines d'application :
 - Endoscopie arthroscopique,
 - Chirurgie endoscopique de la colonne vertébrale,
- Plage de pression (pré réglable sans paliers): 15–200 mmHg,
- Puissance de pompage (pré réglable par pas de 50 ml) : 0–2 l / min

Livré avec :

- Interrupteur à pédale
- Irrigation :
 - 10 (dix) Set de tuyaux d'irrigation réutilisable avec mandrin de perforation avec raccord Luer-Lock, autoclavable,
 - 10 (dix) membranes de rechange incluses réutilisables pour 20 cycles de traitement
- Aspiration :
 - 10 (dix) lot des tubulures réutilisable pour vide, avec filtre avec filtre hygiénique intégré, durée d'utilisation 30 jours (connecté à la pompe d'irrigation).

POMPE D'ASPIRATION ET D'IRRIGATION POUR GYNECOLOGIE ET UROLOGIE

QTE. : 01

Caractéristiques techniques :

- Domaines d'applications :
 - Hystérocopie,
 - Laparoscopie,
 - Urologie
- Interrupteur à pédale,
- Plage de débit de consigne :
 - Hystérocopie : 800 ml/min maximum non réglable,
 - Endo-urologie : 10 - 800 ml/min maximum,
 - Laparoscopie : 0,1 - 1,8 l/min.
- Débit d'aspiration : 2 l/min maximum,
- Plage de pression de consigne de sortie :
 - Hystérocopie : 15 - 200 mmHg,
 - Endo-urologie : 15 - 90 mmHg / 20 - 120 cmH2O,
 - Laparoscopie : 300 mmHg réglage fixe,
- Pression : 0 - 300 mmHg,
- Manque-9 990 à +9 990 ml/0 à 99,9 l,
- Gestion de fluides pour l'équilibre des fluides
- Colonne mobile avec capteurs de pesage intégrés et support pouvant accueillir jusqu'à 4 poches de fluides d'irrigation

Livré avec :

- Irrigation :
 - 04 (quatre) sets de tuyaux réutilisable avec mandrin de perforation, raccord LUER-Lock, autoclavable, 10 membranes de rechange, à usage multiple pour 20 cycles de traitement,
- Aspiration :
 - 04 (quatre) sets de tuyaux pour vide avec filtre avec filtre hygiénique intégré, conditionnement 10 pièces, Durée d'utilisation 30 jours connecté à la pompe d'irrigation,
 - 04 (quatre) tuyau d'irrigation Longueur 1,2 m minimum, avec Luer Lock, pour poignée d'aspiration et d'irrigation et set de tuyaux,
 - 04 (quatre) tuyau d'aspiration Longueur : 3 m minimum pour poignée d'aspiration et d'irrigation,
 - 08 (huit) collecteur de sécrétions à usage multiple avec couvercle : 2 litres minimum

BOITES D'INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

DESIGNATION	QTE
BOIE D'INSTRUMENTS POUR DIAGNOSTIC TELESCOPIQUE ET CHIRURGIE ARTHROSCOPIQUE Les instruments seront livrés dans une boîte de conservation en acier inoxydable	
Panier de nettoyage, stérilisation et stockage, pour un endoscope rigide, avec supports pour adaptateur au raccord de câble de lumière, porte-optique en silicone et couvercle, dimensions extérieures (l x p x h): 430 x 65 x 52 mm, à utiliser pour les endoscopes rigides de diamètre 10 mm max. et longueur utile 34 cm	02
Câble de lumière à fibre optique, raccord droit, diamètre : 3,5 mm, longueur: 230 cm	01
Panier de nettoyage, stérilisation et stockage, pour urétéro-rénoscopes pédiatriques, néphroscopes pour MIP M et XS/S et hystérocopes compacts miniatures d'une longueur utile maximale de 27 cm, avec adaptateur de nettoyage et de désinfection, avec couvercle, panier pour pièces détachées et porte-optique en silicone, dimensions extérieures : (l x p x h): 460 x 150 x 80 mm, pour instruments de 27 cm maximum.	01
Câble HF bipolaire, longueur : 300 cm,	03
Ballon Cathéter, diamètre : 1.0 mm, longueur : 40cm, volume : 0.20 ml, stérile, usage unique, Conditionnement : paquet de 10 pièces.	01
Bac en matière plastique avec couvercle transparent et tapis en silicone pour stérilisation et stockage de sets d'instruments, pour stockage sur deux niveaux (1 plateau de stockage intermédiaire), dimensions extérieures (l x p x h): 545 x 260 x 115 mm Composition : <ul style="list-style-type: none"> • Tige de fixation, un paquet de 12 pièces, • Barrette de maintien en silicone, paquet de 12 pièces. 	01
Optique HOPKINS® grand champ à vision for oblique de 30°, grand angle, diamètre : 4 mm, longueur : 18 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur: rouge	01
Chemise d'arthroscopie High-Flow, avec verrouillage d'optique Snap-in, diamètre 6 mm, longueur utile 13,5 cm, extrémité distale conique, avec orifices d'irrigation, deux robinets, rotative, à utiliser avec Optiques HOPKINS® de 30°, 70° et mandrins, code couleur: rouge	01
Mandrin, mousse, code couleur: vert-rouge-jaune, à utiliser avec les chemises d'arthroscopie	01
Panier de nettoyage, stérilisation et stockage, pour un endoscope rigide de diamètre 5 mm et de longueur : 20 cm, avec supports pour adaptateur au raccord de lumière, porte-optique en silicone et couvercle, dimensions extérieures (l x p x h): 290 x 60 x 52 mm	01
Pince basket tranchante, à stries transversales, largeur de coupe : 3,4 mm, mors courbés à 15° vers le haut, diamètre de la tige : 3,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm	01

Pince basket, tranchante, à stries transversales, largeur de coupe 2,7 mm, mors droits, diamètre de la tige 3,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm	01
Side Punch, tranchant, bords dentés, largeur de coupe 4,3 mm, mors coudés à 45° vers la gauche, diamètre de la tige 3,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm	01
Side Punch, tranchant, bords dentés, largeur de coupe 4,3 mm, mors coudés à 45° vers la droite, diamètre de la tige 3,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm	01
Ciseaux s, droit	01
Pince à préhension à mors brochet, mors droits, tige droite de diamètre 3,5 mm, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm	01
Panier en acier inoxydable, pour stérilisation, stockage et transport de 12 pinces, avec couvercle, mécanisme de verrouillage et poignée, panier amovible avec support double en silicone pour 12 instruments minimum.	01
Palpateur, gradué, diamètre 3.5 mm, longueur utile 12 cm, longueur du crochet 4 mm	01
Curette, ovale, grand modèle, coudée à 20° vers le haut, à double tranchant, longueur utile 13 cm	01
Râpe d'après STROBEL, étroite, droite, fine, longueur utile 13 cm	01
Instrument pour micro-facture, droit, longueur utile 12 cm	01
Instrument pour micro-facture, coudé, 30°, longueur utile 12 cm	01
Instrument pour micro-facture, coudé, 70°, longueur utile 12 cm	01
Prélève-tendon, diamètre 7 mm, longueur 30 cm	01
Prélève-tendon ouvert, diamètre 7.5 mm, longueur 30 cm	01
Crochet, pour tendon	01
Brucelle chirurgical à deux dents, moyen, courbe, longueur : 14. 5 cm.	01
Élévateur d'après PLESTER, largeur : 8 mm, longueur : 18 cm	01
Platine de dissection pour tendon, se composant de : Platine de dissection de rechange, Dispositif de fixation FLIPPTACK, Plaque de dissection, blanche, Coulisseau de mesure, Coulisseau de tension 2 Dispositif de serrage	01
Pince à fil	01
Calibrateur de tendon , taille : 6 - 10.5 mm par intervallede 0.5 mm	01
Guide de visée tibial du ligament croisé antérieur	01
Gant de baseball de suture, longueur : 23 cm	01
Foret, canulé, diamètre 4,5 mm	01
Foret, canulé, diamètre 7 mm	01
Foret, canulé, diamètre 7,5 mm	01
Foret, canulé, diamètre 8 mm	01
Foret, canulé, diamètre 8,5 mm	01
Foret, canulé, diamètre 9 mm	01
Foret, canulé, diamètre 10 mm	01
Règlette graduée, longueur 23 cm	01
Poignée à crémaillère	01
Insert pour guide de visée fémoral, pour reconstruction du LCA par voie d'abord médiane, avec offset de 8 mm.	01
Insert pour guide de visée fémoral, pour reconstruction du LCA par voie d'abord médiane, avec offset de 9 mm.	01
Insert pour guide de visée fémoral, pour reconstruction du LCA, avec offset de 10 mm.	01

Insert avec calibrage 8 mm	01
Broche de forage, à pointe filetée, avec œillet, diamètre 2,4 mm, longueur 38 cm, non stérile, à usage unique, paquet de 6	01
Broche de KIRSCHNER, pointe pyramidale, diamètre 2,4 mm, longueur 32 cm, non stérile, à usage unique, paquet de 10	01
Ciseau à entaill . Longueur : 15 cm	01
Bac plastique pour stérilisation et stockage, perforé, avec couvercle transparent, pour stockage sur deux niveaux, pour pinces et instruments, dimensions extérieures (l x p x h): 520 x 250 x 145 mm. A utiliser avec les pinces et instruments. Les bacs en matière plastique sont stérilisables à la vapeur, au gaz et au plasma.	01
Tournevis, canulé, taille 8 - 11 mm, poignée avec raccord pour nettoyage A utiliser avec les vis biorésorbables de diamètre 8 - 11 mm et les tiges de guidage en nitinol.	01
Tournevis , canulé, taille 7, poignée avec raccord pour nettoyage A utiliser avec les vis biorésorbables de diamètre 7 mm et les tiges de guidage en nitinol.	01
Tige de guidage en nitinol, diamètre 1,1 mm, longueur 25,5 cm, non stérile, à usage unique, paquet de 6, A utiliser avec les tournevis.	01
Vis d'interférence, biorésorbable MegaFix, diamètre 7 mm, longueur 23 mm, stériles	10
Vis d'interférence, biorésorbable MegaFix, diamètre 8 mm, longueur 23 mm, stériles	10
Vis d'interférence, biorésorbable perforée MegaFix, diamètre 8 mm, longueur 28 mm, stériles	10
Vis d'interférence Biorésorbable, diamètre perforé :9 mm, longueur : 28 mm, stérile	10
Vis d'interférence Biorésorbable, diamètre perforé :9 mm, longueur : 28 mm, stérile	10
Pince emporte-pièce pour os d'après BEYER, mince, courbée, longueur 17 cm	10

BOITE D'INSTRUMENTS POUR LAPARASCOPIE

Les instruments seront livrés dans une boîte de conservation en acier inoxydable

DESIGNATION	QTE
Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°, diamètre 10 mm, longueur 31 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur: vert	01
Optique HOPKINS® grand champ à vision forobliquue de 30°, diamètre 10 mm, longueur 31 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur: rouge	01
Canule pour pneumopéritoine d'après VERESS, avec canule intérieure mousse à ressort, raccord LUER, autoclavable, diamètre 2,1 mm, longueur 13 cm	01
Trocart, diamètre 11 mm, code de couleur: vert, se composant de: <ul style="list-style-type: none"> • 01 (un) mandrin de trocart, pointe triangulaire, • 01 (une) chemise de trocart sons valve, avec robinet d'insufflation, longueur 10.5 cm, • 01 (une) valve multifonctionnelle diamètre 11 mm 	02
Trocart, diamètre 6 mm, code de couleur: noir, se composant de: <ul style="list-style-type: none"> • 01 (un) mandrin de trocart, pointe triangulaire, • 01 (une) chemise de trocart sons valve, avec robinet d'insufflation, longueur 10.5 cm , • 01 (une) valve multifonctionnelle diamètre 6 mm 	04
Pince à préhension universelle CLICKLINE d'après KELLY, rotatif, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre : 5 mm, longueur : 45 cm, double action Composition : <ul style="list-style-type: none"> • 01 (un) poignée en matière plastique, • 01 (une) chemise extérieure métallique, • 01 (un) insert de pince 	01

<p>Pince de préhension CLICKLINE d'après MANHES, « mors tige », rotative, démontable, isolée, avec raccord pour coagulation unipolaire, avec raccord d'irrigation LUER-LOCK pour nettoyage, un mors mobile, 2X4 dents pour saisir et déloger les organes solide en particulier lors de d'une adhésiolyse, diamètre : 5mm, longueur: 45 cm, se composant de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 (un) poignée en matière plastique, avec crémaillère d'après MANHES, • 01 (une) chemise extérieure métallique, isolée, • 01 01 (un) insert de pince. 	01
<p>Ciseaux CLICKLINE, rotatifs, démontables, isolés, avec raccord pour coagulation unipolaire, avec raccord d'irrigation LUER-Lock pour nettoyage, deux mors mobiles, mors dentés, courbés en forme de cuillère, diamètre 5 mm, longueur 36 cm se composant de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01(un) poignée en matière plastique, sans crémaillère, surface d'appui large, • 01 (une) chemise extérieure métallique • 01 (un) insert de ciseaux 	01
<p>Insert de ciseaux CLICKLINE avec chemise extérieure, courbé, deux mors mobiles, mors en forme de cuillère, longueur des mors 17 mm, diamètre 5 mm, longueur 36 cm, stérile, à usage unique, paquet de 10</p>	05
<p>Pince à préhension CLICKLINE d'après BABCOCK, rotatif démontable, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre: 5 mm, longueur : 36 cm, atraumatique, plusieurs mors Simple action. Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 (un) poignée en matière plastique, • 01 (une) chemise extérieure métallique, • 01 (un) insert de pince. 	01
<p>Pince à préhension CLICKLINE, rotatif, démontable, avec raccord pour coagulation unipolaire, diamètre: 5 mm, longueur : 36 cm, atraumatique, plusieurs mors Simple action. Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 (un) poignée en matière plastique, • 01 (une) chemise extérieure métallique, • 01 (un) insert de pince. 	01
<p>Insert de pince CLICKLINE d'après BABCOCK, atraumatique, dents, simple action, diamètre : 5mm, longueur : 36 cm.</p>	01
<p>Pince de préhension CLICKLINE d'après MANHES, « mors tige », rotative, démontable, isolée, avec raccord pour coagulation unipolaire, avec raccord d'irrigation LUER-LOCK pour nettoyage, un mors mobile, insert à plusieurs dents, diamètre : 5mm, longueur: 36 cm, se composant de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 (un) poignée en matière plastique démontable, • 01 (une) chemise extérieure, isolée, • 01 (un) insert de pince. 	01
<p>Pince à préhension RoBi® d'après KELLY, modèle CLERMONT-FERRAND, rotative, démontable, avec raccord pour coagulation bipolaire, particulièrement indiquée pour la dissection, deux mors mobiles, diamètre 5 mm, longueur 36 cm, code couleur: bleu clair se composant de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 (un) poignée en matière plastique RoBi®, sans crémaillère 38600 • 01 (une) chemise extérieure métallique RoBi®, • 01 (un) insert de pince RoBi® 	01
<p>Pince à préhension RoBi®, modèle CLERMONT-FERRAND, rotative, démontable, avec raccord pour coagulation bipolaire, à dents particulièrement fines et atraumtiques, mors fenestrés, deux mors mobiles, diamètre 5 mm, longueur 36 cm, se composant de</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 (un) Poignée en matière plastique RoBi®, sans crémaillère, • 01 (une) chemise extérieure métallique RoBi®, <p>01 (un) insert de pince RoBi</p>	01
<p>Electrode de dissection et de coagulation d'après CADIÈRE, chemise isolée, avec raccord pour coagulation unipolaire, en forme de L, graduée en cm, extrémité distale pointue, diamètre 5 mm, longueur 36 cm</p>	01

Macro porte-aiguille d'après KOH, mors en carbure de tungstène, poignée ergonomique droite à crémaillère désactivable, position d'arrêt à droite, mors courbés à gauche, diamètre 5 mm, longueur 33 cm, à utiliser avec du matériel de suture 0/0 ' 7/0 et des aiguilles BV, SH ou CT-1	01
Macro porte-aiguille d'après KOH, mors en carbure de tungstène, poignée ergonomique droite à crémaillère désactivable, position d'arrêt à gauche, mors courbés à droite diamètre 5 mm, longueur 33 cm, à utiliser avec du matériel de suture 0/0 ' 7/0 et des aiguilles BV, SH ou CT-1	01
Pousse-nœud d'après CIRAVOLO, pour technique de nœuds extracorporels, extrémité distale fenêtrées en forme de L, pour fixation fiable de nœuds simples, diamètre 5 mm, longueur 36 cm	01
Aiguille haute fréquence, d'après MANHES, isolée, pour scission et coagulation, pour 2 ponctions ou plus, diamètre 5 mm	01
Tube d'irrigation et d'aspiration, avec orifices latéraux, surface extérieure dépolie, avec robinet deux-voies pour manipulation à une main, diamètre 5 mm, longueur 36 cm	01
Câble de lumière à fibre optique, raccord droit, thermorésistant, transmission améliorée de la lumière, avec raccord de sécurité, diamètre : 4,8 mm, longueur : 250 cm	01
Bac en matière plastique pour stérilisation et stockage, avec rack amovible pour instruments et panier pour le stockage de 12 instruments de 2.5 à 10 mm de diamètre et de 6 trocarts maximum, perforé, avec couvercle transparent, dimensions extérieures (l x p x h): 532 x 254 x 165 mm	01
Panier de nettoyage, stérilisation et stockage, pour un endoscope rigide, avec supports pour adaptateur au raccord de lumière, porte-optique en silicone et couvercle, dimensions extérieures (l x p x h): 430 x 65 x 52 mm, à utiliser avec les endoscopes rigides de diamètre 10 mm maximum et longueur utile 34 cm.	02
Pince utérine 20 - 23 cm	10
Spéculum de Collin 90 - 11 cm	06
Pince à biopsie utérine 21 cm	04
Pince à curette d'avortement 27 cm	04
Forceps obstétrique 20 - 23 cm	02
Ecarteur de doyen 90 - 11 cm	06
Manipulateur utérin d'après KECKSTEIN complet Composition :: <ul style="list-style-type: none"> • 01 (un) poignée, • 01 (une) chemise de manipulateur, • 01 (une) cloche de diamètre: 37 mm et longueur 30 mm • 01 (une) cloche, diamètre : 42 mm, longueur : 30 mm, • 01 (un) insert fileté, diamètre : 15 mm, • 01 (un) insert fileté de diamètre 20 mm, • 01 (un) insert de travail de longueur: 60 mm, • 01 (un) insert de travail, longueur 40 mm, • 01 (un) segment de tuyau en Y, • 01 (un) raccord LUER-Lock pour tuyau • 01 (un) Joint, • 01 (un) insert de travail pour chromopertubation, longueur 30 mm, • 01 (un) insert de travail, atraumatique, longueur 60 mm, • 01 (une) pince à mors type Pozzi, longueur 22 cm • 01 (un) porte-pince de Pozzi, • 01 (un) tuyau de perturbation 	01
N.B : Le set décrit ci-dessus est destiné uniquement à l'hystérectomie totale par laparoscopie (HTL).	

BOITE D'INSTRUMENTS POUR HYSTERESTOMIE D'APRES BETTOCCHI

Les instruments seront livrés dans une boîte de conservation en acier inoxydable

DESIGNATION	QTE
Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°, diamètre : 2,9 mm, longueur 30 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur : rouge	01
Chemise intérieure d'après BETTOCCHI®, diamètre 4,3 mm, avec canal opérateur pour instruments chirurgicaux semi-rigides de 5 Charr., Composition <ul style="list-style-type: none"> 01 (une) chemise intérieure, 01 (un) raccord LUER-Lock pour tuyau. 	01
Chemise extérieure d'après BETTOCCHI®, diamètre : 5 mm composition: <ul style="list-style-type: none"> 01 (une) chemise extérieure, 01 (un) raccord LUER-Lock pour tuyau. 	01
Câble de lumière à fibre optique, raccord droit, thermorésistant, avec raccord de sécurité, transmission améliorée de la lumière, pour applications au vert d'indocyanine, diamètre : 3,5 mm, longueur: 230 cm	01
Pince à biopsie et à préhension, semi-rigide, deux mors mobiles, 5 Charr., longueur : 34 cm	01
Ciseaux, pointus, un mors mobile, semi-rigide, 5 Charr., longueur : 34 cm	01
Electrode de dissection bipolaire, semi-rigide, 5 Charr., longueur : 42 cm	01
Pince à mors type «Pozzi» avec aiguillon d'après HESSELING et DI SPIEZIO SARDO, semi-rigide, deux mors mobiles, 5 Charr., longueur : 34cm	01
Câble HF bipolaire, longueur : 300 cm. utilisation avec AUTOCON® III 300/400, AUTOCON® II 400 SCB (séries 111, 113, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80, coagulateurs 26021 B/C/D, 860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® (séries 50, 200,350), coagulateurs Erbe, séries T et ICC	01
Valve d'étanchéité pour canal opérateur des instruments de 3 - 7 Charr., à usage unique, stérile, paquet de 10	05
Conteneur plastique pour la stérilisation et le rangement de divers jeux d'instruments Composition : <ul style="list-style-type: none"> 01 conteneur, Tige de fixation, 01paquet de 12, Barrette de maintien en silicone paquet de 12. 	01
Panier de nettoyage, stérilisation et stockage, pour un endoscope rigide, avec supports pour adaptateur au raccord de lumière, porte-optique en silicone et couvercle, dimensions extérieures (l x p x h): 430 x 65 x 52 mm, à utiliser avec les endoscopes rigides de diamètre :10 mm maximum et longueur utile : 34 cm	01

BOITE D'INSTRUMENTS POUR RESECTOSCOPIE

Les instruments seront livrés dans une boîte de conservation en acier inoxydable

DESIGNATION	QTE
Optique HOPKINS® grand champ à vision de 12°, diamètre : 4 mm, longueur 30 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur : noir	01
Set de Poignée bipolaire. Coupe passive par action du ressort. Anneau mobile de positionnement du pouce. En position de repos, la pointe de l'électrode se trouvant à l'intérieur de la chemise. composition : <ul style="list-style-type: none"> 01 (un) Poignée passive, bipolaire, 02 (deux) anses de résection bipolaire, 01 (une) électrode de résection bipolaire, pointue, 01 (une) électrode de coagulation half moon®, bipolaire, sphérique 01 (un) câble HF bipolaire de protection, 01 (une) gaine de protection 	01

Câble HF bipolaire, longueur : 400 cm, avec identification par radiofréquence (RFID) Utilisable 20 fois minimum. Utilisation avec les résecteurs bipolaires	01
Anse de résection, bipolaire, 26 Charr., diamètre de chemise : 8 mm, à utiliser avec les chemises de résecteur et l'optique HOPKINS® , code couleur : jaune	12
Electrode de coagulation bipolaire, sphérique, 24 Charr., code couleur: jaune, à utiliser avec l'optique HOPKINS®	06
Electrode de résection, bipolaire, pointue, 26 Charr., diamètre de chemise 8 mm. A utiliser avec les chemises de résecteur, 'optique HOPKINS® . code couleur : jaune	06
Chemise de résecteur, 26 Charr., extrémité de chemise biseautée, chemise intérieure rotative avec isolation céramique, encliquetable, à utiliser avec les poignées et l'optique HOPKINS® 12°. Code couleur : jaune. Composition <ul style="list-style-type: none"> • Chemise de résecteur, • Chemise intérieure, • Tuyau d'arrivée et d'évacuation, • Set de raccords LUER-lock 	01
Mandrin standard, code couleur: jaune, à utiliser avec les chemises de résecteur	01
Panier de nettoyage, stérilisation et stockage, pour un endoscope rigide, avec supports pour adaptateur au raccord de lumière, porte-optique en silicone et couvercle, dimensions extérieures (l x p x h): 430 x 65 x 52 mm, à utiliser avec les endoscopes rigides de diamètre 10 mm maximum et longueur utile 34 cm	01
Conteneur en plastique pour la stérilisation et le rangement de divers jeux d'instruments se composant de: <ul style="list-style-type: none"> • 01 (un) conteneur, • 01 (une) tige de fixation, paquet de 12, • 01 (une) barrette de maintien en silicone paquet de 12 	01

BOITE D'INSTRUMENTS POUR CYSTOSCOPIE

Les instruments seront livrés dans une boîte de conservation en acier inoxydable

DESIGNATION	QTE
Câble de lumière à fibre optique, raccord droit, thermorésistant, avec raccord de sécurité, transmission améliorée de la lumière, pour applications au vert d'indocyanine, diamètre : 3,5 mm, longueur : 230 cm	01
Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°, diamètre : 4mm, longueur 30 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur : rouge	01
Chemise de cysto-urétroscope, 22 Charr., code couleur : bleu. Se composant de : <ul style="list-style-type: none"> • 01 (une) chemise • 01 (un) mMandrin et • 02 (deux) raccords LUER-Lock 	01
Chemise de cysto-urétroscope, 17 Charr., code couleur : jaune. Se composant de : <ul style="list-style-type: none"> • (une) chemise de cysto-urétroscope, • 01 (un) mandrin, • 02 (deux) raccords LUER-Lock 	01
Insert d'examen, avec 2 entrées verrouillables	1
Insert de travail, avec levier directionnel d'ALBARRAN, avec 2 entrées verrouillables, commande rapide, tige incluse dans la livraison	01
Pince à biopsie, coupante, deux mors mobiles, pour coagulation unipolaire	01
Pince pour extraction de corps étrangers, ouverture bilatérale, flexible, 9 Charr., longueur:40cm	01
Pince à biopsie, ouverture bi- latérale, flexible, 9 Charr., longueur: 40 cm	01
Ciseaux, ouverture bilatérale, flexible, 9 Charr., longueur: 40cm	01
Electrode à bille, 4 Charr., longueur : 53 cm	01

Panier de nettoyage, stérilisation et stockage, pour un endoscope rigide, avec supports pour adaptateur au raccord de lumière, porte-optique en silicone et couvercle, dimensions extérieures (l x p x h): 430 x 65 x 52 mm, à utiliser avec les endoscopes rigides de diamètre 10 mm maximum. et longueur utile 34 cm	01
Conteneur en plastique pour la stérilisation et le rangement de divers jeux d'instruments ; Se composant de: <ul style="list-style-type: none"> • 01(un) Conteneur, • 01 (une) tige de fixation, paquet de 12 pièces, • 01 (une) barrette de maintien en silicone, paquet de 12 pièces 	01
Câble HF unipolaire, avec prise de 5 mm, longueur : 300 cm.	01

BOITE D'INSTRUMENTS POUR URETHROSTOMIE

Les instruments seront livrés dans une boîte de conservation en acier inoxydable

DESIGNATION	QTE
Optique HOPKINS, grand angle, à vision directe de 0°, 4 mm ø, stérilisable en autoclave, avec 1 guide intégré de lumière à fibres optiques, code de couleur: vert	01
Elément de travail,	01
Chemise d'uréthrostome d'après SACHSE, 21 Charr., avec canal pour bougies FILIFORM	01
Mandrin pour chemise d'uréthrostome 21 Charr.	01
Chemise auxiliaire, ouverture latérale, pour l'entrée des cathéters ballonnés à enfiler sur chemise d'uréthrostome	01
Insert d'examen, avec canal pour instruments de 5 Charr.	01
Chemise d'appoint, pour irrigation et aspiration continues, à faire coulisser sur la chemise d'uréthrostome	01
Bistouri d'après SACHSE droit. Conditionnement : Boîte de 06(six) pièces	01
Bistouri crochu. Conditionnement : Boîte de 06(six) pièces	01
Bac en matière plastique pour stérilisation et stockage de sets d'instruments, perforé, avec couvercle transparent et tapis en silicone, pour stockage sur deux niveaux (1 plateau de stockage intermédiaire), dimensions extérieures (l x p x h): 545 x 260 x 115 mm	01
Panier de nettoyage, stérilisation et stockage, pour un endoscope rigide, avec supports pour adaptateur au raccord de lumière, porte-optique en silicone et couvercle, dimensions extérieures (l x p x h): 430 x 65 x 52 mm	01

BOITE D'INSTRUMENTS POUR RESECTOSCOPIE BIPOLAIRE

Les instruments seront livrés dans une boîte de conservation en acier inoxydable

DESIGNATION	QTE
Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°, diamètre : 4 mm, longueur : 30 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, code couleur : rouge	01
Résecteur, bipolaire	01
Chemise de résecteur, 26 Charr., extrémité de chemise biseautée, chemise intérieure rotative avec isolation céramique, encliquetable, code couleur : jaune	01
Mandrin béquillable,	01
Anse de résection, bipolaire, 24/26 Charr.	12

Electrode de coagulation, bipolaire, pointue, 24/26 Charr.	06
Electrode de coagulation bipolaire, sphérique, 24/26 Charr.	06
Anse de résection, bipolaire, coupe longitudinale, diamètre 0,30 mm, 24/26 Charr.	06
Bac en matière plastique pour stérilisation et stockage de sets d'instruments, perforé, avec couvercle transparent et tapis en silicone, pour stockage sur deux niveaux (1 plateau de stockage intermédiaire), dimensions extérieures (l x p x h): 545 x 260 x 115 mm	01
Chemise de protection pour la stérilisation et le rangement d'électrodes, de curettes et de bistouris	04
Câble HF bipolaire, longueur 400 cm, avec identification par radiofréquence (RFID)	02
Evacuateur selon ELLIK, avec verrouillage "LO"	01
Adaptateur à utiliser avec Evacuateur selon ELLIK, avec verrouillage "LO" et Chemise de résecteur, 26 Charr.	01
Mandrin d'introduction, pour cathéters	01

BOITE D'INSTRUMENTS POUR CHIRURGIE GENERALE

Les instruments seront livrés dans une boîte de conservation en acier inoxydable

DESIGNATION	QTE
Manche pour lame de bistouri longue	10
Manche pour lame de bistouri courte	20
Ciseau Metzbaum coudé 18 - 23 cm	20
Ciseau Metzbaum coudé 16 - 17 cm	15
Pince à dissecteur 20 - 23 cm	20
Pince à disséquer 16 - 18cm	15
Pince à badigeonner de collin 23 cm	20
Pince hémostatique S.G de Kelley coudée 23 cm	10
Pince hémostatique S.G de Kelley coudée 6 - 18 cm	40
Pince à pansement Rampley 23 cm	20
Ciseaux de Mayo-Hegar coudés 18 cm	10
Ciseaux de Mayo-Hegar droit 18 cm	20
Pince à dissection A.G 18 - 23 cm	15
Pince à dissection A.G 15 - 17 cm	15
Pince Duval 18 cm	30
Pince à dissection de Bakey 15 - 18 cm	20
Pince à dissection S.G Taylor 15 - 18 cm	20
Pince porte aiguille 15 - 18 cm	30
Pince porte aiguille 20 - 23 cm	10
Pince de Kocher AG droit 16 - 18 cm	30
Pince bengolière 23 cm	20
Pince à champ	50
Ecarteur de Farabeuf 30 mm x 16 mm	20
Ecarteur de Farabeuf 30 mm x 12 mm	10
Micro écarteur de Farabeuf 26 mm x 10 mm	10
Ecarteur US Army 18 - 21 cm	10
Micro porte aiguille Barraquer 14 - 18 cm	10
Canule de Yankauer 23 cm	10
Pince Mosquitos AG droit 10 cm	30

BOITE D'INSTRUMENTS POUR NEUROCHIRURGIE

Les instruments seront livrés dans une boîte de conservation en acier inoxydable

DESIGNATION	QTE.
Micro pince de Yasargel 14 cm	05
Micro-ciseaux castroviejo 14 cm	05
Micro porte aiguille à ressort Jacobson 16 - 18 cm	05
Micro écarteur de Farabeuf	05
Perforateur à main	05
Trépan enfant	04
Trépan adulte 27 cm	05
Tête de trépan N° 0.9, 14, 13, 16,12	05
Scie de GIGLI	05
Crochet pour scie de Gigli	10
Passe scie Gigli	05
Spatule cérébrale 18 cm	05
Lame (couteau) cérébrale	10
Crochet à nerfs Scoville / Holsher 21 - 34 cm	10
Pince à fixation 21 cm	10
Pince Kerisson N° 1,2,3,4,5, 6 mm	06
Pince à disque	06

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES TECHNIQUES

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DIRECTION GENERALE

**DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERS**

**STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS**

B.P 5408 Yaoundé

Tél : (237) 222.21.31.81

Fax : (237) 222.21.20.15

hopitalgeneraldeyaounde@gmail.com



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

GENERAL HOSPITAL OF YAOUNDE

GENERAL DIRECTORATE

**DIRECTORATE OF ADMINISTRATIVE AND
FINANCIAL AFFAIRS**

**INTERNAL STRUCTURE FOR THE
ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLIC
PROCUREMENT**

P.O BOX: 5408 Yaoundé

hopitalgeneraldeyaounde@gmail.com

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/HGY/CIPM/26 DU 1^{ER}
AVRIL 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET
L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX AU BLOC OPERATOIRE DE
L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE**

FINANCEMENT : Fonds propres-Exercice 2026-Ligne 24 44 04

**PIECE N°14 : LISTE DES ETABLISSEMENTS
BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS
HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS
DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS**

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DE LA PRESENTE CONSULTATION

A. BANQUES

- 1) Access Bank of Cameroon, BP. 6000, Yaoundé;
- 2) Afriland First Bank (**FIRST BANK**) BP 11834 Yaoundé
- 3) BANGE Bank Cameroun (BANGE CMR) BP 34 692 Yaoundé
- 4) Banque Atlantique du Cameroun (**BACM**) BP 2933 Douala
- 5) Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (**BC-PME**) BP : 12962 Yaoundé
- 6) Banque Gabonaise pour le Financement International (**BGFI/BANK**) BP 600 Douala
- 7) Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne et le Crédit (**BICEC**) BP 1925 Douala
- 8) Citibank Cameroun (**CITIGROUP**) BP 4571 Douala
- 9) Commercial Bank-Cameroun (**CBC**) BP 4004 Douala
- 10) Crédit Communautaire d'Afrique - Bank (**CCA-BANK**) B.P. 30 388, Yaoundé
- 11) Ecobank Cameroon (**ECOBANK**) BP 582 Douala
- 12) La Régionale Bank, BP. 30145, Yaoundé;
- 13) National Financial Credit Bank (**NFC BANK**) BP 6578 Yaoundé
- 14) Société Commerciale de Banques au Cameroun (**SCB**) BP 300 Douala
- 15) Société Générale Cameroun (**SGC**) BP 4042 Douala
- 16) Standard Chartered Bank (**SCBC**) BP: 1784 Douala
- 17) Union Bank of Cameroon PLC (**UBC**) BP: 15569 Douala
- 18) United Bank of Africa (**UBA**) BP: 2088 Douala

B. COMPAGNIES D'ASSURANCES :

1. ACTIVA Assurances S.A. - B.P. 12970 Douala ;
2. AREA Assurances S.A. BP : 1531, Douala ;
3. ATLANTIQUE Assurances S.A. BP : 2933, Douala ;
4. BENEFICIAL General Insurance S.A BP: 2328, Douala ;
5. CHANAS Assurances S.A. - B.P. 109 Douala ;
6. CPA S.A. BP: 54, Douala ;
7. NSIA Assurances S.A BP: 2759, Douala;
8. PRO ASSUR S.A. BP: 5963 Douala;
9. ROYAL ONYX Insurance, BP 12 230 Douala ;
10. SAAR, BP 1011, Douala ;
11. SANLAM Assurances Cameroun, BP 12 125 Douala;
12. ZENITHE Insurance S.A. - B.P. 1540 Douala.

=

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DIRECTION GENERALE

**DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERS**

**STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS**

B.P 5408 Yaoundé
Tél : (237) 222.21.31.81
Fax : (237) 222.21.20.15

hopitalgeneraldeyaounde@gmail.com



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

GENERAL HOSPITAL OF YAOUNDE

GENERAL DIRECTORATE

**DIRECTORATE OF ADMINISTRATIVE AND
FINANCIAL AFFAIRS**

**INTERNAL STRUCTURE FOR THE
ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF PUBLIC
PROCUREMENT**

P.O BOX: 5408 Yaoundé
hopitalgeneraldeyaounde@gmail.com

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/AONO/HGY/CIPM/26 DU 1^{ER}
AVRIL 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET
L'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MEDICAUX AU BLOC OPERATOIRE DE
L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE**

FINANCEMENT : Fonds propres-Exercice 2026-Ligne 24 44 04

**PIECE N°15 : PROCEDURE DE SOUMISSION
EN LIGNE**



LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-après :

Étape 1 : Enregistrement de l'Entreprise dans la plateforme COLEPS

- Se connecter à COLEPS à partir de l'adresse <https://www.marchespublics.cm> ou <https://www.publicscontratcs.cm> ;
- Aller dans l'onglet « *Enregistrement des soumissionnaires* » et renseigner minutieusement le formulaire de demande ;
- Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le système ;
- Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure et y apposer le cachet de l'entreprise ;
- Déposer le formulaire dûment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des pièces suivantes :
 - i) Photocopie d'une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois) ;
 - ii) Photocopie du Registre de Commerce ;
 - iii) Photocopie de la Domiciliation Bancaire ;
 - iv) Photocopie de l'Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois).

Étape 2 : Acquisition du Certificat Électronique

- Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger sur le site de l'ANTIC à l'adresse <http://www.camgovca.cm> dans la rubrique « *Demande de Certificats (Entreprise)* » ;
- Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des pièces suivantes :
 - i) Reçu de paiement des frais d'acquisition de Certificat Électronique d'un montant de 50.000 FCFA à verser dans le compte de l'ANTIC auprès de SCB Cameroun sous le numéro 10002 00031 12493593150 94;
 - ii) Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.
- S'enrôler auprès de l'opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de Certificat;
- Se connecter à l'adresse <http://www.camgovca.cm/fr/operations-certificats.html> et télécharger dans un support amovible (vierge) le Certificat Électronique à partir des informations (Numéro de référence et Code d'autorisation) contenues dans le récépissé

(Bien conserver le mot de passe pour les connexions à COLEPS).

Étape 3 : Enregistrement du Certificat Électronique dans COLEPS

- Se connecter à COLEPS à partir de l'adresse <https://www.marchespublics.cm> ou <https://www.publicscontrats.cm> ;
- Aller dans l'onglet « *Enregistrement des soumissionnaires* », puis la rubrique « *Enregistrement nouveau / Certificat supplémentaire* » ; identifier l'entreprise à partir du numéro de Registre de Commerce, puis ajouter le Certificat après avoir minutieusement renseigné le formulaire.

Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d'un problème lié à l'utilisation de la plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 237 084/677 006 110 ou écrire à l'adresse email dsi@minmap.cm.